



175 lat 1835-2010
jubileusz

SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. E. Szczeklika w Tarnowie

.....
.....

Znak: AE/ZP-27-66/10

Tarnów, 2010-08-17

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 193.000 EURO na dostawę artykułów medycznych (m.in. kaniuli, igieł, strzykawek, portów centralnych) dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 9** – Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie masek twarzowych silikonowych wielorazowego użytku skonstruowanych w sposób zapewniający odpowiednie dopasowanie do twarzy pacjenta?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 17 poz.1 i 2** – Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie do odrębnego pakietu pozycji 1 i 2 tj. laryngoskop światłowodowy i łyżki do laryngoskopu?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 18 poz.2** – Czy Zamawiający dopuści przepływowy przyrząd do ćwiczeń oddechowych z możliwością ustawienia poziomu przepływu wdychanego powietrza w zakresie 100-600 ml/s, z portem do jednoczesnego podawania tlenu, z rozciągliwą rurką łączącą i wymiennym ustnikiem, z uchwytem pozwalającym na przeniesienie lub zawieszenie na poręczu łóżka?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 15 poz.1** – Czy Zamawiający dopuści stapler jednorazowego użytku zakrzywiony z regulacją docisku tkanki rozmiar 25mm, wysokość zszywki 5,5mm z kowadłem sztywnym ?
5. **Dotyczy Pakietu Nr 15 poz.2** – Czy Zamawiający dopuści stapler jednorazowego użytku zakrzywiony z regulacją docisku tkanki rozmiar 29mm, wysokość zszywki 5,5mm z kowadłem sztywnym ?
6. **Dotyczy Pakietu Nr 15 poz.3** – Czy Zamawiający dopuści stapler jednorazowego użytku zakrzywiony z regulacją docisku tkanki rozmiar 33mm, wysokość zszywki 5,5mm z kowadłem sztywnym ?
7. **Dotyczy Pakietu Nr 15 poz.4** - Czy Zamawiający dopuści stapler jednorazowego użytku zamykający o długości linii szwu 60mm do tkanki grubej ?
8. **Dotyczy Ogólnych warunków umowy pkt.8**– Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu wymiany towaru po uznaniu reklamacji z 2 na 7 dni roboczych.
9. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz.1** – Czy Zamawiający dopuści elektrody dla dzieci na piance z żelazem stałym o Ø 30mm?
10. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz.2** – Czy Zamawiający dopuści elektrody dla dorosłych na piance z żelazem stałym w rozmiarze 32 x 40 mm?
11. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz.3** – Czy Zamawiający dopuści elektrody holterowskie z żelazem o Ø 50mm?
12. **Dotyczy Pakietu Nr 17 poz.2** – Czy Zamawiający wymaga by łyżek do laryngoskopu światłowodowego o nr : 2, 3, 4, 5 było łącznie 10 sztuk, czy też oczekuje 10 kompletów po cztery łyżki o nr : 2, 3, 4, 5 (czyli łącznie 40 sztuk)?



13. **Dotyczy Pakietu Nr 23 poz.1** – Czy Zamawiający dopuści filtr do żywienia pozajelitowego zawierający linię 5 cm przed filtrem i 23 cm za filtrem, reszta parametrów bez zmian?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad.1

Zamawiający dopuszcza również w Pakiecie Nr 9 maski twarzowe silikonowane wielorazowego użytku skonstruowane w sposób zapewniający odpowiednie dopasowanie do twarzy pacjenta, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Ad.2

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 1 i 2 z Pakietu Nr 17.

Ad.3

Zamawiający dopuszcza również w Pakiecie Nr 18 poz.2 przepływowy przyrząd do ćwiczeń oddechowych z możliwością ustawienia poziomego przepływu wdychanego powietrza w zakresie 100-600 ml/s, z portem do jednoczesnego podawania tlenu, z rozciągliwą rurką łączącą i wymiennym ustnikiem, z uchwytem pozwalającym na przenoszenie lub zawieszenie na poręczy łóżka.

Ad.4

Zamawiający nie dopuści w Pakiecie Nr 15 poz.1 staplera jednorazowego użytku zakrzywionego z regulacją docisku tkanki rozmiar 25mm, wysokość zszywki 5,5mm z kowadłem sztywnym.

Ad.5

Zamawiający nie dopuści w Pakiecie Nr 15 poz.2 staplera jednorazowego użytku zakrzywionego z regulacją docisku tkanki rozmiar 29mm, wysokość zszywki 5,5mm z kowadłem sztywnym.

Ad.6

Zamawiający nie dopuści w Pakiecie Nr 15 poz.3 staplera jednorazowego użytku zakrzywionego z regulacją docisku tkanki rozmiar 33mm, wysokość zszywki 5,5mm z kowadłem sztywnym.

Ad.7

Zamawiający nie dopuści w Pakiecie Nr 15 poz.4 staplera jednorazowego użytku zamykającego o długości linii szwu 60mm do tkanki grubej.

Ad.8

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzanie zmian do Ogólnych warunków umowy. W sprawach nie uregulowanych umową zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego i Prawa zamówień publicznych

Ad.9.

Zamawiający nie dopuści w Pakiecie Nr 3 poz.1 elektrod dla dzieci na piance z żelalem stałym o Ø 30mm.

Ad.10.

Zamawiający nie dopuści w Pakiecie Nr 3 poz.2 elektrod dla dorosłych na piance z żelalem stałym w rozmiarze 32 x 40 mm.

Ad.11.

Zamawiający wymaga zaoferowania w Pakiecie Nr 3 poz.3 elektrod holterowskich zgodnie z opisem w SIWZ.

Ad.12

Zamawiający wymaga w Pakiecie Nr 17 w pozycji 2 łącznie 10 sztuk łyżek do laryngoskopu światłowodowego w rozmiarach do wyboru nr : 2, 3, 4, 5.

Ad.13

Zamawiający dopuści również w Pakiecie Nr 23 poz.1 filtr do żywienia pozajelitowego zawierający linię 5 cm przed filtrem i 23 cm za filtrem, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a

