



175 lat 1835-2010
jubileusz

SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. E. Szczeklika w Tarnowie

.....
.....

Znak: AE/ZP-27-66/10

Tarnów, 2010-08-27

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 193.000 EURO na dostawy artykułów medycznych (m.in. kaniuli, igieł, strzykawek, portów centralnych) dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 31 poz. 1** - Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 31 poz. 1 miał na myśli szczoteczki umożliwiające pobranie w rozmazie jednocześnie komórek z szyjki macicy, kanału szyjki i strefy transformacji?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 31 poz. 1** Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 31 poz. 1 wymaga przedstawienia wykazu badań klinicznych oraz rekomendacji instytucji i towarzystw specjalistycznych dla szczoteczek do wymazów cytologicznych?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 31 poz.1** – Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 31 poz. 1 wymaga oryginalnych szczoteczek do pobierania wymazów cytologicznych zgodnie z zaleceniami Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy?
4. Czy Zamawiający chcąc prowadzić badania cytologiczne zgodnie z oficjalnym stanowiskiem odpowiedzialnych instytucji (Ministerstwo Zdrowia/Centralny Ośrodek Koordynacji Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy) zaprezentowanym m.in. w opisie Programu Profilaktyki złożonym do Europejskiego Stowarzyszenia Raka Szyjki Macicy i zastosować się do Dyrektywy Europejskiej, wymaga szczoteczek cytologicznych wymienionych w tej Dyrektywie?
5. **Dotyczy Pakietu Nr 18 poz.3** – Zgodnie z Dyrektywą Dotyczącą Urządzeń Medycznych 93/42/EWG, która obowiązuje w Polsce, łączniki znajdują się w klasie II a, a więc są zaklasyfikowane do nieinwazyjnych wyrobów medycznych w związku z tym nie muszą być sterylne. Czy w związku z tym, zgodnie z Dyrektywą, Zamawiający dopuści w Pakiecie Nr 18 poz.3 łączniki w wersji mikrobiologicznie czystej?
6. **Dotyczy Rozdział XV Ogólne warunki umowy pkt 8** – Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu wymiany towaru wadliwego na towar pozbawiony wad do 72 godzin.
7. **Dotyczy Rozdział XV Ogólne warunki umowy pkt 8 a) i b)** – Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie wysokości kar umownych do:
„ a) 0,1 % wartości zamówionej, a nie dostarczonej partii towaru , za każdy dzień zwłoki, jeżeli towar nie został dostarczony w terminie z powodu okoliczności za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;
b) 0,1 % wartości zamówionej partii towaru – w przypadku dostawy niezgodnej pod względem ilości i asortymentu oraz uchybień w zakresie jakości”
8. **Dotyczy Rozdział XV Ogólne warunki umowy pkt 15** – Zwracamy się z prośbą o **zmianę zapisu:** „Wykonawca oświadcza, że nie dokona przeniesienia wierzytelności przysługującej mu wobec Zamawiającego z tytułu realizacji niniejszej umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego,”
na zastępujący: „Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenosić ewentualnych wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. Nieuiszczenie przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty będzie traktowane, jak wyrażenie przez Zamawiającego zgody na cesję wierzytelności.”



9. **Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 1, 2, 3** - Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania nebulizatorów rozbijających cząsteczki leku do wielkości od 1 do 3 mikronów (średnio 2,7mikrona), co stanowi wielkość najbardziej optymalną do wnikania do tchawicy i oskrzeli?
10. **Dotyczy Pakietu nr 9 poz. 1** - Czy Zamawiający ma na myśli maski twarzowe z poduszką uszczelniającą w postaci odpowiednio podwiniełego dopasowującego się mankietu nie powietrznego, pozostałe parametry bez zmian?
11. **Dotyczy pakietu Nr 11 poz. 1** - Czy kranik ma posiadać optyczny i wyczuwalny identyfikator pozycji otwarty / zamknięty oraz każde z wejść zabezpieczone fabrycznie zamontowanymi koreczkami?
12. **Dotyczy pakietu Nr 11 poz. 1** - Czy kraniki mają posiadać niezależnie obracającą się w pełni przeźroczystą nakrętkę Luer-Lock?
13. **Dotyczy pakietu Nr 11 poz. 1** - Czy kranik ma posiadać objętość wypełnienia 0,23 ml?
14. **Dotyczy Pakietu Nr 14 poz. 2** - Czy Zamawiający dopuści cewniki z balonem 30 ml przy rozm.12/14 CH oraz 30-50ml przy rozm. 16/18/20/22/24/26 CH?
15. **Dotyczy Pakietu Nr 14 poz. 3** - Czy Zamawiający oczekuje cewników pakowanych podwójnie tj. wewnętrzny worek foliowy i zewnętrzne opakowanie folia-papier, co pozwala na aseptyczne użytkowanie.
16. **Dotyczy Pakietu Nr 21 poz. 3** - Czy w celu zapewnienia pacjentowi największej ochrony przed zainfekowaniem układu moczowego Zamawiający oczekuje, że worki do godzinowej zbiórki moczu będą posiadały:
- 2 zastawki antyzwrotne (w tym jedna w łączniku do cewnika Foleya zapobiegająca refluksowi moczu do pęcherza); dren dwuświatłowy w celu precyzyjniejszego odprowadzenia moczu do komory pomiarowej i zapobiegania zalegania moczu;
 - 2 filtry hydrofobowe, 500ml komorę kroplową ze skalą linearną do 40ml, spiralą zapobiegającą załamaniu drenu, 2000ml workiem z kranikiem podwieszanym
 - oraz komorą wyposażoną w 3 sposoby mocowania nie wymagającą przechylania w celu przelania moczu do worka.
17. **Dotyczy Rozdział XV Ogólne warunki umowy** - Czy w związku z dopuszczeniem przez zamawiającego możliwości składania ofert częściowych na każdy z pakietów z osobna, Zamawiający przewiduje możliwość podpisania z jednym wykonawcą oddzielnych umów na poszczególne pakiety? W razie udzielenia na powyższe pytanie odpowiedzi odmownej, w związku z dopuszczeniem przez zamawiającego możliwości składania ofert częściowych na każdy z pakietów z osobna, uprzejmie prosimy o wyrażenie przez Zamawiającego zgody na wprowadzenie w treści umowy obejmującej wszystkie pakiety, w ramach których konkretnemu wykonawcy zostało udzielone zamówienie, **poniższego zapisu:**
- „Realizacja każdego z pakietów z osobna ma charakter samodzielnego zobowiązania stron”.
18. **Dotyczy Rozdział XV Ogólne warunki umowy pkt 1** - Prosimy Zamawiającego o zmianę pkt. XV ppkt. 1 SIWZ na: „...Zamawiający będzie zgłaszał zapotrzebowanie telefonicznie (potwierdzone faxem)...”
19. **Dotyczy Rozdział XV Ogólne warunki umowy pkt 13** - Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę pkt. XV ppkt. 13 SIWZ poprzez wpisanie do ogólnych warunków umowy dodatkowego ppkt.13 a o poniższej treści:
- „Wykonawcy przysługuje prawo wypowiedzenia umowy za okresem wypowiedzenia, dokonanego na piśmie, w razie zaistnienia istotnych okoliczności, na które wykonawca nie miał wpływ w dniu składania ofert” z jednoczesnym obowiązkiem zapłaty przez wykonawcę kary umownej na rzecz Zamawiającego w wysokości 5 % od wartości netto niezrealizowanej części umowy”?
20. **Dotyczy Pakietu Nr 32 poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści w poz. 1 cewnik do hemodializy o wymiarach; dł. 16 cm, śred. 12 Fr, światła wewnętrzne 12 Ga, 12 Ga z zestawem zawierającym igłę 18 Ga x 6,35 cm, przewodnik stalowy 0,89mm x 60 cm i rozszerzadło?

21. **Dotyczy Pakietu Nr 32 poz. 2** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie cewników permanentnych do osobnego pakietu?
22. **Dotyczy Pakietu Nr 32 poz. 2** - Czy Zamawiający wymaga aby cewniki permanentne o długościach 19, 23 cm, śred, 15 F światłach wewnętrznych 10Ga, 10Ga z zestawem do implementacji zawierały metalowy rozgałęziacz i tunelizator?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad.1-4. Zamawiający żąda zaoferowania w Pakiecie 31 pozycja 1 szczoteczek do wymazów cytologicznych zgodnych z opisem zawartym w SIWZ, dopuszcza szczoteczki zarówno sterylne jak i niesterylne.

Ad. 5 Zamawiający zgodnie z wymogiem określonym w SIWZ wymaga aby oferowane w Pakiecie nr 18 poz. 3 łączniki były sterylne.

Ad.6 – 8, 17 – 19 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do zapisów ogólnych warunków umowy, w sprawach nie uregulowanych umową zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego i Prawa Zamówień Publicznych.

Ad. 9 Zamawiający oczekuje zaoferowania w Pakiecie Nr 7 poz. 1 - 3 nebulizatorów spełniających wymagania określone w SIWZ.

Ad. 10 Zamawiający ma na myśli w Pakiecie Nr 9 poz. 1 maski twarzowe spełniające wymagania określone w SIWZ.

Ad. 11 Oferowane w Pakiecie Nr 11 poz. 1 kraniki trójdrożne mogą ale nie muszą posiadać optyczny i wyczuwalny identyfikator pozycji otwarty/zamknięty, każde wejście ma być zabezpieczone koreczkiem, ale nie koniecznie muszą to być koreczki fabrycznie zamontowane.

Ad. 12 Oferowane w Pakiecie Nr 11 poz. 1 kraniki trójdrożne mogą ale nie muszą posiadać niezależnie obracającą się w pełni przezroczystą nakrętkę Luer-Lock.

Ad. 13 Oferowane w Pakiecie Nr 11 poz. 1 kraniki trójdrożne mogą ale nie muszą posiadać objętość wypełnienia 0,23 ml.

Ad. 14 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 14 poz. 2 cewniki z balonem 30 ml przy rozm.12/14 CH oraz 30-50ml przy rozm. 16/18/20/22/24/26 CH.

AD.15 Zamawiający oczekuje zaoferowania w Pakiecie Nr 14 poz. 3 cewników spełniających wymagania określone w SIWZ.

Ad. 16 Zamawiający oczekuje zaoferowania w Pakiecie Nr 21 poz. 3 worów do pomiaru diurezy godzinowej wymagania określone w SIWZ.

Ad 20 i 22 Zamawiający wymaga zaoferowania w Pakiecie Nr 32 cewników spełniających wymagania określone w SIWZ.

Ad. 21 Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu Nr 32 poz. 2 do osobnego Pakietu.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a