



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-67 /10

Tarnów, 2010-09-16

Dotyczy: **przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 193.000 EURO na dostawę systemu angiograficznego z wyposażeniem dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.**

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759) Zamawiający wprowadza zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

W Załączniku Nr 6 do SIWZ dotychczasowy zapis punktu E 1 :

1	Detektor matrycowy	Przekątna minimum 40 cm
---	--------------------	--------------------------------

zastępuje się zapisem :

1	Detektor matrycowy	Minimum 40 cm w jednej osi
---	--------------------	-----------------------------------

Jednocześnie w związku z wprowadzonymi zmianami treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert na :

- **składanie ofert do dnia 11.10.2010r godz. 10:00**
- **otwarcie ofert w dniu 11.10.2010r godz. 11:00**

W związku z powyższą zmianą działając na podstawie art. 38 ust. 4a ustawy Zamawiający dokonuje odpowiednio zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

W załączeniu Załącznik Nr 6 po zmianie.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ lub złożyli pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a

