



175 lat 1835-2010
jubileusz

SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. E. Szczeklika w Tarnowie

.....
.....
.....

Znak: AE/ZP-27-68/10

Tarnów, 2010-08-20

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193.000 EURO na dostawę aparatów EKG dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Załącznika Nr 6 poz. 10** - Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat EKG z papierem o szerokości 108mm?
2. **Dotyczy Załącznika Nr 6 poz. 12** - Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat EKG o czułości regulowanej w zakresie 5/10/20mm/mV?
3. **Dotyczy Załącznika Nr 6 poz. 20** - Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat EKG z komunikacją z urządzeniem zewnętrznym za pośrednictwem portu RS232 lub LAN?
4. **Dotyczy Załącznika Nr 6 poz. 21** - Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat EKG z możliwością zapisu EKG na PenDrive za pośrednictwem komputera w postaci ogólnie dostępnego pliku PDF?
5. Czy Zamawiający wymaga dostarczenia aparatu EKG o wysokiej rozdzielczości przetwarzania analogowo-cyfrowego, min 20 bitów?
6. Czy Zamawiający wymaga wysokiej częstotliwości próbkowania, min.10 000 próbek/sekundę/kanal?
7. Czy Zamawiający wymaga szerokiego pasma częstotliwości 0,05-300 Hz z najnowszymi zaleceniami amerykańskich i międzynarodowych towarzystw kardiologicznych?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad.1

Zamawiający nie dopuści w Załączniku Nr 6 poz. 10 aparatu EKG z papierem o szerokości 108mm.

Ad.2

Zamawiający nie dopuści w Załączniku Nr 6 poz. 12 aparatu EKG o czułości regulowanej w zakresie 5/10/20mm/Mv.



Ad.3

Zamawiający nie dopuści w Załączniku Nr 6 poz. 20 aparatu EKG z komunikacją z urządzeniem zewnętrznym za pośrednictwem portu RS232 lub LAN.

Ad.4

Zamawiający dopuszcza również w Załączniku Nr 6 poz. 21 aparat EKG z możliwością zapisu EKG na PenDrive za pośrednictwem komputera w postaci ogólnie dostępnego pliku PDF.

Ad.5

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również aparat EKG o wysokiej rozdzielczości przetwarzania analogowo-cyfrowego, min 20 bitów.

Ad.6

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również wysoką częstotliwości próbkowania, min.10 000 próbek/sekundę/kanal.

Ad.7

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również szerokie pasmo częstotliwości 0,05-300 Hz.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a

