



175 lat 1835-2010
jubileusz

SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. E. Szczeklika w Tarnowie

.....
.....
.....

Znak: AE/ZP-27-69/10

Tarnów, 2010-08-20

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193.000 EURO na dostawę kardiomonitorów przenośnych dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Załącznik Nr 6 poz. 5** – Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor wyświetlający 6 krzywych na ekranie?
2. **Dotyczy Załącznik Nr 6 poz. 6** – Czy Zamawiający dopuści 24 godzinne trendy z 30 sekundową rozdzielczością ?
3. **Dotyczy Załącznik Nr 6 poz. 11** – Czy Zamawiający dopuści EKG o zakresie pomiaru częstości serca 20-300 bpm?
4. **Dotyczy Załącznik Nr 6 poz. 12** – Czy Zamawiający dopuści pomiar częstości oddechu w zakresie 6-150 bpm?
5. **Dotyczy Załącznik Nr 6 poz. 12** – Czy Zamawiający dopuści pomiar częstości oddechu bez możliwości wyboru elektrod do detekcji oddechu bez konieczności ich przepinania?
6. **Dotyczy Załącznik Nr 6 poz. 12** – Czy Zamawiający dopuści pomiar częstości oddechu bez możliwości detekcji bezdechu?
7. **Dotyczy Załącznik Nr 6 poz. 13** – Czy Zamawiający dopuści pomiar SPO2 metodą DOX o parametrach porównywalnych do metody Nellcor?
8. **Dotyczy Załącznik Nr 6 poz. 14** – Czy Zamawiający dopuści pomiar NIBP w zakresie 20-280 mmHg?
9. **Dotyczy Załącznik Nr 6 poz. 14** – Czy Zamawiający dopuści automatyczny pomiar NIBP w zakresie 2 min – 4 godz.?
10. **Dotyczy Załącznik Nr 6 poz. 15** – Czy Zamawiający dopuści ciągły zapis krzywych w ekranie monitora rozumiany jako trendy 24 godzinne z 30 sekundową rozdzielczością?
11. **Dotyczy Załącznika Nr 6 poz. 6** – Czy zamawiający dopuści kardiomonitor z trendami 96h z rozdzielczością 1 min?
12. **Dotyczy Załącznika Nr 6 poz. 12** – Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z zakresem pomiaru częstości oddechu w zakresie 0-120 dla dorosłych oraz 0-150 dla dzieci i noworodków oraz alarmem bezdechu w zakresie 10-40s?
13. **Dotyczy Załącznika Nr 6 poz. 15** – Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z możliwością archiwizacji maksymalnie 48 godzin wartości liczbowych oraz z możliwością zapamiętania dowolnego czasu i ilości fal i wartości liczbowych w komputerze osobistym?
14. **Dotyczy Załącznika Nr 6 poz. 5** – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor przenośny z możliwością konfigurowania 3 ekranów?



15. **Dotyczy Załącznika Nr 6 poz. 7** – Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor przenośny z obsługą w języku polskim za pomocą pokrętle i przycisków funkcyjnych?
16. **Dotyczy Załącznika Nr 6 poz. 12** - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor z wykrywaniem bezdechu w zakresie 10-40 sek?
17. **Dotyczy Załącznika Nr 6 poz. 13** – Czy Zamawiający do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor z zakresem pomiaru tętna obwodowego SpO2 w zakresie 0-254 bpm?
18. **Dotyczy Załącznika Nr 6 poz. 14** – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor z pomiarem Spo2 tożsamym z Nellcor?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad.1

Zamawiający dopuszcza również w Załączniku Nr 6 poz. 5 kardiomonitor wyświetlający 6 krzywych na ekranie.

Ad.2

Zamawiający dopuszcza również w Załączniku Nr 6 poz. 6 - 24 godzinne trendy z 30 sekundową rozdzielczością .

Ad.3

Zamawiający dopuszcza również w Załączniku Nr 6 poz. 11 EKG o zakresie pomiaru częstości serca 20-300 bpm.

Ad.4

Zamawiający dopuszcza również w Załączniku Nr 6 poz. 12 pomiar częstości oddechu w zakresie 6-150 bpm.

Ad.5

Zamawiający dopuszcza również w Załączniku Nr 6 poz. 12 pomiar częstości oddechu bez możliwości wyboru elektrod do detekcji oddechu bez konieczności ich przepinania.

Ad.6

Zamawiający nie dopuszcza w Załączniku Nr 6 poz. 12 pomiaru częstości oddechu bez możliwości detekcji bezdechu.

Ad.7

Zamawiający dopuszcza również w Załączniku Nr 6 poz. 13 pomiar SPO2 metodą DOX o parametrach porównywalnych do metody Nellcor.

Ad.8

Zamawiający dopuszcza również w Załączniku Nr 6 poz. 14 pomiar NIBP w zakresie 20-280 mmHg.

Ad.9

Zamawiający dopuszcza również w Załączniku Nr 6 poz. 14 automatyczny pomiar NIBP w zakresie 2 min – 4 godz.

Ad.10

Zamawiający dopuszcza również w Załączniku Nr 6 poz. 15 ciągły zapis krzywych w ekranie monitora rozumiany jako trendy 24 godzinne z 30 sekundową rozdzielczością.

Ad.11

Zamawiający dopuszcza również w Załączniku Nr 6 poz. 6 kardiomonitor z trendami 96h z rozdzielczością 1 min.

Ad.12

Zamawiający dopuszcza również w Załączniku Nr 6 poz. 12 kardiomonitor z zakresem pomiaru częstości oddechu w zakresie 0-120 dla dorosłych oraz 0-150 dla dzieci i noworodków oraz alarmem bezdechu w zakresie 10-40s.

Ad.13

Zamawiający dopuszcza również w Załączniku Nr 6 poz. 15 kardiomonitor z możliwością archiwizacji maksymalnie 48 godzin wartości liczbowych oraz z możliwością zapamiętania dowolnego czasu i ilości fal i wartości liczbowych w komputerze osobistym.

Ad.14

Zamawiający dopuszcza również w Załączniku Nr 6 poz. 5 kardiomonitor przenośny z możliwością konfigurowania 3 ekranów.

Ad.15

Zamawiający dopuszcza również w Załączniku Nr 6 poz. 7 kardiomonitor przenośny z obsługą w języku polskim za pomocą pokręta i przycisków funkcyjnych.

Ad.16

Zamawiający dopuszcza również w Załączniku Nr 6 poz. 12 kardiomonitor z wykrywaniem bezdechu w zakresie 10-40 sekund.

Ad.17

Zamawiający dopuszcza również w Załączniku Nr 6 poz. 13 kardiomonitor z zakresem pomiaru tętna obwodowego SpO2 w zakresie 0-254 bpm.

Ad.18

Zamawiający dopuszcza również w Załączniku Nr 6 poz. 14 kardiomonitor z pomiarem Spo2 tożsamym z Nellcor.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a