



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-75/10

Tarnów, 2010-09-17

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193.000 EURO na dostawę mikroskopu do badań rutynowych i kapilaroskopu ze źródłem światła dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 1.** Czy Zamawiający dopuszcza większą regulację rozstawu źrenic: 53 -75 zamiast 48 - 75?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 1.** Czy Zamawiający dopuszcza wymiar stolika 191 x 128 mm zamiast 190 x 140 mm?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 2.** Czy Zamawiający dopuszcza większy zakres zoom 0,8 – 6,4 x zamiast 0,75 – 6,0 x?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 2.** Czy Zamawiający dopuszcza nachylenie nasadki ergonomiczne 20 stopni, zamiast 35- 45 stopni?
5. **Dotyczy Pakietów Nr 1 i 2.** Czy Zamawiający dopuszcza termin dostawy do 6 tygodni zamiast 1 miesiąca?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad 1 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 mikroskopu z regulacją rozstawu źrenic od 48-53 do 75 mm.

Ad. 2 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 mikroskopu również ze stolikiem o wymiarach 191 x 128 mm.

Ad. 3 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 również kapilaroskopu , w którym zakres zoom wynosi 0,8 – 6,4 x.

Ad 4 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 również kapilaroskopu z nachyleniem nasadki 20 stopni.

Ad. 5 Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu dostawy do 6 tygodni.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a