



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-77/10

Tarnów, 2010-09-27

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193.000 EURO na dostawę holterowskiego systemu rejestracji ciśnienia krwi z dwoma rejestratorami dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

1. **Dotyczy Załącznik Nr 6 pkt.4** – Co Zamawiający rozumie przez :”Statystyki : (...) UQ, UL, (...) dla ciśnienia skurczowego, rozkurczowego, średniego oraz częstości rytmu”?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1.

W punkcie 4 Załącznika Nr 6 nastąpiła pomyłka pisarska, w zakresie statystyki powinno być UQ i LQ – czyli statystyka górnej i dolnej ćwiartki po poukładaniu pomiarów. Zamawiający zmienia dotychczasowy zapis punktu 4 Załącznika Nr 6 o treści : „Statystyki: Max., Min., zakres, UQ, UL, Mediana, Średnie, SD dla ciśnienia skurczowego, rozkurczowego, średniego oraz częstości rytmu. ” na zapis „Statystyki: Max., Min., zakres, UQ, LQ, Mediana, Średnie, SD dla ciśnienia skurczowego, rozkurczowego, średniego oraz częstości rytmu.”

W związku z udzieloną odpowiedzią, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dokonuje odpowiednio zmiany treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W załączeniu Załącznik Nr 6 po zmianie.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a