



175 lat 1835-2010
jubileusz

SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. E. Szczeklika w Tarnowie

.....
.....

Znak: AE/ZP-27-78/10

Tarnów, 2010-10-05

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193.000 EURO na dostawy: artykułów medycznych (strzykawek do podawania kontrastu, portów centralnych tytanowych, butelek do przechowywania pokarmu matki) dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 15** – Czy Zamawiający dopuści wszczepialny zestaw do podawania leków z jednoczęściową komorą z tytanu pokrytą Polyoksymetylenem zamiast żywicą epoksydową?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 15** – Czy Zamawiający dopuści wszczepialny zestaw do podawania leków z cewnikiem o rozmiarze średnica 1,4 x 2,1 mm 7 Fr – dla objętości komory 0,55 ml, zamiast 1,1 x 2,2 mm 6,6 Fr dla objętości komory 0,5 ml?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 15** – Czy Zamawiający dopuści wszczepialny zestaw do podawania leków z cewnikiem o rozmiarze średnica 1,02 x 2,16 mm 7 Fr – dla objętości komory 0,20 ml zamiast 1,1 x 2,2mm 6,6 Fr dla objętości komory 0,25 ml?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 15** – Czy Zamawiający dopuści wszczepialny zestaw do podawania leków z cewnikiem wysokoprzepływowym o rozmiarze 1,57 x 3,18 mm 10 Fr dla objętości komory 0,55 ml zamiast 1,6 x 3,2 10 Fr dla objętości komory 0,5 ml ?
5. **Dotyczy Pakietu Nr 15** – Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie by igła do długotrwałych wlewów była dołączona do zestawu oddzielnie?
6. **Dotyczy Pakietu Nr 15** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie portów z tytanu, o komorze objętości 0,2 ml i 0,7 ml i rozmiarach cewników odpowiednio 1,0 x 2,2 mm – 6,6 Fr i 1,6 x 2,8 mm – 10 Fr o wysokich przepływach, tj. 18 ml/min dla 6,6 Fr i 35 ml/min dla 10 Fr, pozostałe wymagane parametry są spełnione?
7. Czy Zamawiający uzna jako spełnienie wymagań podmiotowych, załączenie referencji wykonanych dostaw z dostawami innych wysokospecjalistycznych wyrobów medycznych jednorazowego użytku, niż wszczepialnych zestawów do podawania leków?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad.1.

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania w Pakiecie Nr 15 wszczepialnego zestawu do podawania leków z jednoczęściową komorą z tytanu pokrytą Polyoksymetylenem zamiast żywicą epoksydową.

Ad.2.

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie w Pakiecie Nr 15 wszczepialnego zestawu do podawania leków z cewnikiem o rozmiarze średnica 1,4 x 2,1 mm 7 Fr – dla objętości komory 0,55 ml, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań określonych w SIWZ..



Ad.3.

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania w Pakiecie Nr 15 wszczepialnego zestawu do podawania leków z cewnikiem o rozmiarze średnica 1,02 x 2,16 mm 7 Fr – dla objętości komory 0,20 ml.

Ad.4.

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie w Pakiecie Nr 15 wszczepialnego zestawu do podawania leków z cewnikiem wysokoprzepływowym o rozmiarze 1,57 x 3,18 mm 10 Fr dla objętości komory 0,55 ml, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań określonych w SIWZ..

Ad.5.

Zamawiający w Pakiecie Nr 15 dopuszcza również, aby igła do długotrwałych wlewów była dołączona do zestawu oddzielnie.

Ad.6.

Zamawiający wymaga zaoferowania w Pakiecie Nr 15 wszczepialnego zestawu do podawania leków z jednoczęściową komorą z tytanu pokrytą żywicą epoksydową. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania w Pakiecie Nr 15 wszczepialnego zestawu do podawania leków z jednoczęściową komorą z tytanu pokrytą żywicą epoksydową z cewnikiem o rozmiarze średnica 1,0 x 2,2 mm – 6,6 Fr dla objętości komory 0,2 ml. Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie w Pakiecie Nr 15 wszczepialnego zestawu do podawania leków z jednoczęściową komorą z tytanu pokrytą żywicą epoksydową z cewnikiem wysokoprzepływowym o rozmiarze średnica 1,6 x 2,8 mm – 10 Fr dla objętości komory 0,7 ml, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań określonych w SIWZ..

Ad.7.

Zgodnie z pkt.IV.2.2 Zamawiający uzna że warunek załączenia do oferty wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz dokumentów potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie został spełniony jeżeli wykaz będzie zawierał co najmniej 1 dostawę związaną z przedmiotem zamówienia oraz proporcjonalną do przedmiotu zamówienia, tj. odpowiadającą swoim rodzajem i wartością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia. Oceny spełniania warunku Zamawiający dokona podczas badania ofert.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a