



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-79/10

Tarnów, 2010-10-05

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193.000 EURO na dostawy błon do drukarek obsługujących tomograf komputerowy i rezonans magnetyczny wraz z dzierżawą jednej drukarki do tych błon dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców o następującej treści:

Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1 Załącznik Nr 6 pkt 7. W punkcie tym Zamawiający wymaga „Rozdzielczość wydruku w DPI ≥ 320 DPI”. Czy Zamawiający zmieni wymóg na „Rozdzielczość wydruku w DPI ≥ 508 DPI”?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę parametru określonego w Załączniku Nr 6 pkt 7 dla przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 2 poz. 1.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a