



175 lat 1835-2010
jubileusz

SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. E. Szczeklika w Tarnowie

.....
.....

Znak: AE/ZP-27-80/10

Tarnów, 2010-10-26

Dotyczy: **przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 193.000 EURO na dostawę tomografu komputerowego min.16 rzędowego wraz z demontażem i utylizacją zamontowanego w pomieszczeniach Zamawiającego starego tomografu i adaptacją pomieszczenia oraz klimatyzacji dla potrzeb oferowanego tomografu.**

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

1. **Dotyczy Załącznik Nr 6 pkt.II.6** – Wnosimy o dopuszczenie aparatu z jednym licznikiem czasu zatrzymania oddechu.
2. **Dotyczy Załącznik Nr 6 pkt.III.1** – Wnosimy o dopuszczenie aparatu o czasie najkrótszego obrotu układu lampy detektor 0,6 s.
3. **Dotyczy Załącznik Nr 6 pkt.III.12** – Wnosimy o dopuszczenie aparatu o rozdzielczości wysoko-kontrastowej w płaszczyźnie XY wyrażonej w (pl/cm) w punkcie 2% krzywej MTF, wyznaczonej przy zastosowaniu klinicznego filtra rekonstrukcyjnego w najkrótszym czasie skanu pełnego, w pełnym polu obrazowym min 50 cm (podać nazwę użytego do pomiaru filtra oraz parametry skanu) ≥ 15 (pl/cm).
4. **Dotyczy Załącznik Nr 6 pkt.III.13** – Wnosimy o dopuszczenie aparatu o dawce powierzchniowej 16 mGy.
5. **Dotyczy Załącznik Nr 6 pkt.IV.5** – Wnosimy o dopuszczenie aparatu posiadającego na dysku twardym konsoli operatorskiej miejsce na archiwizowanie 240 000 obrazów.
6. **Dotyczy Załącznik Nr 6 pkt.V.1** – Wnosimy o dopuszczenie aparatu do tomografii komputerowej o krótkiej geometrii, potrzebującego maksymalnej mocy generatora, rozumianej jako iloczyn napięcia i prądu dostępnego w protokołach badań, 44,85 kW, aby uzyskać taki sam efekt diagnostyczny jak w tomografach o długiej geometrii, potrzebujących większej mocy generatora.
7. **Dotyczy Załącznik Nr 6 pkt.V.2** – Wnosimy o dopuszczenie aparatu do tomografii komputerowej o napięciu maksymalnym 130 kV.
8. **Dotyczy Załącznik Nr 6 pkt.V.4** – Wnosimy o dopuszczenie aparatu do tomografii komputerowej o maksymalnym prądzie anodowym 345 mA.
9. **Dotyczy Załącznik Nr 6 pkt.V.6** – Wnosimy o dopuszczenie aparatu do tomografii komputerowej o pojemności cieplnej anody lampy rtg 5 MHU.
10. **Dotyczy Załącznik Nr 6 pkt.VIII.4** – Wnosimy o dopuszczenie aparatu posiadającego na dysku twardym konsoli operatorskiej miejsce na archiwizowanie 240 000 obrazów.
11. **Dotyczy Załącznik Nr 6 pkt.IX.7** – Wnosimy o dopuszczenie aparatu do tomografii komputerowej posiadającego inne formy prezentacji usuwania zwapnień podczas analizy badań naczyniowych bez automatycznej funkcji włącz/wyłącz.
12. **Dotyczy Załącznik Nr 6** – Prosimy o wyjaśnienie czy zapis zawarty w opisie Załącznika Nr 6 dotyczy aparatu tomografii komputerowej czy też systemu angiograficznego.



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad.1.

Zamawiający dopuści również w Załączniku Nr 6 pkt.II.6 aparat z jednym licznikiem czasu zatrzymania oddechu.

Ad.2.

Zamawiający nie dopuści w Załączniku Nr 6 pkt.III.1 aparatu o czasie najkrótszego obrotu układu lampa detektor 0,6 s.

Ad.3.

Zamawiający zmienia dotychczasowy zapis punktu III.12 Załącznika Nr 6 o treści : „Rozdzielczość wysokokontrastowa (przestrzenna), mierzona w polu akwizycyjnym FOV=50 cm w punkcie 2% krzywej MTF [pl/cm]. ≥ 14 ” na zapis „Rozdzielczość wysokokontrastowa zgodnie z *Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009r w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej* (Dz.U.z 2009r Nr 139 poz. 1142) minimum 15 [pl/cm] dla skanu 360”.

Ad.4.

Zamawiający dopuści również w Załączniku Nr 6 pkt.III.13 aparat o dawce powierzchniowej 16 mGy, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Ad.5.

Zamawiający zmienia dotychczasowy zapis punktu IV.5 Załącznika Nr 6 o treści : „Pojemność dysku twardego dla obrazów bez kompresji (512x512), wyrażona liczbą obrazów. ≥ 250000 ” na zapis „Pojemność dysku twardego dla obrazów bez kompresji (512x512), wyrażona liczbą obrazów. ≥ 240000 ”.

Ad.6.

Zamawiający nie dopuści w Załączniku Nr 6 pkt.V.1 aparatu do tomografii komputerowej o krótkiej geometrii, potrzebującego maksymalnej mocy generatora, rozumianej jako iloczyn napięcia i prądu dostępnego w protokołach badań 44,85 kW.

Ad.7.

Zamawiający nie dopuści w Załączniku Nr 6 pkt.V.2 aparatu do tomografii komputerowej o napięciu maksymalnym 130 kV.

Ad.8.

Zamawiający nie dopuści w Załączniku Nr 6 pkt.V.4 aparatu do tomografii komputerowej o maksymalnym prądzie anodowym 345 mA.

Ad.9.

Zamawiający nie dopuści w Załączniku Nr 6 pkt.V.6 aparatu do tomografii komputerowej o pojemności cieplnej anody lampy rtg 5 MHU.

Ad.10.

Zamawiający zmienia dotychczasowy zapis punktu VIII.4 Załącznika Nr 6 o treści : „Pojemność dysku twardego dla obrazów (512 x 512) bez kompresji wyrażona liczbą obrazów ≥ 500000 ” na zapis „Pojemność dysku twardego dla obrazów (512 x 512) bez kompresji wyrażona liczbą obrazów ≥ 240000 ”.

Ad.11.

Zamawiający dopuści również w Załączniku Nr 6 pkt.IX.7 aparat do tomografii komputerowej posiadający inne formy prezentacji usuwania zwapnień podczas analizy

badan naczyiniowych bez automatycznej funkcji wlacz/wylacz, pozostale parametry zgodnie z SIWZ.

Ad.12.

Zamawiajacy zmienia dotychczasowy zapis naglowka w Załączniku Nr 6 o treści : „Wymagane i oferowane parametry techniczne systemu angiograficznego z wyposazeniem – 1 zestaw” na zapis „Wymagane i oferowane parametry techniczne tomografu komputerowego min.16 rzadowego”.

W związku z odpowiedzią udzieloną w punkcie Ad.3, Ad.5, Ad.10 i Ad.12, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiajacy dokonuje odpowiednio zmiany treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W załączeniu Załącznik Nr 6 po zmianie.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiajacy przekazal SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiajacego
3. a/a

