



175 lat 1835-2010
jubileusz

SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. E. Szczeklika w Tarnowie

.....
.....

Znak: AE/ZP-27-80/10

Tarnów, 2010-10-28

Dotyczy: **przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 193.000 EURO na dostawę tomografu komputerowego min.16 rzędowego wraz z demontażem i utylizacją zamontowanego w pomieszczeniach Zamawiającego starego tomografu i adaptacją pomieszczenia oraz klimatyzacji dla potrzeb oferowanego tomografu.**

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

1. **Dotyczy Załącznik Nr 6 pkt.II.6** – Czy Zamawiający dopuści do przetargu 16 rzędowy tomograf komputerowy posiadający wskaźniki zatrzymania oddechu ale nie posiadający liczników czasu pozostałego do zakończenia wstrzymania oddechu ?
2. **Dotyczy Załącznik Nr 6 pkt.II.6** – Czy Zamawiający dopuści do przetargu tomograf 16 rzędowy bez liczników i wskaźników zatrzymania oddechu ?
3. **Dotyczy Załącznik Nr 6 pkt.III.7** – Czy Zamawiający dopuści do przetargu 16 rzędowy tomograf komputerowy mający możliwość wykonania skanu topograficznego w dwóch projekcjach zamiast w 3 projekcjach ?
4. **Dotyczy Załącznik Nr 6 pkt.III.13** – Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku opisanego w pkt.III.13 jeżeli 16 rzędowy tomograf komputerowy, którego dawka CDTIw konieczna do uzyskania rozdzielczości niskokontrastowej wizualnej równej 4 mm, przy różnicy gęstości 3HU, określona dla fantomu głowy, przy 0,75 s czasie obrotu lampy, napięciu 120 kV, prądzie 330 mA dla warstwy 9 mm jest mniejsza od 41 mGy ?
5. **Dotyczy Załącznik Nr 6 pkt.IV.1 i VII.6** – Czy Zamawiający dopuści do przetargu tomograf 16 rzędowy sterowany przez wielozadaniowy system operacyjny umożliwiający rekonstrukcję, wyświetlanie obrazu, przesyłanie badań do konsoli lekarskiej i kamery archiwizacyjnej, archiwizację, przeglądanie badań po zakończonym skanowaniu, a nie w trakcie skanowania?
6. **Dotyczy Załącznik Nr 6 pkt.IV.3** – czy Zamawiający dopuści do przetargu 16 rzędowy tomograf wyposażony w jednomonitorową konsolę operatorską, wyposażoną w 19” kolorowy monitor LCD, wraz z możliwością przełączenia się na tryb przeglądania i obróbki obrazów i umożliwiającą pracę w tym samym czasie operatora lub lekarza diagnosty?
7. **Dotyczy Załącznik Nr 6 pkt.IV.4** – Czy Zamawiający dopuści do przetargu tomograf umożliwiający jednoczesną rekonstrukcję tylko w jednej płaszczyźnie z jednoczesnym wyświetlaniem obrazu tylko w jednej płaszczyźnie?
8. **Dotyczy Załącznik Nr 6 pkt.IV.5** – Czy Zamawiający dopuści do przetargu tomograf o pojemności dysku twardego konsoli operatora umożliwiającej zapisanie do 200 000 obrazów w matrycy 512x512 bez kompresji?
9. **Dotyczy Załącznik Nr 6 pkt.V.3** – Czy Zamawiający dopuści do przetargu 16 rzędowy spiralny tomograf komputerowy, którego zakres napięć anodowych wynosi



od 90 kV do 140 kV, a dodatkowo tomograf wyposażony jest w system automatycznej redukcji dawki oraz specjalistyczne protokoły pediatryczne?

10. **Dotyczy Załącznik Nr 6 pkt.V.6** – Czy Zamawiający dopuści do przetargu tomograf 16 rzędowy wyposażony w wydajną lampę o pojemności cieplnej równej 5 MHU, umożliwiającą ciągłe skanowanie (bez potrzeby chłodzenia lampy) przez czas 100s?
11. **Dotyczy Załącznik Nr 6 pkt.VI.2** – Czy Zamawiający dopuści do przetargu tomograf 16 rzędowy o minimalnej grubości warstwy submilimetrowej dla akwizycji 16 warstw równej: 0,75 mm, w zamian oferując pokrycie układem detektorów zakresu 24 mm?
12. **Dotyczy Załącznik Nr 6 pkt.IX.7** – Czy Zamawiający dopuści tomograf 16 rzędowy wyposażony w konsolę lekarską bez oprogramowania (opisanego w pkt. IX.7) do automatycznego usuwania zwapnień podczas analizy badań naczyniowych dla Modelu MIP oraz VRT (przy pomocy funkcji włącz/wyłącz obraz zwapnień)?
13. **Dotyczy Załącznik Nr 6 pkt.IX.10** – Czy Zamawiający dopuści do przetargu tomograf 16 rzędowy wyposażony w konsolę lekarską bez oprogramowania do oceny zatorowości płucnej?
14. **Dotyczy Załącznik Nr 6 pkt.V.1** – Czy Zamawiający dopuści do przetargu tomograf 16 rzędowy o mocy generatora rozumianej jako iloczyn napięcia i prądu dostępnego w protokołach badań równy 46 kW?
15. **Dotyczy Załącznik Nr 6** – Czy Zamawiający dopuści do przetargu tomograf 16 rzędowy wraz z nowym automatycznym jednogłowicowym wstrzykiwaczem kontrastu w przypadku braku możliwości zintegrowania z istniejącym wstrzykiwaczem?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad.1.

Zamawiający dopuści również w Załączniku Nr 6 pkt.II.6 16 rzędowy tomograf komputerowy posiadający wskaźniki zatrzymania oddechu, ale nie posiadający liczników czasu pozostałego do zakończenia wstrzymania oddechu.

Ad.2.

Zamawiający nie dopuści w Załączniku Nr 6 pkt.II.6 tomografu 16 rzędowego bez liczników i wskaźników zatrzymania oddechu.

Ad.3.

Zamawiający nie dopuści w Załączniku Nr 6 pkt.III.7 16 rzędowego tomografu komputerowego mającego możliwość wykonania skanu topograficznego w dwóch projekcjach zamiast w 3 projekcjach.

Ad.4.

Zamawiający nie dopuści w Załączniku Nr 6 pkt.III.13 16 rzędowego tomografu komputerowego, którego dawka CDTI_w konieczna do uzyskania rozdzielczości niskokontrastowej wizualnej równej 4 mm, przy różnicy gęstości 3HU, określona dla fantomu głowy, przy 0,75 s czasie obrotu lampy, napięciu 120 kV, prądzie 330 mA dla warstwy 9 mm jest mniejsza od 41 mGy.

Ad.5.

Zamawiający nie dopuści w Załączniku Nr 6 pkt.IV.1 i VII.6 tomografu 16 rzędowego sterowanego przez wielozadaniowy system operacyjny umożliwiający rekonstrukcję, wyświetlanie obrazu, przesyłanie badań do konsoli lekarskiej i kamery archiwizacyjnej, archiwizację, przeglądanie badań po zakończonym skanowaniu, a nie w trakcie skanowania.

Ad.6.

Zamawiający nie dopuści w Załączniku Nr 6 pkt.IV.3 16 rzędowego tomografu wyposażonego w jednomonitorową konsolę operatorską, wyposażoną w 19" kolorowy monitor LCD, wraz z możliwością przełączenia się na tryb przeglądania i obróbki obrazów i umożliwiającą pracę w tym samym czasie operatora lub lekarza diagnosty.

Ad.7.

Zamawiający nie dopuści w Załączniku Nr 6 pkt.IV.4 tomografu umożliwiającego jednoczesną rekonstrukcję tylko w jednej płaszczyźnie z jednoczesnym wyświetlaniem obrazu tylko w jednej płaszczyźnie.

Ad.8.

Zamawiający nie dopuści w Załączniku Nr 6 pkt.IV.5 tomografu o pojemności dysku twardego konsoli operatora umożliwiającej zapisanie do 200 000 obrazów w matrycy 512x512 bez kompresji.

Ad.9.

Zamawiający nie dopuści w Załączniku Nr 6 pkt.V.3 16 rzędowego spiralnego tomografu komputerowego, którego zakres napięć anodowych wynosi od 90 kV do 140 kV, dodatkowo wyposażonego w system automatycznej redukcji dawki oraz specjalistyczne protokoły pediatryczne.

Ad.10.

Zamawiający nie dopuści w Załączniku Nr 6 pkt.V.6 tomografu 16 rzędowego wyposażonego w wydajną lampę o pojemności cieplnej równej 5 MHU, umożliwiającą ciągle skanowanie (bez potrzeby chłodzenia lampy) przez czas 100s.

Ad.11.

Zamawiający nie dopuści w Załączniku Nr 6 pkt.VI.2 tomografu 16 rzędowego o minimalnej grubości warstwy submilimetrowej dla akwizycji 16 warstw równej: 0,75 mm, w zamian posiadającego pokrycie układem detektorów zakresu 24 mm.

Ad.12.

Zamawiający nie dopuści w Załączniku Nr 6 pkt.IX.7 tomografu 16 rzędowego wyposażonego w konsolę lekarską bez oprogramowania (opisanego w pkt. IX.7) do automatycznego usuwania zwapnień podczas analizy badań naczyniowych dla Modelu MIP oraz VRT (przy pomocy funkcji włącz/wyłącz obraz zwapnień).

Ad.13.

Zamawiający nie dopuści w Załączniku Nr 6 pkt.IX.10 tomografu 16 rzędowego wyposażonego w konsolę lekarską bez oprogramowania do oceny zatorowości płucnej.

Ad.14.

Zamawiający nie dopuści w Załączniku Nr 6 pkt.V.1 tomografu 16 rzędowego o mocy generatora rozumianej jako iloczyn napięcia i prądu dostępnego w protokołach badań równy 46 kW.

Ad.15.

Zamawiający dopuści również w Załączniku Nr 6 tomograf 16 rzędowy wraz z nowym automatycznym jednogłowicowym wstrzykiwaczem kontrastu w przypadku braku możliwości zintegrowania z istniejącym wstrzykiwaczem.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a