



175 lat 1835-2010
jubileusz

SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. E. Szczeklika w Tarnowie

.....
.....

Znak: AE/ZP-27-80/10

Tarnów, 2010-11-02

Dotyczy: **przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 193.000 EURO na dostawę tomografu komputerowego min.16 rzędowego wraz z demontażem i utylizacją zamontowanego w pomieszczeniach Zamawiającego starego tomografu i adaptacją pomieszczenia oraz klimatyzacji dla potrzeb oferowanego tomografu.**

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

1. **Dotyczy Załącznik Nr 6 pkt.I.6** – Czy Zamawiający potwierdza, że obie drukarki filmów (kamery) posiadają interfejs DICOM i podłączane są do systemu tomografii komputerowej poprzez standardowe łącze komputerowe?.
2. **Dotyczy Załącznik Nr 6 pkt.VII.7** – Czy Zamawiający dopuści do postępowania system posiadający oprogramowanie do synchronizacji startu badania spiralnego na podstawie automatycznej analizy napływu środka cieniującego w zadanej warstwie bez wykonywania wstrzyknięć testowych z automatycznym startem skanu spiralnego, w którym z uwagi na bezpieczeństwo pacjenta, włączanie promieniowania musi być potwierdzone przez technika obsługującego tomograf?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad.1.

Zamawiający informuje, iż obie drukarki posiadają interfejs DICOM jak również mają standardowe łącze komputerowe do komunikacji z systemem tomografii komputerowej przez sieć LAN.

Ad.2.

Zamawiający dopuści również w Załączniku Nr 6 pkt.VII.7 system posiadający oprogramowanie do synchronizacji startu badania spiralnego na podstawie automatycznej analizy napływu środka cieniującego w zadanej warstwie bez wykonywania wstrzyknięć testowych z automatycznym startem skanu spiralnego, w którym włączanie promieniowania musi być potwierdzane przez technika obsługującego tomograf.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a

