



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-81/10

Tarnów, 2010-10-11

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193.000 EURO na dostawę kardiokografu do ciąży bliźniaczej dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

1. **Dotyczy Załącznik Nr 6 pkt.6** – Czy Zamawiający dopuści aparaty KTG z zakresem pomiarowym od 50 do 210 bpm?
2. **Dotyczy Załącznik Nr 6 pkt.6** – Czy Zamawiający dopuści urządzenie z zakresem pomiaru od 50 bpm?
3. **Dotyczy Załącznik Nr 6 pkt.6** – Czy Zamawiający dopuści urządzenie z zakresem pomiaru do 210 bpm?
4. **Dotyczy Załącznik Nr 6 pkt.10** – Czy Zamawiający dopuści urządzenie z możliwością ustawienia dolnej i górnej granicy alarmu czynności serca dla obu głowic naraz?
5. **Dotyczy Załącznik Nr 6 pkt.22** – Czy Zamawiający dopuści urządzenie z wózkiem wyposażonym w hamulec min. na jednym kole?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad.1, 2 i 3

Zamawiający dopuści również kardiokografy do ciąży bliźniaczej z zakresem pomiarowym od 50 do 210 bpm.

Ad.4.

Zamawiający dopuści również kardiokografy do ciąży bliźniaczej z możliwością ustawienia dolnej i górnej granicy alarmu czynności serca dla obu głowic naraz.

Ad.5

Zamawiający dopuści również kardiokografy do ciąży bliźniaczej z wózkiem wyposażonym w hamulec min. na jednym kole.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a