



175 lat 1835-2010
jubileusz

SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. E. Szczeklika w Tarnowie

.....
.....

Znak: AE/ZP-27-84 /10

Tarnów, 2010-10-14

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 193.000 EURO na dostawę szwów chirurgicznych, podwiązek, materiałów wspomagających gojenie ran, wosku do kości dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniami Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 11** - Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 poz. 11 dopuści nitkę o długości 75 cm przy odpowiednim zwiększeniu ilości oferowanych saszetek?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 6, 8, 9, 10, 11** - Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 poz. 6, 8, 9, 10, 11 dopuści zaoferowanie igieł o wzmocnionej konstrukcji?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 1** - Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 dopuści zaoferowanie szwów chirurgicznych syntetycznych, wchłanianych, wielowłókowych o okresie wchłaniania 56-70 dni zachowujących około 75-80% pierwotnej wytrzymałości na rozciąganie po dwóch tygodniach od implantacji. Po trzech tygodniach zachowujących około 50% pierwotnej wytrzymałości na rozciąganie?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 13** - Czy Zamawiający w pakiecie 1 w pozycji 13 igłę czarną? Pozostałe parametry bez zmian.
5. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 3** - Czy Zamawiający w pakiecie 4 pozycja 3 dopuści igłę pojedynczą? Pozostałe parametry bez zmian.
6. **Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 13** - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji igły o długości 25 mm.
7. **Dotyczy Pakietu Nr 6** - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania plastra chirurgicznego w rozmiarze 6 x 101 mm? Pozostałe parametry bez zmian.
8. **Dotyczy Pakietu Nr 6** - Czy Zamawiający wymaga zaoferowania plastrów chirurgicznych pakowanych w saszetki zawierające 2 x 5 szt. pasków?
9. **Dotyczy Pakietu Nr 1** – Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o dopuszczenie nici wchłanianych, plecionych powlekanych glikonatem o okresie podtrzymywania ok. 28 dni wchłaniania całkowitego do 90 dni.
10. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 17** – Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o dopuszczenie igły laparoskopowej typu narta 26 mm na nitce 20cm.
11. **Dotyczy Pakiet 2 poz. 4** - Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o dopuszczenie igły 17 mm 1/2 okrągła podwójnej z ostrym tnącym końcem.
12. **Dotyczy Pakiet 4 poz. 4** -Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o dopuszczenie podwiązki UPS 0 o długości 150 cm lub 250 cm.
13. **Dotyczy Pakietu Nr 1** - Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści w Pakiecie 1 nić o czasie wchłaniania 50-80 dni. Pozostałe parametry bez zmian.



14. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 3** - Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści w Pakiecie Nr 2 poz. 3 również igłę o długości 18 mm, a wg przyjętej tolerancji powinno być 17, 6 mm? Pozostałe parametry bez zmian.
15. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 4** - Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści w Pakiecie 2 poz. 4 również nić o długości 120 cm? Pozostałe parametry bez zmian.
16. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 4** - Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści w Pakiecie 2 poz. 4 również nić o długości 75 cm? Pozostałe parametry bez zmian.
17. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 5** - Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści w Pakiecie 2 poz. 5 również nić o długości 120 cm? Pozostałe parametry bez zmian.
18. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 6** - Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści w Pakiecie 2 poz. 6 również nić o długości 26 mm, a wg przyjętej tolerancji powinno być 27 mm? Pozostałe parametry bez zmian.
19. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 6** - Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści w Pakiecie 3 poz. 6 również nić o długości 90 cm? Pozostałe parametry bez zmian.
20. **Dotyczy Rozdziału XIV Ogólne warunki umowy pkt 14** – „W przypadku nie wykonania zamówienia przez Wykonawcę z jego winy, Zamawiający może dokonać zakupu towarów od innych Wykonawców, Wykonawca pokrywa różnicę w cenie.”
21. **Dotyczy Rozdziału XIV Ogólne warunki umowy pkt 13** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w pkt 13 zapisu: „Zmniejszenie ilości przedmiotu umowy w toku jej realizacji nie może przekroczyć 20% ilości określonej w niniejszej umowie”?
22. **Dotyczy Rozdziału XIV Ogólne warunki umowy pkt 4** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w pkt 4 zapisu: „Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy, w stosunku do treści oferty Wykonawcy, pod warunkiem, że zmiany te są konieczne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia w szczególności Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w sytuacji:
 - a) istotnej zmiany kursów walutowych, jeżeli wpływa to na koszty dostawy,
 - b) istotnej zmiany cen przez producenta.
23. **Dotyczy Pakietu Nr 1** - Czy w pakiecie nr 1 Zamawiający wymaga powleczenia nici mieszkanką kopolimeru kaprolaktonu/glikolidu i laktydy stearynowo- wapniowego?
24. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 14, 15, 18, 21, 23** – Czy w pakiecie nr 1 w pozycjach 14, 15, 18, 21, 23 Zamawiający wymaga podwiązek na rolce?
25. **Dotyczy Pakietu nr 3 poz. 6** – Czy dopuście Państwo w pakiecie nr 3, w pozycji nr 6: szew z igłą okrągłą przy zachowaniu pozostałych parametrów?
26. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 3** - Czy dopuście Państwo w pakiecie nr 4, w pozycji nr 3: igłę okrągłą, podwójną, 37 mm, 1/2 koła?
27. **Pakiet Nr 4 poz. 4** – Czy dopuście Państwo w pakiecie nr 4 w pozycji nr 4 szew o długości 250 cm przy zachowaniu pozostałych parametrów?
28. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 5** – Prosimy o wydzielenie z pakietu nr 5 w jeden osobny pakiet.
29. **Dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 1** - Czy dopuście Państwo w pakiecie nr 10, w pozycji nr 1 szew o grubości , przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1

Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie Nr 1 poz. 11 nitki o długości 75 cm, parametry zgodnie z SIWZ.

Ad. 2

Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie Nr 1 poz. 6,8,9,10 i 11 igieł o wzmocnionej konstrukcji, wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad. 3

Zamawiający w Pakiecie Nr 1 podtrzymuje zapis SIWZ i wymaga zaoferowania plecionkowych, powlekanych, syntetycznych szwów wchłanianych, jałowych z igłą odporną na złamanie trwale połączonych z nitką, okres wchłaniania do 70 dni, okres podtrzymywania tkanek min. 28 dni.

Ad. 4

Zamawiający w Pakiecie Nr 1 poz. 13 dopuszcza również igłę czarną spełniającą pozostałe wymagania SIWZ.

Ad. 5

Zamawiający w Pakiecie Nr 4 poz. 3 dopuszcza również igłę pojedynczą spełniającą pozostałe wymagania SIWZ.

Ad. 6

Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie Nr 1 poz. 13 igły o długości 25 mm, Wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad. 7

Zamawiający w Pakiecie Nr 6 poz. 1 dopuszcza również możliwość zaoferowania plastra chirurgicznego w rozmiarze 6 x 101 mm, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 8

Zamawiający w Pakiecie Nr 6 poz. 1 miał na myśli plastry chirurgiczne pakowane w saszetki zawierające 2 x 5 szt. pasków.

Ad. 9

Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie Nr 1 nici wchłanianych, plecionych, powlekanych glikonatem o okresie całkowitego wchłaniania do 90 dni, oraz okresie podtrzymywania ok. 28 dni, wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad.10

Jeżeli pytanie dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 13, to Zamawiający nie dopuszcza igły laparoskopowej typu narta 26 mm na nitce 20 cm, wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad.11

Zamawiający w Pakiecie Nr 2 poz. 4 dopuszcza również igłę okrągłą z ostrzem tnącym, podwójną, 17 mm, 1/2 koła.

Ad. 12

Zamawiający w Pakiecie Nr 4 poz. 4 dopuszcza również podwiązkę o długości 250 cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Ad. 13

Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie Nr 1 nici o czasie wchłaniania 50-80 dni, wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad. 14

Zamawiający w Pakiecie Nr 2 poz. 3 dopuszcza również igłę o długości 18 mm.

Ad. 15

Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie Nr 2 poz.4 nici o długości 120 cm.

Ad. 16

Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie Nr 2 poz.4 nici o długości 75 cm.

Ad. 17

Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie Nr 2 poz.5 nici o długości 120 cm.

Ad. 18

Zamawiający w Pakiecie Nr 2 poz. 6 dopuszcza również igłę o długości 26 mm.

Ad. 19

Zamawiający w Pakiecie Nr 3 poz. 6 dopuszcza również nić o długości 90 mm.

Ad. 20, 21, 22

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach punktu XIV SIWZ „Ogólne warunki umowy”. W sprawach nieuregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ad. 23

Zamawiający w Pakiecie nr 1 nie wymaga ale dopuszcza nici powleczone mieszką kopolimeru kaprolaktanu/glikolidu i laktydy stearynowo-wapniowego

Ad. 24

Zamawiający w Pakiecie Nr 1 poz. 14, 15, 18, 21, 23 nie wymaga ale dopuszcza również podwiązki na rolkach.

Ad. 25

Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie Nr 3 poz. 6 szwu z igłą okrągłą, przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ.

Ad. 26

Zamawiający w Pakiecie Nr 4 poz. 3 dopuszcza również igłę okrągłą, podwójną, z ostrzem tnącym, 1/2 koła, 37 mm.

Ad. 27

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie Nr 4 poz. 4 szew o długości 250 cm.

Ad. 28

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu nr 5 poz. 5 w jeden osobny Pakiet.

Ad. 29

Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie Nr 10 poz. 1 szwu o grubości 1. Wymagania zgodnie z SIWZ.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a