



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-85 /10

Tarnów, 2010-10-14

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 193.000 EURO na dostawę koncentratów do dializ, kapsuł wodorowęglanowych, płynów do hemofiltracji, dializatorów bezwapniowych oraz cytrynianu sodu dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 1 - Dotyczy Pakietu nr 1** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w Pakiecie nr 1 koncentratów o następujących składach elektrolitowych:
 - **poz. 2** Na-140; K-4; Ca-1,50; Mg-0,50; Glukoza/1,00 lub Na-138; K-4; Ca1,25; Mg-0,6; Glukoza/1,00 lub Na -140; K-3; Ca -1,25; Mg-0,5,
 - **poz. 3** Na-140; K-1, Ca- 1,25; Mg- 0,5; Glukoza/1,00
 - **poz. 4** Na -140; K-2; Ca-1,50; Mg- 0,5; lub Na -138; K-2; Ca-1,75; Mg -0,5
2. **Dotyczy Pakietu Nr 2** - Zwracamy się z prośbą o możliwość zaoferowania i wyceny w Pakiecie nr 2 w/w postępowania kapsuł kompatybilnych i pasujących do wszystkich aparatów firmy Gambro o wielkości opakowania 760 g dostarczanych z dwoma korkami zabezpieczającymi do zamykania kapsuł. Jednocześnie prosimy o odstąpienie od wymogu kapsuł nie wymagających przebijania, gdyż opisany typ kapsuł posiada w swojej ofercie tylko jedna firma.
3. **Dotyczy Pakietu Nr 2** - Czy w Pakiecie Nr 2 Proszek w kolumnie wodorowęglanowej, Zamawiający dopuści złożenie ofert na asortyment zgodny z opisem przedmiotu zamówienia lecz o gramaturze 750g

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1

Zamawiając nie dopuszcza w **Pakiecie nr 1** koncentratów kwaśnych o następujących składach elektrolitowych - **poz. 2** Na-140mmol/l; K-4 mmol/l; Ca-1,50 mmol/l; Mg-0,5 mmol/l; Glukoza- 1 mmol/l **lub** Na-138 mmol/l; K-4 mmol/l; Ca-1,25 mmol/l; Mg-0,6 mmol/l; Glukoza- 1 mmol/l **lub** Na -140 mmol/l; K-3 mmol/l; Ca -1,25 mmol/l; Mg-0,5 mmol/l,
-poz.3 Na-140 mmol/l; K-1 mmol/l, Ca- 1,25 mmol/l; MG-0,5 mmol/l; Glukoza - 1 mmol/l
-poz. 4 Na -140 mmol/l; K-2 mmol/l; Ca-1,5 mmol/l; Mg- 0,5 mmol/l; **lub** Na -138 mmol/l; K-2 mmol/l; Ca-1,75 mmol/l; Mg -0,5 mmol/l

Zamawiający nie wyraża zgody na składanie oferty na poszczególne pozycje Pakietu Nr 1.

Ad. 2

Zamawiający w Pakiecie Nr 2 dopuszcza również kapsuły zawierające proszek w kolumnie wodorowęglanowej o zawartości 760g, pod warunkiem, że produkt spełnia wszystkie pozostałe wymagane warunki zawarte w SIWZ tj. kapsuła nie wymagająca przebijania i fabrycznie wyposażona w dwa koreczki zabezpieczające do zamykania kapsuły. Kapsuła winna pasować do aparatów firmy GAMBRO typu: AK90s, AK95 i AK95s.

Ad. 3

Zamawiający w Pakiecie Nr 2 dopuszcza również kapsuły zawierające proszek w kolumnie wodorowęglanowej o zawartości 750g, pod warunkiem, że produkt spełnia wszystkie pozostałe wymagane warunki zawarte w SIWZ tj. kapsuła nie wymagająca przebijania i fabrycznie wyposażona w dwa koreczki zabezpieczające do zamykania kapsuły. Kapsuła winna pasować do aparatów firmy GAMBRO typu: AK90s, AK95 i AK95s.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a