



Znak: AE/ZP-27-87/10

Tarnów, 2010-10-22

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193.000 EURO na dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku jednorazowego oraz systemu do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców o następującej treści:

Dotyczy Pakietu 1 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści 7 sztuk jednorazowych systemów do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, materiał: polipropylen, monofilament, z plastikową osłonką na taśmie, o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, porowatości średniej 1000 μm , porowatości max. 1870 μm , grubości taśmy 0,33 mm, gramaturze 48 g/m^2 , brzegi taśmy zakończone bezpiecznymi pętelkami bez kotwiczek, oraz 1 sztukę igły wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej, do implantacji wyżej wymienionych systemów?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 1 systemu do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet zgodnego z opisem podanym w zapytaniu.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a