



Znak: AE/ZP-27-88/10

Tarnów, 2010-11-03

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193.000 EURO na dostawy: odczynników, kalibratorów materiałów kontrolnych i zużywalnych do badań z koagulologii wraz z dzierżawą analizatora do tych badań dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Załącznika Nr 6 do SIWZ pkt 10 wymagań wobec aparatu do oznaczeń koagulologicznych.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na aparat pracujący w oparciu o kuwety pomiarowe połączone w segmenty po 4 kuwety? Analizator wykorzystuje wszystkie kuwety w sposób ekonomiczny, a właściwa kalkulacja oferty zapewni Zamawiającemu wystarczającą ilość kuwet do wykonania badań.
2. **Dotyczy Załącznika Nr 6 do SIWZ pkt 14 wymagań wobec aparatu do oznaczeń koagulologicznych.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na aparat wykorzystujący przy pomiarze metod wykrzepialnych falę pomiarową o długości 671 nm.
3. **Dotyczy Załącznika Nr 6 do SIWZ pkt 3 wymagań wobec odczynników.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na tromboplastynę ludzką rekombinowaną zamiast tromboplastyny ludzkiej pochodzącej z łożyska ludzkiego?
4. Czy do ilości badań podanej w formularzu cenowym należy dopisać dodatkowo badania kontrolne i kalibracyjne? Jeśli tak prosimy o podanie harmonogramu wykonywania badań kontrolnych przez Zamawiającego – jak często są te badania dla poszczególnych parametrów wykonywane i na ilu poziomach?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 – 2 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie aparatu nie spełniającego wymagań określonych w Załączniku Nr 6 do SIWZ.

Ad. 3 Zamawiający nie wyraża zgody na tromboplastynę ludzką rekombinowaną zamiast tromboplastyny ludzkiej pochodzącej z łożyska ludzkiego.

Ad 4 Do ilości badań podanej w formularzu cenowym należy dopisać dodatkowo badania kontrolne i kalibracyjne, przy czym badania kalibracyjne stosownie do zalecanych procedur właściwego przygotowania serii badań, natomiast badania kontrolne codziennie na 2 poziomach: normalna i patologiczna.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a

