



175 lat 1835-2010
jubileusz

SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. E. Szczeklika w Tarnowie

.....
.....

Znak: AE/ZP-27-89/10

Tarnów, 2010-11-03

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193.000 EURO na dostawę urządzenia do podciśnieniowego leczenia ran dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

1. **Dotyczy Załącznik Nr 6 pkt.2** – Czy Zamawiający dopuści urządzenie do podciśnieniowego leczenia ran o masie 1,9 kg?
2. **Dotyczy Załącznik Nr 6 pkt.3** – Czy Zamawiający dopuści urządzenie do podciśnieniowego leczenia ran o zakresie podciśnienia od 10 mmHg do 200 mmHg?
3. **Dotyczy Załącznik Nr 6 pkt.10** – Czy Zamawiający dopuści urządzenie do podciśnieniowego leczenia ran bez funkcji umożliwiającej odtworzenie historii alarmów?
4. **Dotyczy Załącznik Nr 6 pkt.18** – Czy Zamawiający dopuści sterylny transparentny film do mocowania opatrunku 10 x 12 cm?
5. **Dotyczy Załącznik Nr 6 pkt.19** – Czy Zamawiający dopuści sterylny transparentny film do mocowania opatrunku 15 x 21 cm?
6. **Dotyczy Załącznik Nr 6 pkt.20** – Czy Zamawiający dopuści sterylny transparentny film do mocowania opatrunku 21 x 30 cm lub 14 x 51 cm lub 15 x 21 cm lub 30 x 36 cm?
7. **Dotyczy Załącznik Nr 6 pkt.23 i 24** – Czy Zamawiający wydzieli pozycje 23 i 24 do osobnego pakietu?
8. **Dotyczy Załącznik Nr 6 pkt.28** – Czy Zamawiający dopuści urządzenie do podciśnieniowego leczenia ran ze zbiornikiem 1000 ml?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad.1.

Zamawiający nie dopuści w Załączniku Nr 6 pkt.2 urządzenia do podciśnieniowego leczenia ran o masie 1,9 kg.

Ad.2.

Zamawiający nie dopuści w Załączniku Nr 6 pkt.3 urządzenia do podciśnieniowego leczenia ran o zakresie podciśnienia od 10 mmHg do 200 mmHg.

Ad.3.

Zamawiający nie dopuści w Załączniku Nr 6 pkt.10 urządzenia do podciśnieniowego leczenia ran bez funkcji umożliwiającej odtworzenie historii alarmów.

Ad.4.

Zamawiający dopuści również w Załączniku Nr 6 pkt.18 sterylny transparentny film do mocowania opatrunku 10 x 12 cm.



Ad.5.

Zamawiający dopuści również w Załączniku Nr 6 pkt.19 sterylny transparentny film do mocowania opatrunku 15 x 21 cm.

Ad.6.

Zamawiający dopuści również w Załączniku Nr 6 pkt.20 sterylny transparentny film do mocowania opatrunku 14 x 51 cm.

Ad.7.

Zamawiający nie wydzieli z Załącznika Nr 6 pkt.23 i 24 do osobnego pakietu.

Ad.8.

Zamawiający dopuści również w Załączniku Nr 6 pkt.28 urządzenie do podciśnieniowego leczenia ran ze zbiornikiem 1000 ml.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a

