



.....  
.....

**Znak: AE/ZP-27-94/10**

Tarnów, 2010-10-19

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193.000 EURO na dostawę kardiokardografu do ciąży bliźniaczej dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.**

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

1. **Dotyczy Załącznik Nr 6 pkt.6** - Czy Zamawiający dopuści urządzenie z zakresem pomiaru od 50 bpm?
2. **Dotyczy Załącznik Nr 6 pkt.6** - Czy Zamawiający dopuści urządzenie z zakresem pomiaru do 210 bpm?
3. **Dotyczy Załącznik Nr 6 pkt.10** - Czy Zamawiający dopuści urządzenie z możliwością ustawienia dolnej i górnej granicy alarmu czynności serca dla obu głowic naraz?
4. **Dotyczy Załącznik Nr 6 pkt.22** - Czy Zamawiający dopuści urządzenie z wózkiem wyposażonym w hamulec min. na jednym kole?
5. **Dotyczy Załącznik Nr 6 pkt.6** - Czy Zamawiający dopuści ktg posiadający zakres pomiaru cardio 50-240BPM?
6. **Dotyczy Załącznik Nr 6 pkt.10** - Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy ktg, który posiada możliwość ustawiania progów alarmów wysokiego i niskiego FHR dla obu głowic jednocześnie?
7. **Dotyczy Załącznik Nr 6 pkt.18** - Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy ktg, posiadający wbudowaną drukarkę termiczną zapewniającą wysokiej jakości i czytelne wydruki lecz bez możliwości powiększania wydruku?
8. **Dotyczy Załącznik Nr 6 pkt.19** - Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy ktg, który nie posiada programowalnego czasu zapisu, tylko drukowanie ciągłe?

**Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:**

**Ad. 1**

Zamawiający dopuści również kardiokardografy do ciąży bliźniaczej z zakresem pomiarowym od 50 bpm.

**Ad. 2**

Zamawiający dopuści również kardiokardografy do ciąży bliźniaczej z zakresem pomiarowym do 210 bpm.

**Ad. 3**

Zamawiający dopuści również kardiokardografy do ciąży bliźniaczej z możliwością ustawienia dolnej i górnej granicy alarmu czynności serca dla obu głowic naraz.

**Ad. 4**

Zamawiający dopuści również kardiokografy do ciąży bliźniaczej z wózkiem wyposażonym w hamulec min. na jednym kole.

**Ad. 5**

Zamawiający dopuści również kardiokografy do ciąży bliźniaczej z zakresem pomiarowym cardio 50-240BPM.

**Ad. 6**

Zamawiający dopuści również wysokiej klasy kardiokografy, które posiadają możliwość ustawiania progów alarmów wysokiego i niskiego FHR dla obu głowic jednocześnie.

**Ad. 7**

Zamawiający dopuści również wysokiej klasy kardiokografy, posiadające wbudowaną drukarkę termiczną zapewniającą wysokiej jakości i czytelne wydruki lecz bez możliwości powiększania wydruku.

**Ad. 8**

Zamawiający dopuści również wysokiej klasy kardiokografy, który nie posiadają programowalnego czasu zapisu, tylko drukowanie ciągłe.

**Otrzymują:**

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a