



.....

Znak: AE/ZP-27-01/11

Tarnów, 2011-01-14

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193.000 EURO na dostawy: sterylnych i niesterylnych wyrobów jednorazowego użytku: fartuchów i ubrań operacyjnych, czepków, prześcieradeł, podkładów, serwet, zestawów obłożeń operacyjnych dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 1 pozycja 13.** Czy Zamawiający dopuści ubranie operacyjne wykonane z włókniny polipropylenowej spunbond spełniający pozostałe wymagania SIWZ?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 1 pozycje 14-15.** Czy Zamawiający wymaga jałowych osłon na kończyny?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 1 pozycja 14.** Czy Zamawiający dopuści jałową osłonę na kończynę o rozmiarze 120 x 35 cm z przylepcem 10x50 cm?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 1 pozycja 15.** Czy Zamawiający dopuści jałową osłonę na kończynę o rozmiarze 80x30 cm z przylepcem 10x50 cm?
5. **Dotyczy Pakietu Nr 1 pozycja 16.** Czy Zamawiający wymaga pokrowców na zwłoki zamykanych na zamek?
6. **Dotyczy Pakietu Nr 1 pozycje 18.** Czy Zamawiający wymaga aby fartuchy były pakowane pojedynczo?
7. **Dotyczy Pakietu Nr 2 pozycja 2.** Czy Zamawiający dopuści serwetę o rozmiarze 180x150 cm, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?
8. **Dotyczy Pakietu Nr 2 pozycja 2.** Czy Zamawiający dopuści serwetę przylepną, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?
9. **Dotyczy Pakietu Nr 2 pozycja 4.** Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet o następującym składzie:
2 x serweta samoprzylepna 2-warstwowa, 150x180 cm
2 x serweta samoprzylepna 2-warstwowa, 75x 90 cm
4 x ręcznik do rąk
spełniające pozostałe wymagania SIWZ?
10. **Dotyczy Pakietu Nr 2 pozycja 4.** Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet o następującym składzie:
1 x serweta na stolik 150x190 cm
1 x pokrowiec na stolik Mayo 80x140 cm
1 x serweta samoprzylepna 2-warstwy, 150x180 cm
1 x serweta samoprzylepna 2-warstwy, 150x240 cm
2 x serweta samoprzylepna 2-warstwy, 75x90 cm
2 x ręcznik do rąk
spełniające pozostałe wymagania SIWZ?
11. **Dotyczy Pakietu Nr 2 pozycja 5.** Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet o następującym składzie:
1 x serweta na stolik 100x150 cm
1 x serweta 2-warstwowa 100 x 150 cm
1 x dwustronna serweta do angiografii udowej 220 x 320cm z dwoma samoprzylepnymi otworami 6 x 8cm
1 x fartuch chirurgiczny S rozmiar XL,
1 x taśma przylepna 10x25cm
spełniające pozostałe wymagania SIWZ?



12. **Dotyczy Pakietu Nr 2 pozycja 5.** Czy Zamawiający dopuści dwustronną serwetę do angiografii udowej 220x320cm z dwoma samoprzylepnymi otworami 6 x 8cm, bez serwety nieprzemakalnej?
13. **Dotyczy Pakietu Nr 2 pozycja 7.** Czy Zamawiający dopuści serwetę o rozmiarze 50x75 cm z otworem 7 cm, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?
14. **Dotyczy Pakietu Nr 2 pozycja 9.** Czy Zamawiający dopuści serwetę o rozmiarze 45x45 cm, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?
15. **Dotyczy Pakietu Nr 2 pozycja 10.** Czy Zamawiający dopuści serwetę o rozmiarze 50x70 cm, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?
16. **Dotyczy Pakietu Nr 2 pozycje 11-12.** Czy Zamawiający dopuści pokrowiec o rozmiarze 170x7 cm lub 250x14 cm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?
17. **Dotyczy Pakietu Nr 2 pozycja 15.** Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet o następującym składzie:
 - 1 x serweta na stół 150 x 190 cm
 - 1 x serweta na stół Mayo 80 x 140 cm
 - 1 x serweta do histerektomii 170 x 200, 3-warstwowa, z folią chirurgiczną, otwór 30x30
 - 1 x serweta wzmocniona genitalna 75 x 100 cm z przylepnym otworem 6 x 14 cm
 - 2 x nogawica 70 x 120cm
 - 1 x serweta samoprzylepna 2-warstwowa 75 x 90 cm
 - 1 x torebka na płyny 50 x 50 cm
 - 1 x taśma przylepna 10 x 50 cm
 - 1 x przylepiec Velcro 2 x 22 cm
 - 4 x ręcznik do rąk
 spełniające pozostałe wymagania SIWZ?
18. **Dotyczy Pakietu Nr 2 pozycja 16.** Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet o następującym składzie:
 - 1 x serweta na stół 150 x 190cm
 - 1 x serweta na stół Mayo 80 x 140cm
 - 1 x serweta samoprzylepna 3-warstwowa, 170 x 180 cm
 - 1 x serweta samoprzylepna 3-warstwowa, 170 x 240 cm
 - 2 x serweta samoprzylepna 3-warstwowa, 70 x 90 cm
 - 1 x taśma przylepna 10 x 50cm
 - 4 x ręcznik do rąk
 spełniające pozostałe wymagania SIWZ?
19. **Dotyczy Pakietu Nr 2 pozycja 16.** Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet o następującym składzie:
 - 1 x serweta na stół 150 x 190 cm
 - 1 x pokrowiec na stół Mayo 80 x 140 cm
 - 1 x serweta samoprzylepna 2-warstwy, 150 x 180 cm
 - 1 x serweta samoprzylepna 2-warstwy, 150 x 240 cm
 - 2 x serweta samoprzylepna 2-warstwy, 75 x 90 cm
 - 2 x ręcznik do rąk
 spełniające pozostałe wymagania SIWZ?
20. **Dotyczy Pakietu Nr 2 pozycja 17.** Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet o następującym składzie:
 - 1x serweta na stół 120x90cm
 - 2 x nogawica 70x120cm
 - 1x serweta urologiczo-ginek 2 warstwowa 75 x 200 cm z otworem 8x12 cm
 - 4 x ręcznik do rąk
 spełniające pozostałe wymagania SIWZ?
21. **Dotyczy Pakietu Nr 2 pozycja 17.** Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet o następującym składzie:
 - 1 x serweta na stoliki 150 x 190 cm
 - 1 x serweta na stół Mayo 80 x 140 cm

- 2 x nogawica 70 x 120 cm
1 x serweta operacyjna z przylepcem 170 x 180 cm
1 x serweta operacyjna z otworem 6 x 14cm na narzędzia płciowe 75 x 100 cm samoprzylepna
1 x taśma przylepna 10 x 50 cm
spełniające pozostałe wymagania SIWZ?
22. **Dotyczy Pakietu Nr 2 pozycja 17.** Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet o następującym składzie:
1 x serweta na stolik, 150 x 190 cm
1 x serweta na stolik Mayo, 80 x 140 cm
1 x serweta z otworem 170x200 cm, wzmocniona, okienko przylepne 30 x 30 cm
1 x serweta kroczeniowa 75x100 cm wzmocniona z otworem śr. 12 cm przylepnym
1 x serweta 75 x 90 cm przylepna,
2 x nogawica 70 x 120 cm
2 x taśma przylepna, 10 x 50 cm
2 x ręcznik do rąk
spełniające pozostałe wymagania SIWZ?
23. **Dotyczy Pakietu Nr 2 pozycja 16.** Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet o następującym składzie:
1 x serweta na stolik 150 x 190cm
1 x serweta na stolik Mayo 80 x 140cm
1 x serweta samoprzylepna 3-warstwowa, 170 x 180 cm
1 x serweta samoprzylepna 3-warstwowa, 170 x 240 cm
2 x serweta samoprzylepna 3-warstwowa, 70 x 90 cm
1 x taśma przylepna 10 x 50 cm
4 x ręcznik do rąk
dodatkowo jednokomorowa foliowa kieszeń samoprzylepna 50 x 60 cm zapakowana osobno?
24. **Dotyczy Pakietu Nr 2 pozycja 16.** Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet o następującym składzie:
1 x serweta na stolik 150 x 190cm
1 x pokrowiec na stolik Mayo 80 x 140 cm
1 x serweta samoprzylepna 2-warstwy, 150 x 180 cm
1 x serweta samoprzylepna 2-warstwy, 150 x 240 cm
2 x serweta samoprzylepna 2-warstwy, 75 x 90 cm
2 x ręcznik do rąk
dodatkowo jednokomorowa foliowa kieszeń samoprzylepna 50 x 60 cm zapakowana osobno?
25. **Dotyczy Pakietu Nr 1 pozycja 2.** Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie masek operacyjnych pakowanych w kartoniki po 50 sztuk. Pozostałe parametry masek zgodne z wymogami Zamawiającego.
26. **Dotyczy Pakietu Nr 1 pozycja 10.** Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie poszwy 200 x 160 cm.
27. **Dotyczy Pakietu Nr 2 pozycja 1.** Czy Zamawiający dopuści fartuch pięciowarstwowy z tkaniny typu SSMMS?
28. **Dotyczy Pakietu Nr 2 pozycja 2.** Czy Zamawiający dopuści serwetę o wymiarach 150x240 cm?
29. **Dotyczy Pakietu Nr 2 pozycja 3.** Czy Zamawiający dopuści serwetę o wymiarach 180x180 cm?
30. **Dotyczy Pakietu Nr 2 pozycja 4.** Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny o następującym składzie:
1 taśma op 9x50 cm
4 ręczniki do rąk

- 2 przyklejane serwety z łata chłonna i uchwyt na przewody 75 x 90 cm, łata chłonna 25x60 cm
- 1 przyklejana serweta średnia z łata chłonna i przykryciem na przewody 180 x 180 cm, łata chłonna 25x60 cm
- 1 przyklejana serweta duża z łata chłonna i uchwytem na przewody 150 x 240 cm, łata chłonna 25x60 cm
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm?
31. **Dotyczy Pakietu Nr 2 pozycja 5.** Czy Zamawiający dopuści zestaw do angiografii o następującym składzie:
- 1 serweta na stół do instrumentarium 100 x 150 cm, składana
- 2 ręczniki do rąk
- 1 serweta włóknista 50x80 cm
- 1 przyklejana serweta 50 x 60 cm
- 1 serweta angiograficzna 230 x 300 cm, łata chłonna 75x70 cm
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm?
32. **Dotyczy Pakietu Nr 2 pozycja 7.** Czy Zamawiający dopuści serwetę z otworem 6x8 cm?
33. **Dotyczy Pakietu Nr 2 pozycja 8.** Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik Mayo o wymiarach 78x145 cm?
34. **Dotyczy Pakietu Nr 2 pozycja 9.** Czy Zamawiający dopuści serwetę o wymiarach 50x60 cm?
35. **Dotyczy Pakietu Nr 2 pozycja 10.** Czy Zamawiający dopuści serwetę o wymiarach 50x60 cm lub 75x90 cm?
36. **Dotyczy Pakietu Nr 2 pozycje 11 i 12.** Czy Zamawiający dopuści pokrowce z taśmami pakowanymi oddzielnie (2 szt./opakowanie) i wliczonymi w cenę pozycji?
37. **Dotyczy Pakietu Nr 2 pozycja 13.** Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji biodra o następującym składzie:
- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm
- 4 ręczniki do rąk
- 1 przyklejana serweta średnia z łata chłonna i uchwyt na przewody 180 x 180 cm, łata chłonna 15x50 cm
- 1 elastyczna pończocha 30 x 120 cm
- 1 elastyczny bandaż 12 cm x 6 m
- 2 przyklejane serwety 75 x 90 cm
- 3 taśmy op 9 x 50 cm
- 1 serweta z wycięciem z łata chłonna i uchwytem na przewody 230 x 260 cm, wycięcie 20 x 100 cm, łata chłonna 75x140 cm
- 1 przyklejana serweta duża 150 x 240 cm
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm?
38. **Dotyczy Pakietu Nr 2 pozycja 14.** Czy Zamawiający dopuści zestaw do artroskopii kolana o następującym składzie:
- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm
- 4 ręczniki do rąk
- 2 taśmy op 9 x 50 cm
- 1 serweta na stół do instrumentarium składana 150 x 190 cm
- 1 elastyczna pończocha 22x75 cm
- 1 serweta do artroskopii z torebką na płyny 230 x 320 cm
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm?

39. **Dotyczy Pakietu Nr 2 pozycja 15.** Czy Zamawiający dopuści zestaw do cięcia cesarskiego o następującym składzie:
1 serweta stołu Mayo 78 x 145 cm, wzmocniona
4 ręczniki do rąk
1 taśma op 9 x 50 cm
1 prześcieradło dla dziecka 75 x 120 cm
1 serweta do cięcia cesarskiego 330x230 cm, torebka na płyny, warstwa ochronna z otworem 36 x 36 cm, uchwyt na przewody
1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm?
40. **Dotyczy Pakietu Nr 2 pozycja 16.** Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny o następującym składzie:
1 taśma op 9x50 cm
1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm,
4 ręczniki do rąk
2 przyklejane serwety z łata chłonną i uchwyt na przewody 75 x 90 cm, łata chłonna 15x50 cm
1 przyklejana serweta średnia z łata chłonną i przykryciem na przewody 180 x 180 cm, łata chłonna 15x50 cm
1 przyklejana serweta duża 150 x 240 cm
1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm?
41. **Dotyczy Pakietu Nr 2 pozycja 17.** Czy Zamawiający dopuści zestaw ginekologiczny o następującym składzie:
1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm
2 ręczniki do rąk
1 uchwyt na przewody z rzepami 2,5 x 30 cm
1 serweta ginekologiczna ze zintegrowaną przesłoną i torebką na płyny, 60 x 120 cm i z przesłoną 9 x 12 cm
1 serweta ginekologiczna 270 / 230 x 260 cm, przesłona 24 x 21 cm z zintegrowanymi nogawicami
1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm?
42. **Dotyczy Pakietu Nr 2 pozycja 18.** Czy Zamawiający dopuści zestaw do laparoskopii o następującym składzie:
1 serweta na stół Mayo, wzmocniona 78 x 145
4 ręczniki do rąk
2 taśmy op 9 x 50 cm
1 serweta laparoskopowa 230 x 300 cm, przesłona 31 x 35 , łata chłonna 5x80 cm, uchwyt na przewody
1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm
oraz nogawice o wymiarach 75x120 cm pakowane oddzielnie (2 szt./opakowanie) i wliczone w cenę pozycji?
43. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XIV.4 SIWZ.** Prosimy dodać: Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy, w stosunku do treści oferty Wykonawcy, pod warunkiem, że zmiany te są konieczne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia w szczególności Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w sytuacji: istotnej zmiany kursów walutowych, jeżeli wpływa to na koszty dostawy, istotnej zmiany cen przez producenta.
44. **Dotyczy Pakietu Nr 1 pozycja 1.** Czy Zamawiający wydzieli do oddzielnego zadania poz. 1?

45. **Dotyczy Pakietu Nr 1 pozycja 1.** Czy Zamawiający dopuści w poz. 1 Fartuch dla odwiedzających - włókninowy, z rękawem ściągniętym gumką, kolor niebieski?
46. **Dotyczy Pakietu Nr 2 pozycje: 1, 13, 14, 15, 17, 18.** Czy Zamawiający wydzieli do oddzielnego zadania poz. 1, 13, 14, 15, 17, 18?
47. **Dotyczy Pakietu Nr 2 pozycja 2.** Czy Zamawiający dopuści w poz. 2 Sterylny fartuch chirurgiczny, poszerzony, wykonany z włókniny o gramaturze 35g/m², rękawy z bawełnianym lub poliestrowym mankietem, wiązany na troki?
48. **Dotyczy Pakietu Nr 2 pozycja 13.** Czy Zamawiający dopuści w poz. 13 sterylne zestawy serwet do wszczepu endoprotezy stawu biodrowego w składzie:
- 1 serweta na stół instrumentariuszki z dodatkowym wzmocnieniem chłonnym o rozmiarze 152x193cm
 - 1 serweta na stół Mayo złożona teleskopowo z dodatkowym wzmocnieniem chłonnym o rozmiarze 75x141cm
 - 1 serweta U-kształtna o rozmiarach 152x213 cm, wcięcie o rozmiarze 20x75 cm
 - 1 serweta o rozmiarze 135x196 cm
 - 2 taśmy samoprzylepne, Eclipse, 10x50 cm
 - 1 osłona na nogę w kształcie skarpety o rozmiarze 30x122 cm
 - 1 serweta z wcięciem o rozmiarze 231x300 cm, wcięcie o rozmiarze 8,5x107 cm z dodatkową warstwą chłonną w części krytycznej pola operacyjnego
 - 1 serweta górna wykończona taśmą samoprzylepną z dodatkową warstwą chłonną w części krytycznej pola operacyjnego o rozmiarze 178x300 cm wraz z 1 organizatorem przewodu o rozmiarze 2,5x11,5 cm w formie rzepu, który spełnia, co najmniej rolę taśmy samoprzylepnej
 - 2 ręczniki chłonne?
49. **Dotyczy Pakietu Nr 2 pozycja 14.** Czy Zamawiający dopuści w poz. 14 Sterylne zestawy serwet do artroskopii kolana w składzie:
- 1 serweta na stół instrumentariuszki z dodatkowym wzmocnieniem chłonnym o rozmiarze 152x193cm
 - 1 serweta na stół Mayo złożona teleskopowo z dodatkowym wzmocnieniem chłonnym o rozmiarze 75x141cm
 - 1 serweta o rozmiarach 135x196 cm
 - 2 taśmy samoprzylepne, SMS, 10x50 cm
 - 1 osłona na nogę w kształcie skarpety o rozmiarze 23x91 cm
 - 1 serweta do operacji kończyn o rozmiarze 221x328 cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 6 cm z dodatkową warstwą chłonną w części krytycznej pola operacyjnego
 - 4 organizatory przewodów o rozmiarze 2,5x11,5cm każdy w formie rzepu, które spełniają, co najmniej rolę taśmy samoprzylepnej?
50. **Dotyczy Pakietu Nr 2 pozycja 15.** Czy Zamawiający dopuści w poz. 15 Sterylne zestawy serwet do zabiegu cięcia cesarskiego w składzie:
- 1 serweta na stół instrumentariuszki z dodatkowym wzmocnieniem chłonnym o rozmiarze 137x190cm
 - 1 serweta na stół Mayo złożona teleskopowo z dodatkowym wzmocnieniem chłonnym o rozmiarze 75x141cm
 - 1 serweta do operacji cięcia cesarskiego T-kształtna o rozmiarze 198/259x307 cm, z dodatkową warstwą chłonną w części krytycznej pola operacyjnego i oknem samoprzylepnym o rozmiarze 33x38 cm, ze zbiornikiem 360° na płyny, z usztywnioną taśmą umożliwiającą wyformowanie zbiornika, z 2 zaworami do pomiaru ubytku płynów, z 3 organizatorami przewodów o rozmiarze 2,5x11,5cm każdy w formie rzepu, które spełniają, co najmniej rolę taśmy samoprzylepnej
 - 4 ręczniki chłonne
 - 1 serwetka do owinięcia noworodka o rozmiarze 75x80 cm?
51. **Dotyczy Pakietu Nr 2 pozycja 17.** Czy Zamawiający dopuści w poz. 17 Obłożenie sterylne do zabiegów ginekologicznych kroczy w składzie:

- 1 serweta na stół instrumentariuszki z dodatkowym wzmocnieniem chłonnym o rozmiarze 152x193 cm
 - 1 kieszonka samoprzylepna o rozmiarze 38x66 cm
 - 2 ręczniki chłonne
 - 2 serwety ochronne na nogi o rozmiarze 74x109 cm
 - 1 serweta T-kształtna o rozmiarze 76/135x196 cm z otworem w części kroczonej o rozmiarze 8x15cm wyposażona w taśmę samoprzylepną, wraz z dodatkowym wzmocnieniem chłonnym w części krytycznej pola operacyjnego, 1 organizator przewodów o rozmiarze 2,5x11,5 cm w formie rzepu, który spełnia, co najmniej rolę taśmy samoprzylepnej?
52. **Dotyczy Pakietu Nr 2 pozycja 18.** Czy Zamawiający dopuści w poz. 18 Sterylny zestaw serwet do laparoskopii w składzie:
- 1 serweta na stół instrumentariuszki z dodatkowym wzmocnieniem chłonnym o rozmiarze 152x193cm
 - 1 serweta na stół Mayo złożona teleskopowo z dodatkowym wzmocnieniem chłonnym o rozmiarze 75x141cm
 - 1 serweta do laparoskopii o rozmiarze 201/254x282 cm T-kształtna, z dodatkową warstwą chłonną w części krytycznej pola operacyjnego i oknem samoprzylepnym o rozmiarze 30x33 cm, wraz ze zintegrowanymi osłonami na nogi
 - 6 organizatorów przewodów o rozmiarze 2,5x11,5cm każdy w formie rzepu, które spełniają, co najmniej rolę taśmy samoprzylepnej?
53. **Dotyczy pkt IV.2.2 SIWZ.** Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek zawarty w pkt. IV 2.2. wykaz dostaw na sprzęt medyczny (łóżka szpitalne, materace do łóżek, wózki do transportu chorych)? Prośba podyktowana jest faktem, iż sprzedają materiałów jednorazowego użytku zajmujemy się od niedawna i nie możemy wykazać się zrealizowanymi, zakończonymi dostawami (pełnymi) na tego typu sprzęt. Posiadamy natomiast bogate doświadczenie w dostawach sprzętu medycznego różnego zastosowania. Nasza firma jest w trakcie realizacji umów na dostawy podkładów do porodu jednorazowego użytku, jednak nie może przedstawić referencji potwierdzających należyte wykonanie, a jedynie protokoły wykonanych dostaw częściowych.
54. **Dotyczy Pakietu Nr 2 pozycja 5.** Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie zestawu o następującym składzie:
- 2 x serweta 150x180 cm, przylepna
 - 2 x serweta 75 x 90 cm, przylepna
 - 4 x serwetka do rąk
- Zestaw wykonany z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze powyżej 60 g/m².
55. **Dotyczy Pakietu Nr 2 pozycja 7.** Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie serwety o wymiarach 65 x 45 cm z otworem o średnicy 7,5 cm. Serweta wykonana z nieprzemakalnego i chłonnego laminatu.
56. **Dotyczy Pakietu Nr 2 pozycja 9.** Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie serwety o wymiarach 50 x 50 cm. Serweta wykonana z nieprzemakalnego i chłonnego laminatu.
57. **Dotyczy Pakietu Nr 2 pozycja 10.** Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie serwety samoprzylepnej o wymiarach 50 x 70 cm. Serweta wykonana z nieprzemakalnego i chłonnego laminatu.
58. **Dotyczy Pakietu Nr 2 pozycja 15.** Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie serwety do cięcia cesarskiego o wymiarach 200 x 300 z otworem 30x30 cm wypełnionym folią chirurgiczną. Otwór okala worek do przechwytywania płynów z usztywnionym brzegiem i zaworem do podłączenia drenu. Serweta wykonana z nieprzemakalnego i chłonnego laminatu.
59. **Dotyczy Pakietu Nr 2 pozycja 17.** Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie serwety do zabiegów ginekologicznych kroczonej o wymiarach 200 x 265 cm, zintegrowanej z nogawicami i otworem w części kroczonej 9 x 12 cm, otoczonym taśmą lepną. Serweta wykonana z nieprzemakalnego i chłonnego laminatu.
60. **Dotyczy Pakietu Nr 2 pozycja 18.** Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie czy pisząc serweta na przewody 14 x 250 cm miał na myśli foliową osłonę na przewody, złożoną teleskopowo?

61. **Dotyczy Pakietu Nr 2 pozycja 1.** Czy można zaoferować fartuchy o następujących szerokościach: rozmiar L – 157 cm, XL – 165 i XXL – 170 cm?
62. **Dotyczy Pakietu Nr 2 pozycje: 4, 13, 14, 16.** Prosimy o dopuszczenie możliwości złożenia oferty na zestawy wykonane z nieprzemakalnego laminatu 2-warstwowego o gramaturze 54g/m² spełniające wszystkie pozostałe wymogi obowiązujących norm dotyczące nieprzemakalności i wytrzymałości na rozerwanie.
63. **Dotyczy Pakietu Nr 2 pozycja 4.** Czy można zaoferować zestaw obłożeń uniwersalnych o następującym składzie i rozmiarach:
- 1 serweta na stół narzędziowy, rozmiar 150 x 100 cm
 - 1 serweta samoprzylepna (głowa), rozmiar 170 x 175 cm
 - 1 serweta samoprzylepna (nogi), rozmiar 170 x 175 cm
 - 2 serwety samoprzylepne, rozmiar 75 x 90 cm.
64. **Dotyczy Pakietu Nr 2 pozycja 13.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do wszczepu endoprotezy stawu biodrowego o następującym składzie i rozmiarach:
- 1 serweta na stół narzędziowy 140 x 190 cm
 - 1 obłożenie stołka Mayo 80 x 145 cm
 - 1 serweta samoprzylepna 170 x 300 cm
 - 1 serweta samoprzylepna z wycięciem „U” 260 x 200 cm
 - 1 serweta nieprzylepna 150 x 150 cm
 - 1 serweta nieprzylepna 75 x 90 cm
 - 1 osłona na kończynę 35 x 120 cm
 - 2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm
 - 4 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm
65. **Dotyczy Pakietu Nr 2 pozycja 14.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na zestaw do artroskopii kolana o następującym składzie i rozmiarach:
- 1 serweta na stół narzędziowy – 140 x 190 cm
 - 1 obłożenie stołka Mayo -80 x 145 cm
 - 1 serweta pomocnicza 150 x 150 cm
 - 1 serweta do artroskopii z workiem do zbiórki płynów 320 x 200 cm
 - 1 osłona na kończynę – 25 x 80 cm
 - 2 taśmy samoprzylepne – 10 x 50 cm
 - 2 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm
66. **Dotyczy Pakietu Nr 2 pozycja 15.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu serwet do cesarskiego cięcia spełniającego wszystkie wymogi SIWZ o następującym składzie i rozmiarach:
- 1 serweta na stół narzędziowy – 150 x 200 cm
 - 1 serweta do nakrycia stołka Mayo 80 x 145 cm
 - 1 serweta do cesarskiego cięcia z torbą na płyny oraz samoprzylepnym oknem wypełnionym folią chirurgiczną 250x 315 cm
 - 1 serweta dla noworodka 87 x 90 cm
 - 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm
 - 2 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm
67. **Dotyczy Pakietu Nr 2 pozycja 16.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na zestaw o następującym składzie i rozmiarach:
- 1 serweta na stół narzędziowy – 140 x 190 cm
 - 1 serweta samoprzylepna 150 x 240 cm
 - 1 serweta samoprzylepna 170 x 175 cm
 - 2 serwety samoprzylepne 75 x 90 cm
 - 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm
 - ręczniki celulozowe 33 x 33 cm

- z jednokomorową kieszenią w rozmiarach 43 cm x 38 cm pakowaną oddzielnie.
68. **Dotyczy Pakietu Nr 2 pozycja 17.** Czy można zaoferować obłożenie do zabiegów ginekologicznych o następującym składzie i rozmiarach:
- 1 serweta na stół narzędziowy – 140 x 190 cm
 - 1 serweta ginekologiczna z workiem do zbiórki płynów 290 x 250 cm, okno 9 x 12 cm
 - 1 nieprzylepna serweta do podłożenia pod pośladki 75 x 90 cm
 - 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm
 - 1 ręcznik celulozowy 33 x 33 cm
69. **Dotyczy Pakietu Nr 2 pozycja 18.** Prosimy o dopuszczenie do złożenia oferty na zestaw serwet do laparoskopii o następującym składzie i rozmiarach:
- 1 serweta na stół narzędziowy – 140 x 190 cm
 - 1 obłożenie stołu Mayo 80x145 cm
 - 1 serweta do zabiegów laparoskopii 300 x 250 cm, okno 28 x 32 cm
 - 2 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm
- z nogawicami zintegrowanymi z serwetą oraz taśmą samoprzylepną oraz osłoną na przewody pakowanymi oddzielnie.
70. **Dotyczy Pakietu Nr 2.** Czy Zamawiający wymaga aby oferowane zestawy obłożeń, serwety i odzież operacyjna spełniały normy EN 13705 1, 2, 3, obowiązującej w stosunku do materiałów barierowych stosowanych na bloku operacyjnym? Czy fakt spełniania wymogów wyżej wymienionej normy należy potwierdzić stosownymi dokumentami dołączonymi do oferty?
71. **Dotyczy Pakietu Nr 1 pozycja 8.** Czy Zamawiający dopuści aby zaoferować prześcieradło jednorazowe w rolkach wykonane z dwuwarstwowego laminatu o szerokości 50 cm, o długości 50 m? W formularzu ofertowym podana cena dotyczyłaby 50 m gdzie po przeliczeniu dawałoby łączną ilość rolek 112 szt., co dawałoby równą długość, jaką zamawiający zapisał w SIWZ.(70 rolek po 80 m długości) perforacja co 36 cm?
72. **Dotyczy Pakietu Nr 1 pozycja 14.** Czy Zamawiający dopuści aby zaoferować osłonę na kończyny w rozmiarze 37 x 105cm?
73. **Dotyczy Pakietu Nr 1 pozycja 15.** Czy Zamawiający dopuści aby zaoferować osłonę na kończyny w rozmiarze 37 x 75cm?
74. **Dotyczy Pakietu Nr 1 pozycja 17.** Czy Zamawiający dopuści aby zaoferować prześcieradło jednorazowe w rolkach wykonane z dwuwarstwowego laminatu o szerokości 50 cm, o długości 50 m? W formularzu ofertowym podana cena dotyczyłaby 50 m gdzie po przeliczeniu dawałoby łączną ilość rolek 864 szt., co dawałoby równą długość, jaką zamawiający zapisał w SIWZ.(540 rolek po 80 m długości) perforacja co 36 cm?
75. **Dotyczy Pakietu Nr 2 pozycja 3.** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety w rozmiarze 100x150 cm?
76. **Dotyczy Pakietu Nr 2 pozycja 4.** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu o składzie:
- serweta z taśmą lepłą 240 x 150 cm – 1 szt.
 - serweta z taśmą lepłą 175 x 175 cm – 1 szt.
 - serweta z taśmą lepłą 90 x 75 cm – 2 szt.
 - ręczniki chłonne 19 x 25cm – 4 szt.
 - serweta na stół instrumentariuszki 140 x 190 cm
 - taśma lepna 9 x 49cm?
77. **Dotyczy Pakietu Nr 2 pozycje 9 i 10.** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety w rozmiarze 50x60 cm?
78. **Dotyczy Pakietu Nr 2 pozycja 12.** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pokrowca na ramię C wykonanego z mocnej, nieprzezroczystej folii PE, z dodatkową elastyczną gumką na głowice?

79. **Dotyczy Pakietu Nr 2 pozycja 13.** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu do operacji biodra skład zestawu:
- serweta o wym. 200 x 290, z wycięciem U (9 x100cm) otoczony taśmą samoprzylepną
 - serweta o wym. 150 x 240 cm służąca jako ekran anestezyjologiczny
 - serweta na stół Mayo 79 x 145 cm
 - ściereczki celulozowe – 2 szt
 - kieszka dwukomorowa na ssak i koagulację 2 x 15 x 40 cm
 - pokrowiec na kończynę 37 x 105 cm
 - taśmy lepne 9 x 49 cm- 3 szt
 - serweta 150 x 200 cm owinięcie zestawu, która służy jako pokrycie stołu?
80. **Dotyczy Pakietu Nr 2 pozycja 14.** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu do artroskopii kolana o gramaturze min. 60 g/m² w składzie:
- serweta do artroskopii wymiarach 220 x 320 cm, otwór 5 cm
 - osłona na kończynę 37 x 75 cm- 1 szt
 - serwety na stół instrumentariuszki 150 x 200cm
 - serwety do nakrycia stołu Mayo 79 x 145 cm
 - taśma lepna typu rzep 2 x 23cm – 1 szt
 - taśmy lepne włókninowe 9 x 49 cm- 2 szt?
81. **Dotyczy Pakietu Nr 2 pozycja 15.** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu do zabiegu cięcia cesarskiego o gramaturze min. 60 g/m² w składzie:
- serweta do zabiegu cięcia cesarskiego zintegrowana z nogawicami o wymiarach 180 x 240 cm, wykonana z chłonnego mocnego laminatu nieprzemakalnego, w części centralnej znajduje się otwór 20 x 30 x 20 cm wypełniony folią chirurgiczną, otwór okala worek z usztywnionym brzegiem przechwytyjący płyny, worek posiada zawór do podłączenia drenu
 - pokrowiec na stół mayo 79 x 145 cm
 - taśma samoprzylepna 9 x 49 cm
 - Ściereczki chłonne – 4 szt
 - całość owinięta w serwetę 150 x 200 cm, która może służyć, jako pokrycie stołu
82. **Dotyczy Pakietu Nr 2 pozycja 16.** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu do serwet uniwersalnych w składzie:
- serweta z taśmą lepnią 240 x 150 cm – 1 szt
 - serweta z taśmą lepnią 175 x 175 cm – 1 szt
 - serweta z taśmą lepnią 90 x 75 cm – 2 szt
 - ręczniki chłonne 19 x 25cm – 4 szt
 - serweta na stół instrumentariuszki 140 x 190 cm
 - taśma lepna 9 x 49cm
- z osobno pakowana jednokomorową kieszka samoprzylepną w rozmiarze 60 x 60cm?
83. **Dotyczy Pakietu Nr 2 pozycja 18.** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w poz. 18 zaoferowanie zestawu do serwet do laparoskopii brzusznej o gramaturze min. 60 g/m² w składzie:
- serweta główna 180 x 320 cm, w części centralnej znajduje się otwór trapezowy o wymiarach 20 x 30 cm otoczony taśmą lepnią
 - osłona na stół Mayo 79 x 145 cm
 - dwukomorowa kieszka samoprzylepna na narzędzia 2 x 15 x 40cm
 - taśma lepna 9 x 49cm
 - foliowa osłona na przewody 16 x 200 cm

- serweta o wym. 150 x 200 cm owinięcie zestawu, która może służyć, jako pokrycie stolika?
84. **Dotyczy Pakietu Nr 1 pozycje: 6, 8-13, 16, 17.** Zwracamy się z prośbą o wydzielenie wymienionych pozycji do oddzielnego pakietu
85. **Dotyczy Pakietu Nr 1 pozycja 14.** Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie osłony na kończynę rozmiar 32x120. W przypadku odpowiedzi odmownej zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji do oddzielnego pakietu.
86. **Dotyczy Pakietu Nr 1 pozycja 15.** Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie osłony na kończynę rozmiar 22x75. W przypadku odpowiedzi odmownej zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji do oddzielnego pakietu.
87. **Dotyczy Pakietu Nr 2 pozycja 2.** Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie serwety o wymiarach 180x150 pozostałe parametry bez zmian. W przypadku odpowiedzi odmownej zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji do oddzielnego pakietu
88. **Dotyczy Pakietu Nr 2 pozycja 3.** Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie serwety o wymiarach 1000x150 pozostałe parametry bez zmian. W przypadku odpowiedzi odmownej zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji do oddzielnego pakietu
89. **Dotyczy Pakietu Nr 2 pozycja 4.** Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zestawu uniwersalnego o gramaturze min. 60 g/m² w skład którego wchodzi:
serweta na stół instrumentariuszki 150 x 190 cm
serweta na stół MAYO 78 x 145 cm
ręczniki do rąk- 2 szt.
taśma przylepna 9 x 50 cm
serweta przylepna 75 x 90 m - 2 szt.
serweta przylepna 182 x 180 cm
serweta przylepna 150 x 240 cm
W przypadku odpowiedzi odmownej zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji do oddzielnego pakietu
90. **Dotyczy Pakietu Nr 2 pozycja 5.** Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zestawu do angiografii w skład którego wchodzi:
serweta na stół instrumentariuszki 150 x 190 cm
serweta na stół instrumentariuszki 150 x 140 cm
serweta chłonna 50 x 80 cm
ręczniki do rąk- 2 szt.
serweta dwuwarstwowa 50 x 60 przylepna
serweta angiograficzna 230 x 330 cm , w górnej części wzmocnienie z 2 otworami przylepnymi do angiografii 7 x 10 cm
W przypadku odpowiedzi odmownej zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji do oddzielnego pakietu
91. **Dotyczy Pakietu Nr 2 pozycja 7.** Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie serwety z otworem 6x8 cm. W przypadku odpowiedzi odmownej zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji do oddzielnego pakietu.
92. **Dotyczy Pakietu Nr 2 pozycja 8.** Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie serwety na stół Mayo o wymiarach 78x145 pozostałe parametry bez zmian. W przypadku odpowiedzi odmownej zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji do oddzielnego pakietu
93. **Dotyczy Pakietu Nr 2 pozycja 10.** Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie serwety o wymiarach 50x60 pozostałe parametry bez zmian. W przypadku odpowiedzi odmownej zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji do oddzielnego pakietu
94. **Dotyczy Pakietu Nr 2 pozycja 12.** Zwracamy się z prośbą o wydzielenie ww. pozycji do oddzielnego pakietu.

95. **Dotyczy Pakietu Nr 2 pozycja 13.** Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zestawu do operacji stawu biodrowego o gramaturze min. 60 g/m² w skład którego wchodzi:
- serweta na stół instrumentariuszki 150 x 190 cm
 - serweta na stół MAYO wzmocniona 78 x 145 cm
 - serweta przylepna wzmocniona 50 x 60 cm
 - serweta przylepna wzmocniona 230 x 260 z przylepnym wycięciem w kształcie litery U o wymiarach 20 x 100 cm , z organizatorami przewodów
 - serweta przylepna 150 x 240 cm wzmocniona
 - taśma przylepna 9 x 50 cm- 3 szt.
 - ręczniki do rąk- 4 szt.
 - elastyczna osłona na kończynę 32 x 120 cm
- W przypadku odpowiedzi odmownej zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji do oddzielnego pakietu
96. **Dotyczy Pakietu Nr 2 pozycja 14.** Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zestawu do artroskopii kolana o gramaturze min. 60 g/m² w skład którego wchodzi:
- serweta na stół instrumentariuszki 150 x 190 cm
 - serweta na stół MAYO 78 x 145 cm
 - ręczniki do rąk- 4 szt.
 - taśma przylepna 9 x 50 cm
 - serweta artroskopowa 230 x 320 cm z torbą na płyny 62 x 50 cm ze sztywnikiem, filtrem włókninowym i portem do odsysania, z 2 otworami samouszczelniającymi się 20 x 25 cm o średnicy 5 cm
 - elastyczna osłona na kończynę
- W przypadku odpowiedzi odmownej zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji do oddzielnego pakietu
97. **Dotyczy Pakietu Nr 2 pozycja 15.** Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zestawu do cesarskiego cięcia w skład którego wchodzi:
- Serweta na stół instrumentariuszki 150 x 190 cm
 - Serweta na stół MAYO 78 x 145 cm
 - Ręczniki do rąk- 4 szt.
 - Taśma przylepna 9 x 50 cm
 - Ręcznik dla noworodka celulozowy 80 x 120 cm
 - Serweta do cięcia 230 x 330 cm z folią operacyjną 36 x 36 cm, torbą na płyny z portami do odsysania, organizatorami przewodów
- W przypadku odpowiedzi odmownej zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji do oddzielnego pakietu
98. **Dotyczy Pakietu Nr 2 pozycja 16.** Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zestawu do cesarskiego cięcia w skład którego wchodzi:
- serweta na stół instrumentariuszki 150 x 190 cm
 - serweta na stół MAYO 78 x 145 cm
 - ręczniki do rąk- 4 szt.
 - taśma przylepna 9 x 50 cm
 - serweta przylepna wzmocniona 75 x 90 m - 2 szt.
 - serweta przylepna wzmocniona 182 x 180 cm
 - serweta przylepna 150 x 240 cm
 - oraz osobno kieszeń samoprzylepna o wymiarach 30x40
- W przypadku odpowiedzi odmownej zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji do oddzielnego pakietu

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 13 również ubrań z włókniny polipropylenowej spunbond, pod warunkiem że jest to tkanina o parametrach równoważnych z włókniną SMS lub lepszych.

Ad. 2 Zamawiający nie wymaga w Pakiecie Nr 1 poz. 14-15 jałowych osłon na kończyne.

Ad. 3 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 14 jałowej osłony na kończyne natomiast nie wyraża zgody na zaoferowanie rozmiaru 120 x 35 cm z przylepcem 10 x 50 cm, dopuszcza rozmiar 120 x 37-40 cm.

Ad. 4 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 15 jałowej osłony na kończyn, natomiast nie wyraża zgody na zaoferowanie rozmiaru 80x 30 cm , dopuszcza rozmiar 80 x 37-40 cm.

Ad. 5 Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga w Pakiecie Nr 1 poz. Pokrowców na zwłoki zamykanych na zamek.

Ad. 6 Zamawiający nie wymaga aby fartuchy oferowane w Pakiecie Nr 1 poz. 18 były pakowane pojedynczo.

Ad. 7 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 2 poz. 2 serwety w rozmiarze 180 x 150 cm, pod warunkiem spełniania wymagań SIWZ.

Ad. 8. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 poz. 2 serwety przylepnej.

Ad. 9 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w pakiecie Nr 2 poz. 4 zestawu serwet opisanego w pytaniu.

Ad. 10 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 poz. 4 zestawu serwet opisanego w pytaniu, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 11 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 poz. 5 zestawu serwet opisanego w pytaniu, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ..

Ad. 12 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w pakiecie Nr 2 poz. 5 zestawu serwet opisanego w pytaniu.

Ad. 13 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 poz. 7 serwet w rozmiarze 50 x 75 cm z otworem 7 cm., pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 14 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 poz. 9 serwet w rozmiarze 45 x 45 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 15 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 poz. 10 serwet w rozmiarze 50 x 70 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 16 Zamawiający preferuje zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 poz. 11-12 pokrowca w rozmiarze w rozmiarze 250 x 14 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ..

Ad. 17 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w pakiecie Nr 2 poz. 15 zestawu serwet opisanego w pytaniu.

Ad. 18 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 poz. 16 zestawu serwet opisanego w pytaniu, pod warunkiem, że w zestawie lub dołączona do niego jest foliowa kieszeń samoprzylepna. Zestaw winien spełniać pozostałe wymagania SIWZ.

Ad. 19 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w pakiecie Nr 2 poz. 16 zestawu serwet opisanego w pytaniu.

Ad. 20 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w pakiecie Nr 2 poz. 17 zestawu serwet opisanego w pytaniu.

Ad. 21 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 poz. 17 zestawu serwet opisanego w pytaniu, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 22 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w pakiecie Nr 2 poz. 17 zestawu serwet opisanego w pytaniu.

Ad. 23 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 poz. 16 zestawu serwet opisanego w pytaniu, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 24 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w pakiecie Nr 2 poz. 16 zestawu serwet opisanego w pytaniu.

Ad. 25 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w pakiecie Nr 1 poz. 2 masek operacyjnych pakowanych w kartoniki po 50 sztuk.

Ad. 26 Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 1 po. 10 poszwy o wymiarach 200 x 160 cm.

Ad. 27 Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 poz. 1 fartuchów pięciowarstwowych z tkaniny typu SSMMS.

Ad. 28 Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 poz. 2 serwetę o wymiarach 150x240 cm.

Ad. 29 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 poz. 3 serwety o wymiarach 180 x180 cm.

Ad. 30 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w pakiecie Nr 2 poz. 4 zestawu serwet opisanego w pytaniu, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 31 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 poz. 5 zestawu serwet opisanego w pytaniu, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 32 Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 poz. 7 serwetę z otworem 6x8 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 33 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w pakiecie Nr 2 poz. 8 serwety na stół Mayo o wymiarach 78x145 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 34 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w pakiecie Nr 2 poz. 9 serwety o wymiarach 50x60 cm.

Ad. 35 Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 2 poz. 10 serwety o wymiarach 50x60 cm.

Ad. 36 Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 2 poz. 11 i 12 pokrowców z taśmami pakowanymi oddzielnie (2 sztuki w opakowaniu) i wliczonymi w cenę pozycji.

Ad. 37 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w pakiecie Nr 2 poz. 13 zestawu serwet do operacji biodra opisanego w pytaniu.

Ad. 38 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w pakiecie Nr 2 poz. 14 zestawu serwet do artroskopii kolana opisanego w pytaniu.

Ad. 39 Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w pakiecie Nr 2 poz. 15 zestawu serwet do cesarskiego cięcia opisanego w pytaniu, pod warunkiem że serweta do cesarskiego cięcia posiada zintegrowane nogawice, a torebka na płyny jest również zintegrowana z serwetą i wyposażona jest w zawór do podłączenia drenu. Zestaw winien spełniać pozostałe wymagania SIWZ.

Ad. 40 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w pakiecie Nr 2 poz. 16 zestawu serwet uniwersalnego opisanego w pytaniu, pod warunkiem, że w zestawie lub dołączona do niego jest foliowa kieszeń samoprzylepna. Zestaw winien spełniać pozostałe wymagania SIWZ..

Ad. 41 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w pakiecie Nr 2 poz. 17 zestawu serwet ginekologicznych opisanego w pytaniu

Ad. 42 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w pakiecie Nr 2 poz. 18 zestawu serwet do laparoskopii opisanego w pytaniu.

Ad. 43 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowany zmian do pkt XIV.4 SIWZ, w sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie będą miały przepisy ustawy prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.

Ad. 44 Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu Nr 1 pozycji 1 do oddzielnego pakietu.

Ad. 45 Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 1 fartucha dla odwiedzających – włókninowego, z rękawem ściągniętym gumką, kolor niebieski.

Ad. 46 Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu Nr 2 pozycji: 1, 13, 14, 15, 17, 18 do oddzielnego pakietu.

Ad. 47 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w pakiecie nr 2 poz. 1 sterylnej fartucha chirurgicznego poszerzonego, wykonany z włókniny o gramaturze 35g/m², rękawy z bawełnianym lub poliestrowym mankietem, wiązany na troki.

Ad. 48 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w pakiecie Nr 2 poz. 13 zestawu serwet do operacji biodra opisanego w pytaniu.

Ad. 49 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w pakiecie Nr 2 poz. 14 zestawu serwet do artroskopii kolana opisanego w pytaniu.

Ad. 50 Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w pakiecie Nr 2 poz. 15 zestawu serwet do cesarskiego cięcia opisanego w pytaniu, pod warunkiem że serweta do cesarskiego cięcia posiada zintegrowane nogawice. Zestaw winien spełniać pozostałe wymagania SIWZ.

Ad. 51 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w pakiecie Nr 2 poz. 17 zestawu serwet do zabiegów ginekologicznych kroczykowych opisanego w pytaniu, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 52 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w pakiecie Nr 2 poz. 18 zestawu serwet do laparoskopii opisanego w pytaniu, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ..

Ad. 53 Zamawiający nie uznaje za spełniony warunek zawarty w pkt. IV 2.2. SIWZ przez załączenie do oferty wykaz dostaw na sprzęt medyczny (łóżka szpitalne, materace do łóżek, wózki do transportu chorych), uznaje natomiast jeżeli wykaz będzie zawierał dostawy na sterylne sprzęt medyczny.

Ad. 54 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w pakiecie Nr 2 poz. 5 zestawu serwet pisanego w pytaniu.

Ad. 55 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w pakiecie Nr 2 poz. 7 serwety o wymiarach 65x45 z otworem o średnicy 7,5 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 56 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w pakiecie Nr 2 poz. 9 serwety o wymiarach 50x50 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 57 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w pakiecie Nr 2 poz. 10 serwety o wymiarach 50x70 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 58 Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w pakiecie Nr 2 poz. 15 zestawu serwet do cesarskiego cięcia opisanego w pytaniu, pod warunkiem że serweta do cesarskiego cięcia posiada zintegrowane nogawice. Zestaw winien spełniać pozostałe wymagania SIWZ, w tym pakowane razem lub osobno pozostałe serwety wymagane w tej pozycji.

Ad. 59 Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w pakiecie Nr 2 poz. 17 zestawu serwet do zabiegów ginekologicznych kroczykowych, opisanych w pytaniu, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, w tym w zestawie lub łącznie z nim jest serweta na stolik instrumentariuszki.

Ad. 60 Zamawiający pisząc w pakiecie Nr 2 poz. 18 serweta na przewody 14x 240 cm miał na myśli serwetę - osłoną na przewody.

Ad. 61 Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 pozycja 1 fartuchów o szerokościach: rozmiar L – 157 cm, XL – 165 i XXL – 170 cm

Ad. 62 Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 pozycje: 4, 13, 14, 16 zestawów wykonanych z nieprzemakalnego laminatu 2-warstwowego o gramaturze 54 g/m², pod warunkiem spełniania pozostałych SIWZ.

Ad. 63 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w pakiecie Nr 2 poz. 4 zestawu obłożeń uniwersalnych opisanego w pytaniu.

Ad. 64 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w pakiecie Nr 2 poz. 13 zestawu serwet do wszczepu endoprotezy stawu biodrowego opisanego w pytaniu, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 65 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w pakiecie Nr 2 poz. 14 zestawu serwet do artroskopii kolana opisanego w pytaniu, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 66 Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w pakiecie Nr 2 poz. 15 zestawu serwet do cesarskiego cięcia opisanego w pytaniu, pod warunkiem że serweta do cesarskiego cięcia posiada zintegrowane nogawice, a torebka na płyny ma usztywniony brzeg, jest zintegrowana z serwetą i wyposażona jest w zawór do podłączenia drenu. Zestaw winien spełniać pozostałe wymagania SIWZ.

Ad. 67 Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w pakiecie Nr 2 poz. 16 zestawu serwet opisanego w pytaniu, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 68 Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w pakiecie Nr 2 poz. 17 zestawu serwet do zabiegów ginekologicznych opisanego w pytaniu, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, w tym w zestawie lub razem z nim są nogawice.

Ad. 69 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w pakiecie Nr 2 poz. 18 zestawu serwet do laparoskopii opisanego w pytaniu, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 70 Wymagania jakie ma spełniać oferowany przedmiot zamówienia zostały określone w SIWZ.

Ad. 71 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 1 pozycja 8 prześcieradła z dwuwarstwowego laminatu o szerokości 50 cm i długości 50 cm w ilości 112 rolek, perforacja co 36 cm.

Ad. 72 Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 pozycja 14 osłony na kończynę w rozmiarze 37x105 cm.

Ad. 73 Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 pozycja 15 osłony na kończynę w rozmiarze 37x75 cm, dopuszcza natomiast osłonę w rozmiarze 40x75 cm..

Ad. 74 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 1 pozycja 17 prześcieradła z dwuwarstwowego laminatu o szerokości 50cm długości 50 cm w ilości 864 rolek, perforacja co 36 cm.

Ad. 75 Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 pozycja 3 serwety w rozmiarze 100x150 cm.

Ad. 76 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w pakiecie Nr 2 poz. 4 zestawu serwet opisanego w pytaniu, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 77 Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 pozycje 9 i 10 serwety w rozmiarze 50x60 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 78 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w pakiecie Nr 2 poz. 12 pokrowca na ramię C wykonanego z mocnej, nieprzeźroczystej folii PE, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 79 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w pakiecie Nr 2 poz. 13 zestawu serwet do operacji biodra opisanego w pytaniu, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 80 Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w pakiecie Nr 2 poz. 14 zestawu serwet do artroskopii kolana opisanego w pytaniu, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 81 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w pakiecie Nr 2 poz. 15 zestawu serwet do zabiegu cesarskiego cięcia opisanego w pytaniu, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 82 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w pakiecie Nr 2 poz. 16 zestawu serwet uniwersalnych opisanego w pytaniu, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 83 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w pakiecie Nr 2 poz. 18 zestawu serwet do laparoskopii opisanego w pytaniu.

Ad. 84 Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu nr 1 pozycji: 6, 8-13, 16,17 do oddzielnego pakietu.

Ad. 85 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 pozycja 14 osłony na kończynę w rozmiarze 32x120 cm, nie wyraża również zgody na wydzielenie pozycji do oddzielnego pakietu.

Ad. 86 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 pozycja 15 osłony na kończynę w rozmiarze 22x75 cm, nie wyraża również zgody na wydzielenie pozycji do oddzielnego pakietu.

Ad. 87 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w pakiecie Nr 2 poz. 2 serwety w rozmiarze 180x150 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 88 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 pozycja 3 serwety w rozmiarze 1000x150 cm, dopuszcza natomiast serwetę w rozmiarze 100x150 cm, nie wyraża również zgody na wydzielenie pozycji do oddzielnego pakietu.

Ad. 89 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w pakiecie Nr 2 poz. 4 zestawu serwet opisanego w pytaniu, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 90 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w pakiecie Nr 2 poz. 5 zestawu serwet do angiografii opisanego w pytaniu, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 91 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w pakiecie Nr 2 poz. 7 serwety z otworem 6x8 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 92 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w pakiecie Nr 2 poz. 8 serwety na stół Mayo o wymiarach 78x145 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 93 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w pakiecie Nr 2 poz. 10 serwety o wymiarach 50x60 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 94 Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z Pakietu Nr 2 pozycji 12 do oddzielnego pakietu.

Ad. 95 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w pakiecie Nr 2 poz. 13 zestawu serwet do operacji stawu biodrowego opisanego w pytaniu, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 96 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w pakiecie Nr 2 poz. 14 zestawu serwet do artroskopii kolana opisanego w pytaniu, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 97 Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w pakiecie Nr 2 poz. 15 zestawu serwet do cesarskiego cięcia opisanego w pytaniu, pod warunkiem że serweta do cesarskiego cięcia posiada zintegrowane nogawice, a torebka na płyny ma usztywniony brzeg, jest zintegrowana z serwetą i wyposażona jest w zawór do podłączenia drenu. Zestaw winien spełniać pozostałe wymagania SIWZ.

Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z Pakietu Nr 2 pozycji 15 do oddzielnego pakietu

Ad. 98 Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 poz. 16 zestawu serwet opisanego w pytaniu, pod warunkiem, że pytanie dotyczy zestawu serwet uniwersalnych, wymienionego w Pakiecie Nr 2 poz. 16, a nie jak pytał Wykonawca - serwet do cesarskiego cięcia (ujęte są w Pakiecie Nr2 poz. 15). Oferowany zestaw musi spełniać pozostałe wymagania SIWZ. Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z Pakietu Nr 2 pozycji 16 do oddzielnego pakietu.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a