

.....
.....

Znak: AE/ZP-27-02 /11

Tarnów, 2011-02-04

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 193.000 EURO na wdrożenie elektronicznego systemu obiegu i archiwizacji badań obrazowych w Specjalistycznym Szpitalu im.E.Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Rozdziału XIV Ogólne warunki umowy pkt 14** – Prosimy Zamawiającego o zmianę pkt XIV. 14 SIWZ na: W okresie gwarancji czas reakcji i przystąpienia do naprawy przez serwis od zawiadomienia telefonicznego potwierdzonego pismem, faksem wynosi 2 dni robocze. Poprzez reakcję serwisu rozumie się przyjazd wykwalifikowanego pracownika, który podejmuje natychmiastową naprawę.
2. **Dotyczy Załącznik Nr 6 - Czytnik płyt obrazowych pkt I. 9** - W punkcie numer 9 wymaganych parametrów techniczno-eksploatacyjnych dla czytnika do płyt obrazowych, Zamawiający wymaga by czytnik posiadał wydajność ≥ 60 płyt na godz. dla płyt 35 x 43cm przy rozdzielczości 10 pikseli/mm. Natomiast w kolumnie: „punktacja w kryterium parametry techniczne” Zamawiający podaje: do 65 płyt/godz.- 0 pkt., powyżej 65 płyt/godz. – 10 pkt. co jest niezgodne w wymaganych parametrami przedmiotu zamówienia.
W związku z tym, prosimy Zamawiającego o poprawienie zaistniałej omyłki w kolumnie: „punktacja w kryterium parametry techniczne” na: do 60 płyt/h – 0 pkt, powyżej 60 płyt/h – 10pkt.
3. **Dotyczy Załącznik Nr 6 - System archiwizacji obrazów (PACS) pkt V Oryginalny system operacyjny w pełni kompatybilny z istniejącym u Zamawiającego oprogramowaniem** - Czy przez system operacyjny serwera w pełni kompatybilny Zamawiający uzna system, który będzie współpracował bezkonfliktowo z dowolną stacją końcową, która będzie korzystać z systemów RIS/PACS?
4. **Dotyczy Załącznik Nr 6 pkt V Dwie karty sieciowe 10/100/1000** - Czy Zamawiający dopuści serwer z jedną kartą sieciową dwuportową?
5. **Dotyczy Załącznik Nr 6** - Czy Zamawiający zgodzi się na ujednolicenie zapisów dotyczących systemu operacyjnego i bazy danych dla systemów PACS I RIS tj.
 1. System operacyjny serwera z zagwarantowaną 10 letnią aktualizacją bez ponoszenia dodatkowych kosztów lub oparty o darmowe dystrybucje,
 2. Baza danych SQL, relacyjna, transakcyjna z zagwarantowaną 10 letnią aktualizacją bez ponoszenia dodatkowych kosztów lub darmowa
6. **Dotyczy Załącznik Nr 6** – Czy Zamawiający dla pełnej kompatybilności będzie wymagał aby systemy RIS I PACS pochodziły od jednego producenta?

7. **Dotyczy Załącznik Nr 6 pkt I – Czytnik płyt obrazowych** – Czy Zamawiający dopuści czytnik płyt obrazowych, fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2010 roku?
8. **Dotyczy Załącznik Nr 6 pkt II– Stacja Technika** – Czy Zamawiający dopuści stację technika, fabrycznie nową, wyprodukowaną w 2010 roku?
9. **Dotyczy Załącznik Nr 6 pkt III– Zestaw kaset do radiografii cyfrowej** – Czy Zamawiający dopuści kasety, fabrycznie nowe, wyprodukowane w 2010 roku?
10. **Dotyczy Załącznik Nr 6 pkt IV – Kamera laserowa lub termiczna pracująca w technologii suchej** - Czy Zamawiający dopuści kamerę laserową, fabrycznie nową, wyprodukowaną w 2010 roku?
11. **Dotyczy Załącznik Nr 6 pkt IV. 10 – Waga kompletnego urządzenia (bez załadowania błon) 260kg** – Czy zapis określający dokładnie wagę urządzenia (260 kg) należy potraktować jako oczywistą omyłkę pisarską a poprawne jego brzmienie to: „Waga kompletnego urządzenia (bez załadowania błon) max. 260kg”

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1

Zamawiający wprowadza zmiany w zapisie pkt XIV. 14 „Ogólne warunki umowy”, który otrzymuje brzmienie: „W okresie gwarancji czas reakcji i przystąpienia do naprawy przez Serwis od zawiadomienia telefonicznego wynosi 2 dni robocze. Zgłoszenie telefoniczne zostanie potwierdzone faxem, przy czym czas reakcji serwisu liczy się od zgłoszenia telefonicznego. Poprzez reakcję serwisu rozumie się przyjazd wykwalifikowanego pracownika, który podejmie natychmiastową naprawę. W celu zapewnienia właściwej komunikacji w umowie zostaną zawarte numery telefoniczne, na które należy zgłaszać usterkę.

Ad. 2

Zamawiający podtrzymuje zapis punktu I.9 Załącznika Nr 6 do SIWZ – „Czytnik płyt obrazowych. Punktacja w kryterium parametry techniczne” pozostaje bez zmian: do 65 płyt/h – 0 pkt, powyżej 65– 10pkt.

Ad. 3

Zamawiający nie uzna za spełniający wymagań SIWZ systemu, który będzie współpracował bezkonfliktowo z dowolną stacją końcową, która będzie korzystać z systemów RIS/PACS

Ad. 4

Zamawiający nie dopuści serwera z jedną kartą sieciową dwuportową. Ze względów na zapewnienie ciągłości pracy systemu Zamawiający wymaga, aby serwer posiadał dwie karty sieciowe.

Ad. 5

Zamawiający nie wprowadza ujednoliconych zapisów w Załączniku Nr 6 dotyczących systemu operacyjnego i bazy danych dla systemów PACS I RIS tj.

- System operacyjny serwera z zagwarantowaną 10 letnią aktualizacją bez ponoszenia dodatkowych kosztów lub oparty o darmowe dystrybucje.

- Baza danych SQL, relacyjna, transakcyjna, z zagwarantowaną 10 letnią aktualizacją bez ponoszenia dodatkowych kosztów lub darmowa.

Ad. 6

Zamawiający nie wymaga, aby systemy RIS i PACS pochodziły od jednego producenta.

Ad. 7

Zamawiający dopuszcza również czytnik płyt obrazowych, fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2010 roku.

Ad. 8

Zamawiający dopuszcza również stację technika, fabrycznie nową, wyprodukowaną w 2010 roku.

Ad. 9

Zamawiający dopuszcza również kasety, fabrycznie nowe, wyprodukowane w 2010 roku.

Ad. 10

Zamawiający dopuszcza również kamerę laserową, fabrycznie nową, wyprodukowaną w 2010 roku.

Ad. 11

Zamawiający dokonuje zmiany treści pkt IV.10 Załącznika Nr 6 na zapis: "Waga kompletnego urządzenia (bez załadowania błon) max. 260kg".

W związku z odpowiedzią udzieloną w punkcie Ad. 1 i 11 działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień publicznych Zamawiający dokonuje odpowiednio zmian treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W załączeniu Załącznik Nr 6 po zmianach.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a