



Znak: AE/ZP-27-08/11

Tarnów, 2011-02-17

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193.000 EURO na dostawy filmów ogólnodiagnostycznych i odczynników do rtg oraz wkładów do automatycznego wstrzykiwacza kontrastu Medrad Vistron CT 610 dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 2.** Czy Zamawiający ma na myśli materiały eksploatacyjne charakteryzujące się wysoką jakością, znane i atestowane przez producenta urządzenia lub/i przez jego autoryzowanego przedstawiciela/serwis, czyli takie, które są – w sposób potwierdzony stosownym oświadczeniem tych podmiotów – w pełni kompatybilne z eksploatowanym przez Zamawiającego wstrzykiwaczem Medrad Vistron CT i nie spowodują usterki w jego działaniu, ani jego uszkodzenia?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 2.** W nawiązaniu do opisu przedmiotu zamówienia prosimy o odpowiedź na pytanie, czy Zamawiający pisząc „Jednorazowe wkłady do automatycznego wstrzykiwacza kontrastu Medard Vistron CT 610 o pojemności 200 ml wraz ze złączem do tych wkładów o długości nie mniejszej niż 150 cm” ma na myśli: „ W pełni kompatybilny z automatycznym wstrzykiwaczem kontrastu Medard Vistron CT 610 zestaw składający się z wkładu o pojemności 200 ml, złącza szybkiego napełniania (łącznik rurkowy, oraz złącza niskociśnieniowego o długości nie mniejszej niż 150 cm”.
3. **Dotyczy Pakietu Nr 1** Czy oferowane odczynniki mają być tego samego producenta i tej samej marki?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 1** Czy widniejące na opakowaniu dane: nazwa producenta, typ błony, data ważności (rok, miesiąc) numer produkcji, mają ujawniać się bezpośrednio na błonie po jej wywołaniu?
5. **Dotyczy pakietu Nr 1** Czy opakowania po odczynnikach mają być niekaucjonowane?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 i 2 Zamawiający, w Pakiecie Nr 2 ma na myśli materiały eksploatacyjne, tj. wkłady do strzykawki spełniające wymagania określone w SIWZ i załącznikach do niej. Winny to być materiały oryginalne lub równoważne - pod warunkiem, że zaoferowane równoważne wkłady do wstrzykiwacza kontrastu wykazują w 100% cechy produktu oryginalnego (dotyczy to składu fizyko-chemicznego, reakcji i wpływu na kontakt z organizmem ludzkim oraz gwarantowanej jakości badania) i są kompatybilne z eksploatowanym przez Zamawiającego wstrzykiwaczem kontrastu Medrad Vistron CT 610.

Ad 3-5 Wszystkie wymagania jakie winien spełniać przedmiot zamówienia oferowany w Pakiecie Nr 1 zostały określone przez Zamawiającego w SIWZ i załącznikach do niej.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a

