



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-08 /11

Tarnów, 2011-02-21

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193.000 EURO na dostawy filmów ogólnodiagnostycznych i odczynników do rtg oraz wkładów do automatycznego wstrzykiwacza kontrastu Medrad Vistron CT 610 dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Załącznika Nr 6 poz. 4 i 8** – Czy Zamawiający dopuści filmy o gęstości optycznej minimalnej $D_{\min} \leq 0,30$ i temperaturze przechowywania filmów w przedziale 10-24°C, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1

Zamawiający nie dopuszcza w Załączniku Nr 6 poz. 4 filmów o gęstości optycznej minimalnej $D_{\min} \leq 0,30$, zgodnie z zapisem w Załączniku Nr 6 poz. 4 wymagana jest gęstość optyczna minimalna $D_{\min} < 0,22$. Zamawiający w Załączniku Nr 6 poz. 8 dopuszcza temperaturę przechowywania filmów w przedziale 10-24°C, pozostałe wymagania SIWZ bez zmian.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a