



Znak: AE/ZP-27-09/11

Tarnów, 2011-03-23

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 193.000 EURO na dostawy endoprotez: stawu biodrowego i kolanowego, stawu ramiennego oraz siatek rewizyjnych do endoprotez cementowych stawu biodrowego, mieszań i cementu kostnego, kaniuli do artroskopii barku, kotwic – implantów do rekonstrukcji obrąbka barkowego, implantów do złamań okołoprotezowych, zestawów jednorazowych do płukania ciśnieniowego do endoprotezoplastyki dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

- Dotyczy Pakietu Nr 1.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania endoprotezy o poniższym opisie: cementowa stawu biodrowego - Trzpień prosty matowy, wykonany z chromokobaltu złączający się dystalnie, wymagający zainstalowania centralizera. Głowa bipolarna (ceramiczna i wkładki z polietylenu o podwyższonej wytrzymałości) o średnicy zewnętrznej od 43 do 55 mm (włącznie), średnica wewnętrzna dostosowana do głowy metalowej fi 28. Panewka polietylenowa o średnicy wewnętrznej 28 mm, 12 rozmiarów średnicy zewnętrznej 42-64 mm ze skokiem co 2 mm z dwoma znacznikami RTG. Długości szyjek centralizera w 6 standardowych rozmiarach oraz standardowe długości i grubości trzpieni?
- Dotyczy Pakietu Nr 2.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania endoprotezy o poniższym opisie: bezcementowa, anatomiczna (prawa i lewa), ze stopu tytanu, w 1/3 bliższej pokryta napyleniem porowatym z czystego tytanu i mikro CaP, trzpień posiadający 14 stopniową antetorsję oraz 10 stopniowe – zagięcia trzpienia w kierunku centralnym. Stożek konusa 12/14. Trzpień min. w 10 rozmiarach dla każdej strony. Głowa metalowa ze stopu Co Cr Mo fi 28,32 w minimum 5 rozmiarach długości szyjki. Panewka Press fit z trzema otworami na śruby stabilizujące, ze stopu tytanu w min 13 rozmiarach (o skoku co 2 mm) oraz do wyboru operatora panewki bez otworów na śruby a także z siedmioma otworami. Zamiennie panewka sferyczna wkręcana ze stopu tytanu, z gwintem na całej wysokości. Wkłady polietylenowe symetryczne, asymetryczne oraz z tzw. nawisem do wyboru operatora o średnicy wewnętrznej dostosowanej do rozmiaru głowy. Śruby stabilizujące ze stopu tytanu o długościach od 16 do 4 mm włącznie. Korek do wyboru przez Zamawiającego?
- Dotyczy Pakietu Nr 10.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania endoprotezy o poniższym opisie: część udowa anatomiczna (lewa i prawa) wykonana z chromo-kobaltu przynajmniej w 7 rozmiarach dla każdej ze stron, część piszczelowa uniwersalna wykonana z chromo-kobaltu, modułarna (nie związana na stałe z wkładką polietylenową) przynajmniej w 9 rozmiarach pozwalająca zastosować elementy przedłużające w dwóch długościach. Wkładka polietylenowa realizująca 3 stopniowe tyłopochylenie, dostępna w grubościach 10, 12, 14, 16 mm, przynajmniej w 5 rozmiarach dla każdej grubości. Mocowana na zasadzie zatraskowej. W wersji ze stabilizacją tylną, mocowana dodatkową śrubą do części piszczelowej. Dostępna również wersja z ruchomą wkładką polietylenową. Element rzepkowy dostępny przynajmniej w 4 rozmiarach. Możliwość wyboru resekcji części piszczelowej z fiksacji śródszpikowej lub zewnętrzenj. Retrakcyjny



system pomiaru szpary stawowej w zgięciu i w wyproście (z użyciem retraktora zapadkowego). Endoproteza musi dawać możliwość śródoperacyjnego wyboru z zachowaniem lub bez zachowania PCL oraz posiadać zdolność współpracy z systemem nawigacji komputerowej bez użycia CT?.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 opisanych w pytaniu endoprotez cementowych stawu biodrowego.

Ad. 2 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 opisanych w pytaniu bezcementowych endoprotez stawu biodrowego.

Ad. 3 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 10 opisanych w pytaniu endoprotez cementowych stawu kolanowego.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a