



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-13 /11

Tarnów, 2011-03-22

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193.000 EURO na dostawę aparatów EKG 2 sztuki dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Załącznik Nr 6 pkt. 2** - Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z analizą, interpretacją i uwzględnieniem wieku pacjenta tylko w latach, co nie ma wpływu na badanie EKG.
2. **Dotyczy Załącznik Nr 6 pkt. 14** - Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z częstotliwością próbkowania 800 Hz?
3. **Dotyczy Załącznik Nr 6 pkt. 22** - Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z możliwością zapisu na PenDrive bez standardu EN 1064?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1

Zamawiający nie dopuści w załączniku Nr 6 pkt 2 aparatu EKG z analizą, interpretacją i uwzględnieniem wieku pacjenta tylko w latach.

Ad. 2

Zamawiający nie dopuści w Załączniku Nr 6 pkt. 14 aparatu EKG z częstotliwością próbkowania 800 Hz.

Ad. 3

Zamawiający nie dopuści w Załączniku Nr 6 pkt. 22 aparatu EKG z możliwością zapisu na PenDrive bez standardu EN 1064.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a