



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-14 /11

Tarnów, 2011-03-22

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193.000 EURO na dostawę pomp infuzyjnych jednostrzykawkowych 10 sztuk dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Załącznik Nr 6 pkt. 5**– Czy Zamawiający dopuści pompę, której czas pracy na akumulatorach wynosi 9 h dla prędkości 5ml/h?
2. **Dotyczy Załącznik Nr 6 pkt. 10** – Czy Zamawiający dopuści pompę, nie posiadającą uchwytu służącego do przenoszenia?
3. **Dotyczy Załącznik Nr 6 pkt. 11** – Czy Zamawiający dopuści pompę, nie posiadającą funkcji auto-test w momencie uruchomienia?
4. **Dotyczy Załącznik Nr 6 pkt. 12** – Czy Zamawiający dopuści pompę, z możliwością mocowania strzykawek 10-50/60?
5. **Dotyczy Załącznik Nr 6 pkt. 14** – Czy Zamawiający dopuści pompę, z możliwością programowania prędkości podaży 0.1-1100ml/h?
6. **Dotyczy Załącznik Nr 6 pkt. 24** – Czy Zamawiający dopuści pompę, nie posiadającą systemu kontroli sygnalizacji stanów zagrażających życiu pacjenta?
7. **Dotyczy Załącznik Nr 6 pkt. 28** – Czy Zamawiający wydłuży termin dostawy przedmiotu zamówienia do 6 tygodni?
8. **Dotyczy Załącznik Nr 6 pkt. 2** – Czy Zamawiający dopuści pompę z klasą szczelności IPX1?
9. **Dotyczy Załącznik Nr 6 pkt. 5** - Czy Zamawiający dopuści pompę z czasem pracy na akumulatorze 6 h przy prędkości podaży 5ml/h?
10. Czy Zamawiający dopuści pompę z strzykawką ładowaną od przodu?
11. **Dotyczy Załącznik Nr 6 pkt. 5** – Czy Zamawiający dopuści do postępowania pompę infuzyjną jednostrzykawkową o czasie pracy na akumulatorach min.5 godzin przy prędkości 5ml/h?
12. **Dotyczy Załącznik Nr 6 pkt. 16** – Czy Zamawiający dopuści do postępowania pompę infuzyjną jednostrzykawkową z możliwością określenia sposobu dawkowania leku w następujących jednostkach: ml/h, mg/kg/h, µg/kg/min?
13. **Dotyczy Załącznik Nr 6 pkt. 15** – Czy Zamawiający dopuści do postępowania pompę infuzyjną jednostrzykawkową bez możliwości zmiany prędkości podaży leku lub jego dawkowania w trakcie pracy pomp?
14. **Dotyczy Załącznik Nr 6 pkt. 21** – Czy Zamawiający dopuści do postępowania pompę infuzyjną jednostrzykawkową bez historii i zdarzeń?

15. **Dotyczy Załącznik Nr 6 pkt. 25** – Czy Zamawiający dopuści do postępowania pompę infuzyjną jednostrzykawkową z wewnętrzną listą zawierającą 26 pozycji leków najczęściej stosowanych oraz pozycję „brak wyboru”?
16. **Dotyczy Załącznik Nr 6 pkt. 4** - Czy Zamawiający wymaga, aby dostarczone pompy charakteryzowały się min. klasą II ochrony przed porażeniem elektrycznym?
17. **Dotyczy Załącznik Nr 6 pkt. 4** - Czy Zamawiający wymaga aby masa pompy wraz z wbudowanym zasilaczem wewnętrznym nie przekraczała 2,2 kg?
18. **Dotyczy Załącznik Nr 6 pkt. 2** – Czy Zamawiający dopuści pompę bryzgoszczelną o klasie ochronności IPX1?
19. **Dotyczy Rozdziału XIV Ogólne warunki umowy pkt 9** - Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie wysokości kar umownych w pkt. 9a) Ogólnych warunków umowy do 0,1 % wartości brutto zamówionych pomp infuzyjnych.
20. **Dotyczy Rozdziału XIV Ogólne warunki umowy pkt 9** - Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie wysokości kar umownych w pkt. 9b) Ogólnych warunków umowy do 0,5 % wartości brutto zamówionych pomp infuzyjnych.
21. **Dotyczy Rozdziału XIV Ogólne warunki umowy pkt 13** - Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie wysokości kar umownych w pkt 13 Ogólnych warunków umowy do 10 % wartości umowy brutto.
22. **Dotyczy Rozdziału XIV Ogólne warunki umowy pkt 17** – Zwracamy się z prośbą o zmianę pkt 17 Ogólnych warunków umowy na następujący: „Zamawiający dopuszcza możliwość cesji wierzytelności jeśli zostanie o niej poinformowany przez Wykonawcę w terminie 14 dni przed dokonaniem cesji.”

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1

Zamawiający dopuści również w Załączniku Nr 6 pkt 5 pompę, której czas pracy na akumulatorach wynosi 9 h dla prędkości 5ml/h.

Ad. 2

Zamawiający nie dopuści w Załączniku Nr 6 pkt. pompy, nie posiadającej uchwytu służącego do przenoszenia.

Ad. 3

Zamawiający nie dopuści w Załączniku Nr 6 pkt. 11 pompy, nie posiadającej funkcji auto-test w momencie uruchomienia.

Ad. 4

Zamawiający dopuszcza również w Załączniku Nr 6 pkt.12 możliwość mocowania strzykawek o objętościach 10, 20, 30, 50/60 ml, różnych producentów (min.10), krajowych i zagranicznych.

Ad. 5

Zamawiający dopuści również w Załączniku Nr 6 pkt. 14 pompę, z możliwością programowania prędkości podaży 0.1-1100ml/h.

Ad. 6

Zamawiający nie dopuści w Załączniku Nr 6 pkt. 24 pompy, nie posiadającej systemu kontroli sygnalizacji stanów zagrażających życiu pacjenta.

Ad. 7

Zamawiający nie wyraża zgody w Załączniku Nr 6 pkt. 28 na wydłużenie terminu dostawy przedmiotu zamówienia do 6 tygodni.

Ad. 8 i 18

Zamawiający nie dopuszcza w Załączniku Nr 6 pkt. 2 pompy z klasą szczelności IPX1.

Ad. 9

Zamawiający nie dopuszcza w Załączniku Nr 6 pkt. 5 pompy z czasem pracy na akumulatorze 6 h przy prędkości podaży 5ml/h.

Ad. 10

Zamawiający dopuszcza również pompę ze strzykawką ładowaną od przodu.

Ad. 11

Zamawiający nie dopuści w Załączniku Nr 6 pkt. 5 pompy infuzyjnej jednostrzykawkowej o czasie pracy na akumulatorach min.5 godzin przy prędkości 5ml/h.

Ad. 12

Zamawiający nie dopuści w Załączniku Nr 6 pkt. 16 pompy infuzyjnej jednostrzykawkowej z możliwością określenia sposobu dawkowania leku w następujących jednostkach: ml/h, mg/kg/h, µl/kg/min.

Ad. 13

Zamawiający nie dopuści w Załączniku Nr 6 pkt. 15 pompy infuzyjnej jednostrzykawkowej bez możliwości zmiany prędkości podaży leku lub jego dawkowania w trakcie pracy pompy.

Ad. 14

Zamawiający nie dopuści w Załączniku Nr 6 pkt. pompy infuzyjnej jednostrzykawkowej bez historii infuzji i zdarzeń.

Ad. 15

Zamawiający dopuści również w Załączniku Nr 6 pkt. 25 pompę infuzyjną jednostrzykawkową z wewnętrzną listą zawierającą 26 pozycji leków najczęściej stosowanych oraz pozycję „brak wyboru”.

Ad. 16

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza, aby pompy charakteryzowały się min. klasą II ochrony przed porażeniem elektrycznym.

Ad. 17

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza w Załączniku Nr 6 pkt. 4, aby masa pompy wraz z wbudowanym zasilaczem wewnętrznym nie przekraczała 2, 2 kg.

Ad. 19-22

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do ogólnych warunków umowy. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie będą miały przepisy ustawy Prawo Zamówień publicznych i Kodeks cywilny.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a