



.....

**Znak: AE/ZP-27-20/11**

**Tarnów, 2011-04-14**

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193.000 EURO na dostawy: fartuchów, ubrań i obuwia operacyjnego wielokrotnego użytku h dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.**

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

**Dotyczy Pakietu Nr 1 pozycja 1.** Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany w polu krytycznym z tkaniny o gramaturze  $139 \text{ g/m}^2 \pm 5\%$ , a poza polem krytycznym z tkaniny o gramaturze  $128 \text{ g/m}^2 \pm 5\%$ ?

**Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:**

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 1 również fartuchów wykonanych w polu krytycznym z tkaniny o gramaturze  $139 \text{ g/m}^2 \pm 5\%$ , a poza polem krytycznym z tkaniny o gramaturze  $128 \text{ g/m}^2 \pm 5\%$ , pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań określonych w SIWZ.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a