



Znak: AE/ZP-27-20/11

Tarnów, 2011-04-18

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193.000 EURO na dostawy: fartuchów, ubrań i obuwia operacyjnego wielokrotnego użytku h dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 1 pozycja 1.** Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania fartucha niskiego czy wysokiego ryzyka? Prosimy o dopuszczenie fartuchów o parametrach: fartuch wysokiego ryzyka wykonany z tkaniny poliestrowej z dodatkiem włókna węglowego, o gramaturze 156g/m² na obszarze krytycznym i min. 124 g/m² poza polem krytycznym lub fartucha niskiego ryzyka wykonanego z tkaniny poliestrowej z dodatkiem włókna węglowego, o gramaturze min. 124g/m² na obszarze krytycznym i poza polem krytycznym?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 1 pozycja 2.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ubrania z tkaniny poliestrowej z dodatkiem włókna węglowego, o gramaturze 170 g/m²?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 1 pozycja 2.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie spodni wykończonych paskiem z tasiemką z tej samej tkaniny, służącą do regulowania obwodu pasa?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 1.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie do oferty wyników badań potwierdzających parametry techniczne normy PN EN13795, wystawionych przez producenta?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1. Zamawiający wymaga zaoferowania w Pakiecie Nr 1 poz. 1 fartucha standardowego ryzyka. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zarówno fartucha wysokiego ryzyka wykonanego z tkaniny poliestrowej z dodatkiem włókna węglowego, o gramaturze 156g/m² na obszarze krytycznym i min. 124 g/m² poza polem krytycznym jak również fartucha wykonanego z tkaniny poliestrowej z dodatkiem włókna węglowego, o gramaturze min. 124g/m² na obszarze krytycznym i poza polem krytycznym, pod warunkiem, że spełnia on wymagania standardowe normy PN EN 13795.

Ad. 2 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 1 poz. 2 również ubrań z tkaniny poliestrowej z dodatkiem włókna węglowego, o gramaturze 170 g/m².

Ad. 3 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 2 spodni wykończonych paskiem z tasiemką z tej samej tkaniny, służącą do regulowania obwodu pasa.

Ad. 4 Zamawiający dopuszcza dołączenie do oferty wyników badań potwierdzających parametry techniczne normy PN EN13795, wystawionych przez producenta

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a