



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-22/11

Tarnów, 2011-04-29

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193.000 EURO na dostawy opatrunków dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz.7** - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania kompresów gazowych, jałowych 17-nitkowych, 12-warstwowych? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy Zamawiającego o wyłączenie w/w pozycji z Pakietu nr 2 i utworzenie z niej odrębnej części Zamówienia.
2. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz.1** - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania opatrunku sterylnego do mocowania kaniul w rozmiarze 7 x 9 cm, z wcięciem na port?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 14 poz.1-2** - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania opasek gipsowych pakowanych w opakowanie a' 2 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 14 poz.1-2** - Czy Zamawiający oczekuje zaferowania opasek gipsowych, których gaza nośna jest obustronnie pokryta gipsem medycznym?
5. **Dotyczy Pakietu Nr 15 poz.1-4** - Czy Zamawiający oczekuje zaferowania rękawa opatrunkowego posiadającego w swoim składzie min. 50% bawełny?
6. **Dotyczy Pakietu Nr 20 poz.1** - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania opatrunku do mocowania i zabezpieczania wkłuc naczyniowych w rozmiarze 6 x 7 cm o następującym opisie:

Hydrofilm®

Zastosowanie

Jako ochrona przed wtórnym zakażeniem i mechanicznym podrażnieniem suchych, pierwotnie gojących się ran znajdujących się w fazie naskórkowania; do zabezpieczania i mocowania kaniul i cewników; idealnie nadaje się do pokrycia opatrunku Sorbagon na rozległych, silnie sączących ranach. Nie należy stosować go bezpośrednio na rany klinicznie zakażone, krwawiące lub mocno sączące.


- Przezroczysty samoprzylepny opatrunek z folii poliuretanowej;
- Stanowi skuteczną barierę dla bakterii, chroni ranę przed wtórnym zakażeniem;
- Przepuszcza parę wodną i tlen, nie zakłóca więc swobodnego oddychania skóry;
- Doskonale dopasowuje się do kształtów ciała;
- Umożliwia stałą kontrolę stanu rany i jej okolicy bez zdejmowania opatrunku;
- Daje się łatwo i bezboleśnie zdejmować, nie podrażnia przy tym nowo utworzonego naskórka;
- Jest wodoodporny, co umożliwia codzienną higienę ciała;
- Zastosowany tu hipoalergiczny klej jest dobrze znoszony nawet przez pacjentów o wrażliwej skórze;
- W opakowaniach jałowych po 1 szt.

7. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz.5 i 7** - Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a'100 szt., ułożone w opakowaniach kolejno jeden na drugim - wszystkie kompresy tworzą jedną kopę. Część kompresów z brzegiem (grzbietem) gładkim ułożona jest na kolejnym kompresie, którego część gładka przylega do części gładkiej kompresu poprzedniego,




spełniające pozostałe wymagania SIWZ ? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie tych pozycji do osobnego pakietu.

8. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz.1** – Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane razem (nie zgrzane pojedynczo), spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?
9. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz.1** – Czy Zamawiający oczekuje opatrunku z systemem aplikacji „ramka” i taśmą do opisu opatrunku ?
10. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz.1** – Czy Zamawiający dopuści przylepce bez perforacji na całej powierzchni, łatwo podzielny wzdłuż i poprzek bez użycia nożyczek, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?
11. **Dotyczy Pakietu Nr 8 poz.1** – Czy Zamawiający dopuści opatrunek hydrokoloidowy o wymiarach 8 x 12 cm, do zabezpieczania okolicy łokcia lub pięty, jak na poniższym zdjęciu, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?



12. **Dotyczy Pakietu Nr 9 poz.1 i 2** – Czy Zamawiający oczekuje opatrunku z węglem aktywnym oraz srebrem jonowym z warstwą chłonną. Bakteriobójczy, przeznaczony do zainfekowanych ran. Aktywny wobec bakterii gram + , gram - , pseudomonas, mrsa, mre ?
13. **Dotyczy Pakietu Nr 10 poz.1** – Czy Zamawiający dopuści opatrunek hydrożelowy z alginianem, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ?
14. **Dotyczy Pakietu Nr 11 poz.1** – Czy Zamawiający dopuści opatrunek z gazy bawełnianej, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ?
15. **Dotyczy Pakietu Nr 12 poz.1** – Czy Zamawiający dopuści opatrunek o wym. 10 x 12 cm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ?
16. **Dotyczy Pakietu Nr 12 poz.1** – Czy Zamawiający oczekuje opatrunku systemem aplikacji „ramka” ?
17. **Dotyczy Pakietu Nr 17 poz.1** – Czy Zamawiający dopuści serwety o wym. 45 x 45 cm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?
18. **Dotyczy Pakietu Nr 18 poz.1 i 2** – Czy Zamawiający dopuści opatrunki do mocowania rurki intubacyjnej - przylepce velcro z warstwą lepną oraz taśmą mocującą, jak na poniższych zdjęciach ?



19. **Dotyczy Pakietu Nr 19 poz.1** – Czy Zamawiający dopuści zimno-ciepły okład wielokrotnego użytku o wym. 16 x 26 cm lub 21 x 38 cm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1

Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie Nr 2 poz.7 zaoferowania kompresów gazowych, jałowych 17-nitkowych, 12-warstwowych, a także nie wyraża zgody na wydzielenie tej pozycji z w/ w Pakietu.

Ad.2

Zamawiający dopuszcza również w Pakiecie Nr 4 poz.1 zaoferowanie opatrunku sterylnego do mocowania kaniul w rozmiarze 7 x 9 cm, z wcięciem na port, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań zawartych w SIWZ.

Ad.3

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 14 poz.1-2 opasek gipsowych pakowanych po 2 sztuki.

Ad.4

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga w Pakiecie Nr 14 poz.1-2 zaoferowania opasek gipsowych, których gaza nośna jest obustronnie pokryta gipsem medycznym.

Ad.5

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga w Pakiecie Nr 15 poz.1-4 zaoferowania rękawa opatrunkowego posiadającego w swoim składzie min. 50% bawełny.

Ad.6

Zamawiający dopuszcza również w Pakiecie Nr 20 poz.1 zaoferowanie opatrunku o parametrach przedstawionych w pytaniu, jeżeli jest wyposażony w system ramki bez wycięcia na port pionowy.

Ad.7

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz.5 i 7 kompresów pakowanych a'100 szt., ułożonych w opakowaniach kolejno jeden na drugim – wszystkie kompresy tworzą jedną kopę, a także nie wyraża zgody na wydzielenie tych pozycji z w/ w Pakietu.

Ad.8

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 poz.1 kompresów pakowanych razem (nie zgrzanych pojedynczo).

Ad.9

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga w Pakiecie Nr 4 poz.1 zaoferowanie opatrunku z systemem aplikacji „ramka” i taśmą do opisu opatrunku.

Ad.10

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 6 poz.1 przylepców bez perforacji na całej powierzchni, łatwo podzielnych wzdłuż i poprzek bez użycia nożyczek.

Ad.11

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 8 poz.1 opatrunku hydrokoloidowego o wymiarach 8 x 12 cm, do zabezpieczania okolicy łokcia lub pięty.

Ad.12

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga w Pakiecie Nr 9 poz.1 i 2 zaoferowania opatrunku z węglem aktywnym oraz srebrem jonowym z warstwą chłonną, bakteriobójczego,

przeznaczonego do zainfekowanych ran, aktywnego wobec bakterii gram + , gram -, pseudomonas, mrsa, mre.

Ad.13

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga w Pakiecie Nr 10 poz.1 zaoferowania opatrunku hydrożelowego z alginianem, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ.

Ad.14

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 11 poz.1 opatrunku z gazy bawełnianej.

Ad.15

Zamawiający dopuszcza również w Pakiecie Nr 12 poz.1 opatrunek o wym. 10 x 12 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań zawartych w SIWZ.

Ad.16

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga w Pakiecie Nr 12 poz.1 zaoferowanie opatrunku systemem aplikacji „ramka”.

Ad.17

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 17 poz.1 serwety o wym. 45 x 45 cm.

Ad.18

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 18 poz.1 i 2 opatrunków do mocowania rurki intubacyjnej - przylepców velcro z warstwą lepłą oraz taśmą mocującą.

Ad.19

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie 19 poz.1 zimno-ciepłego okładu wielokrotnego użytku o wym. 16 x 26 cm lub 21 x 38 cm.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a