



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-23/11

Tarnów, 2011-04-26

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193.000 EURO na dostawy implantów ortopedycznych dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania wkrętów kaniulowanych $\varnothing$ 4,5 częściowo gwintowanych o parametrach:
 - L – 24, B – 12 mm
 - L – 26, B – 12 mm
 - L – 28, B – 12 mm
 - L – 30, B – 12 mm
 - L – 35, B – 12 mm lub B – 18 mm
 - L – 40, B – 12 mm lub B – 20 mm
 - L – 45, B – 12 mm lub B – 22 mm
 - L – 50, B – 12 mm lub B – 24 mm?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania wkrętów do kości łódkowatej o długości gwintu B – 14 mm zamiast B – 12 dla długości wkrętów L: 28 mm, 30 mm, 32 mm, 34 mm?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania wkrętów do kości łódkowatej o długości gwintu B-15 mm zamiast 14 mm dla długości wkrętów L: 42 i 44 mm, oraz B – 16 mm zamiast 15 mm dla długości wkrętu L – 50 mm?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 3.** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania śrub Herberta $\varnothing$ 3,0/ $\varnothing$ 3,9 mm i długości 12 mm – 30 mm?
5. **Dotyczy Pakietów Nr: 1, 2, 3, 4, 5.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania wkrętów z gniazdem sześciokątnym zamiast krzyżowym?
6. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 7.** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania podkładki o średnicy otworu pod wkręt 5,5 mm i średnicy całkowitej podkładki: 10 mm, 15 mm, 20 mm oraz podkładki o średnicy otworu pod wkręt 6,0 mm i średnicy całkowitej podkładki 13 mm?
7. **Dotyczy Pakietu Nr 9.** Czy Zamawiający wymaga zaoferowania implantów wykonanych z wysoko gatunkowej biozgodnej stali implantacyjnej 316 LVM o składzie chemicznym zgodnym z normą ISO 5832-1?
8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kary umownej z 0,5% na 0,2% wartości brutto zamówionej partii towaru, za każdy dzień zwłoki, jeżeli towar nie został dostarczony w terminie z powodu okoliczności za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność?



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 1** również wkrętów kaniulowanych $\varnothing$ 4,5 częściowo gwintowanych o parametrach:

- L – 24, B – 12 mm
- L – 26, B – 12 mm
- L – 28, B – 12 mm
- L – 30, B – 12 mm
- L – 35, B – 12 mm i równocześnie B - 18
- L – 40, B – 12 mm i równocześnie B - 20
- L – 45, B – 12 mm i równocześnie B - 22
- L – 50, B – 12 mm i równocześnie B - 24

Ad. 2 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3 poz. 1** również wkrętów do kości łódkowatej o długości gwintu B – 14 dla wkrętów L: 28 mm, 30 mm, 32 mm, 34 mm.

Ad. 3 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3 poz. 2** również wkrętów do kości łódkowatej o długości gwintu B-15 mm zamiast 14 mm dla długości wkrętów L: 42 i 44 mm, oraz B – 16 mm zamiast 15 mm dla długości wkrętu L – 50 mm.

Ad. 4 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3 poz. 3** śrub Herberta $\varnothing$ 3,0 / $\varnothing$ 3,9 mm i długości 12 mm – 30 mm zamiast śrub o parametrach określonych w SIWZ.

Ad. 5 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakietach Nr: 1, 2, 3, 4, 5** również wkrętów z gniazdami sześciokątnymi zamiast krzyżowymi.

Ad. 6 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 6 poz. 7** również podkładki o średnicy otworu pod wkręt 5,5 mm i średnicy całkowitej podkładki: 10 mm, 15 mm, 20 mm oraz podkładki o średnicy otworu pod wkręt 6,0 mm i średnicy całkowitej podkładki 13 mm.

Ad. 7 Zamawiający zgodnie z wymaganiami SIWZ żąda zaoferowania implantów dopuszczonych do obrotu i używania na terenie RP (zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. 107 z 2010 r. poz. 679), które to dokumenty przedłoży Zamawiającemu na każde żądanie.

Ad. 8 Zamawiający nie wyraża zgodny na wprowadzanie zmian do ogólnych warunków umowy.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a