



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-27 /11

Tarnów, 2011-05-18

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193.000 EURO na dostawę mikroskopu 1 sztuka dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Załącznik Nr 6** - Czy Zamawiający dopuszcza obiektywy planachromatyczne o długości optycznej 45 mm o następujących powiększeniach, aperturach i odległościach roboczych (WD) :
 - 4 x /0,10/ WD = 18,5 mm
 - 10 x /0,25/ WD = 10,6 mm
 - 20 x /0,40/ WD = 1,2 mm
 - 40 x /0,65/ WD = 0,6 mm

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1

Zamawiający dopuszcza również w Załączniku Nr 6 zaoferowanie mikroskopu posiadającego obiektywy planachromatyczne o długości optycznej 45mm z korektą na szkło nakrywkowe :

- obiektyw 4x apertura minimum 0,10, minimalna odległość robocza 18,5 mm
 - obiektyw 10x apertura minimum 0,25, minimalna odległość robocza 10,6 mm
 - obiektyw 20x apertura minimum 0,40, minimalna odległość robocza 1,2 mm
 - obiektyw 40x apertura minimum 0,65, minimalna odległość robocza 0,6 mm
- pod warunkiem, że mikroskop posiadał będzie również :
- obiektyw 2x apertura minimum 0,06, minimalna odległość robocza 5,8 mm
 - obiektyw 60x apertura minimum 0,80, minimalna odległość robocza 0,2 mm

W związku z udzieloną odpowiedzią oraz koniecznością zachowania terminu udzielenia odpowiedzi na 2 dni przed terminem składania ofert (art.38 ust.1 pkt.3 ustawy) termin składania ofert zostaje przesunięty na dzień **23.05.2011r, godz. 10⁰⁰**, natomiast termin otwarcia ofert na dzień **23.05.2011r., godz. 11⁰⁰**.

W związku z powyższą zmianą działając na podstawie art. 38 ust. 4a ustawy Zamawiający dokonuje odpowiednio zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a