



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-28/11

Tarnów, 2011-06-16

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 193.000 EURO na dostawy stymulatorów i kardiowerterów-defibrylatorów z osprzętem dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 2.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kardiowertera-defibrylatora resynchronizującego nie posiadającego morfologii QRS jako dyskryminatora arytmii nadkomorowych? Kardiowerter posiada natomiast inne dyskryminatory arytmii nadkomorowych: stabilność rytmu, nagły początek, SMART (algorytm różnicowania arytmii nadkomorowych od komorowych).?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 2.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kardiowertera-defibrylatora resynchronizującego nie posiadającego gniazda DF-4?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 2.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kardiowertera-defibrylatora resynchronizującego nie posiadającego bezprzewodowej komunikacji z programatorem?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kardiowertera-defibrylatora jednojamowego nie posiadającego gniazda DF-4?
5. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kardiowertera-defibrylatora jednojamowego nie posiadającego bezprzewodowej komunikacji z programatorem?
6. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 2.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kardiowertera-defibrylatora dwujamowego nie posiadającego gniazda DF-4?
7. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 2.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kardiowertera-defibrylatora dwujamowego nie posiadającego bezprzewodowej komunikacji z programatorem?
8. **Dotyczy Ogólnych warunków umowy pkt . XV.1** Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zapisania w umowie, iż zamówienia składane będą faksem?
9. **Dotyczy Ogólnych warunków umowy pkt . XV.1** Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy poprzez określenie terminu 5 dni na realizację zamówienia, jako termin 5 dni roboczych?
10. **Dotyczy Ogólnych warunków umowy pkt . XV.1** Czy Zamawiający dopuszcza możliwość określenia terminu 48 godzin jako terminu – 48 godzin w dni robocze?
11. **Dotyczy Ogólnych warunków umowy pkt . XV.3** Czy Zamawiający dopuszcza możliwość sprecyzowania zapisu w umowie, iż Wykonawca w ramach ceny przedmiotu umowy przekaże do używania programatory?
12. **Dotyczy Ogólnych warunków umowy pkt . XV.5** Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dodania do umowy zapisu o następującym brzmieniu „Zmiana stawki VAT obowiązuje od dnia wejścia w życie odpowiednich przepisów i nie wymaga podpisania przez strony aneksu do umowy”?



13. **Dotyczy Ogólnych warunków umowy pkt . XV.9** Czy Zamawiający dopuszcza możliwość określenia terminu 48 godzin jako terminu – 48 godzin w dni robocze?
14. **Dotyczy Ogólnych warunków umowy pkt . XV.15** Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dodania zapisu zgodnie z którym, w przypadku zakupu interwencyjnego, zwrot ceny zakupu interwencyjnego nastąpi po przedstawieniu przez Zamawiającego dowodów zakupu towaru?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie nr 3 poz.. 2 kardiowertera-defibrylatora resynchronizującego nie posiadającego morfologii QRS jako dyskryminatora arytmii nadkomorowych.

Ad. 2 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie nr 3 poz.. 2 kardiowertera-defibrylatora resynchronizującego nie posiadającego gniazda DF-4.

Ad. 3 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie nr 3 poz.. 2 kardiowertera-defibrylatora resynchronizującego nie posiadającego bezprzewodowej komunikacji z programatorem.

Ad. 4 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie nr 4 poz.. 1 kardiowertera-defibrylatora jednojamowego nie posiadającego gniazda DF-4.

Ad. 5 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie nr 4 poz.. 1 kardiowertera-defibrylatora jednojamowego nie posiadającego bezprzewodowej komunikacji z programatorem.

Ad. 6 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie nr 4 poz.. 2 kardiowertera-defibrylatora dwujamowego nie posiadającego gniazda DF-4.

Ad. 7 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie nr 4 poz.. 2 kardiowertera-defibrylatora dwujamowego nie posiadającego bezprzewodowej komunikacji z programatorem.

Ad. 8 Zamawiający dopuszcza możliwość zapisania w umowie, iż zamówienia składane będą faksem.

Ad. 9 Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany umowy poprzez określenie terminu 5 dni na realizację zamówienia, jako termin 5 dni roboczych, dopuszcza natomiast zamianę 5 dni na 7.

Ad. 10 Zamawiający nie dopuszcza możliwości określenia terminu dostaw pilnych 48 godzin jako terminu – 48 godzin w dni robocze.

Ad. 11 Z zapisów w Załącznikach Nr 6.1 – 6.6 do SIWZ wynika, że programatory będą przekazane do używania w ramach ceny przedmiotu umowy Zamawiający.

Ad. 12 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w pkt XV.5 SIWZ, w sprawach nie uregulowanych zapisami umowy będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i Prawa zamówień publicznych.

Ad. 13 Zamawiający dopuszcza możliwość terminu wymiany wadliwego towaru na towar pozbawiony wad w terminie do 2 dni roboczych.

Ad. 14 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w pkt XV.15 SIWZ, w sprawach nie uregulowanych zapisami umowy będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i Prawa zamówień publicznych.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a