

Parametry przedmiotu zamówienia ujętego w Pakiecie Nr 2
Stymulatory dwujamowe DDDR

L.p.	Parametry wymagane	Podać parametry oferowane	Wymagane
1.	gniazda do elektrod IS-1		wymagane
2.	rok produkcji 2011 lub późniejszy		wymagane
3.	czas do wymiany min 10 lat (100% stymulacji DDD, 2,5V, 60/min, 750Ω		wymagane
4.	program nocny i histereza		wymagane
5.	częstość stymulacji 30-160 lub więcej		wymagane
6.	możliwość zmiany amplitudy impulsu od min. 0,5 V		wymagane
7.	szerokość impulsu A/V co najmniej od 0,2 do 1,5 ms		wymagane
8.	czułość komorowa co najmniej w zakresie 1,0 - 7,5 mV lub szerzej		wymagane
9.	polarność stymulacji, unipolarny, bipolarny we wszystkich ustawieniach		wymagane
10.	A-V delay zależny od częstości rytmu		wymagane
11.	możliwość oceny progu stymulacji threshold		wymagane
12.	funkcja rate adaptive		wymagane
13.	elektrody A i V aktywne, pasywne		wymagane
14.	elektrody A i V sterydowe		wymagane
15.	czułość przedsionkowa od 0,2 mV lub niżej		wymagane
16.	automatyczny opis stanu baterii i/lub przewidywanej żywotności stymulatora		wymagane
17.	Zaawansowane opcje histerezy preferujące rytm własny		wymagane
18.	algorytm do prewencji migotania przedsionków		wymagane
19.	funkcja switch mode		wymagane
20.	dostarczenie (wraz z papierem niezbędnym do wydruków) i serwisowanie (w tym aktualizacja oprogramowania) 2 urządzeń programujących, w przypadku naprawy trwającej powyżej 48 godzin dostarczenie urządzenia zastępczego		wymagane
	Parametry oceniane	Podać parametry oferowane	Ocena punktowa
1.	Automatyczny pomiar progu stymulacji "bit by bit"		Nie - 0 pkt, Tak - 10 pkt
2.	Możliwość zmiany częstości stymulacji w trakcie działania programu mode switch		Nie - 0 pkt, Tak - 20 pkt
3.	Fizjologiczny program stymulacji dostosowujący się do aktywności pacjenta		Nie - 0 pkt, Tak - 10 pkt
4.	Elektroda przedsionkowa minimalizująca zjawisko "Far Field" o odstępnie pomiędzy końcówką a pierścieniem poniżej 2 mm		Nie - 0 pkt, Tak - 20 pkt