

Parametry przedmiotu zamówienia w Pakiecie Nr 3 pozycja 2
Kardiowerter defibrylator z funkcją resynchronizującą CRTD

L.p.	Parametry wymagane	Podać parametry oferowane	Wymagane
1.	gniazda do elektrod IS-1, DF-1		wymagane
2.	rok produkcji 2011 lub późniejszy		wymagane
3.	żywołność minimum 5 lat		wymagane
4.	trzy niezależne kanały z możliwością programowania opóźnień P-K i międzykomorowego (K-K)		wymagane
5.	energia (dostarczana) defibrylacji minimum 35 J		wymagane
6.	możliwość zmiany parametrów wyczuwania w kanale komorowym min. 4 parametry		wymagane
7.	elektrody przedsiolkowe sterydowe		wymagane
8.	elektrody defibrylacyjne jedno- i dwukoilowe		wymagane
9.	elektrody lewokomorowe bipolarne		wymagane
10.	zestaw do kaniulacji zatoki wieńcowej wraz z balonem		wymagane
11.	dyskryminatory arytmii różnicujące częstoskurcze komorowe od nadkomorowych na podstawie: morfologii, stabilności rytmu, zależności rytmu przesionkowego i komorowego		wymagane
13.	algorytm do unikania niepotrzebnej stymulacji komorowej		wymagane
14.	gniazda do elektrod: IS-1, DF-1, DF-4		wymagane
15.	bezprzewodowa komunikacja z programatorem		wymagane
16.	dostarczenie (wraz z papierem niezbędnym do wydruków) i serwisowanie (w tym aktualizacja oprogramowania) 2 urządzeń programujących, w przypadku naprawy trwającej powyżej 48 godzin dostarczenie urządzenia zastępczego		wymagane
17.	zabezpieczenie, tzw Technical Support do pierwszych kilku zabiegów		wymagane
	Parametry oceniane	Podać parametry oferowane	Ocena punktowa
1.	możliwość automatycznej optymalizacji P-K, K-K		Nie - 0 pkt, Tak – 10 pkt
2.	możliwość zmiany wektora stymulacji lewokomorowej bądź z pierścienia bądź z końcówki elektrody lewokomorowej		Nie - 0 pkt, Tak – 5 pkt
3.	elektroda lewokomorowa bipolarna o średnicy poniżej 4,5F		Nie - 0 pkt, Tak – 10 pkt
4.	elektroda defibrylująca o średnicy poniżej 7F		Nie - 0 pkt, Tak – 10 pkt
5.	EGM $\geq$ 45 min		Nie - 0 pkt, Tak – 5 pkt
6.	możliwość programowania stałej szerokości impulsu defibrylującego w 2 fazach		Nie - 0 pkt, Tak – 10 pkt

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty