

Parametry przedmiotu zamówienia w Pakiecie Nr 4 pozycja 1
Kardiowertery-defibrylatory jednojamowe ICD VR

L.p.	Parametry wymagane	Podać parametry oferowane	wymagane
1.	rok produkcji 2011 lub późniejszy		wymagane
2.	Grubość kardiowertera-defibrylatora mniejsza lub równa 15 mm		wymagane
3.	dotętność sterydowych elektrod jedno i dwukoilowych		wymagane
4.	Ważność sterylizacji min 12 mies.		wymagane
6.	Waga kardiowertera-defibrylatora poniżej 100 g		wymagane
7.	Energia dostarczana ≥ 35 J		wymagane
8.	Impuls dwufazowy, regulowany napięciem lub energią		wymagane
9.	Możliwość implantacji z elektrodą dwukoilową (3 wejście)		wymagane
10.	Elektrody jedno- i dwukoilowe		wymagane
11.	Możliwość zmiany ustawienia parametrów w kanale komorowym - minimum 4		wymagane
12.	EGM ≥ 17 mm		wymagane
13.	Gniazda DF1 i DF4		wymagane
14.	Bezprzewodowa komunikacja z programatorem		wymagane
15.	dostarczenie (wraz z papierem niezbędnym do wydruków) i serwisowanie (w tym aktualizacja oprogramowania) 2 urządzeń programujących, w przypadku naprawy trwającej powyżej 48 godzin dostarczenie urządzenia zastępczego		wymagane
L.p.	Parametry oceniane	Podać parametry oferowane	Ocena punktowa
1.	Sygnalizacja pacjenta o ERI i impedancji elektrody (wibracyjna lub dźwiękowa)		Nie - 0 pkt, Tak – 10 pkt
2.	Możliwość programowania stałej szerokości impulsu defibrylacji		Nie - 0 pkt, Tak – 10 pkt
3.	Możliwość indukcji VF za pomocą prądu stałego		Nie - 0 pkt, Tak – 10 pkt

.....
 Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty