



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-29/11

Tarnów, 2011-05-30

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193.000 EURO na dostawy implantów ortopedycznych dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietów Nr: 1 i 2.** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania wkrętów z gniazdem sześciokątnym zamiast krzyżowym?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 5.** Czy Zamawiający wymaga zaoferowania implantów wykonanych z wysoko gatunkowej biozgodnej stali implantacyjnej 316 LVM o składzie chemicznym zgodnym z normą ISO 5832-1?
3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kary umownej z 0,5% na 0,2% wartości brutto zamówionej partii towaru, za każdy dzień zwłoki, jeżeli towar nie został dostarczony w terminie z powodu okoliczności za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakietach Nr 1 i 2** również wkrętów z gniazdami sześciokątnymi zamiast krzyżowymi.

Ad. 2 Zamawiający żąda zaoferowania implantów zgodnie z wymaganiami SIWZ i dopuszczonych do obrotu i używania na terenie RP (zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. 107 z 2010 r. poz. 679), które to dokumenty przedłoży Zamawiającemu na każde żądanie.

Ad. 3 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzanie zmian do ogólnych warunków umowy.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a