



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-35/11

Tarnów, 2011-06-15

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193.000 EURO na dostawy: odczynników, materiałów kontrolnych i testów do badań mikrobiologicznych dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 4.** Czy Zamawiający wyraża zgodę aby każda płytka była opisana nazwą podłoża i datą ważności?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1 i 5.** Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie podłoży inaczej konfekcjonowanych, tj. opakowania zbiorcze 100 sztuk (w małych kartonikach podłoża pakowane w słupki po 10 w folie, następnie w pudełka po 2 słupki i zbiorczo po 5 pudełek w dużym opakowaniu)?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz.: 2, 6, 11, 12, 13, 14.** Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie podłoży inaczej konfekcjonowanych, tj. opakowania zbiorcze 20 sztuk (w małych kartonikach podłoża pakowane w słupki po 10 w folie, następnie w pudełka po 2 słupki)?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1 i 5.** Czy Zamawiający zgodzi się na opakowania po 100 sztuk?
5. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz.: 3, 4, 6, 11, 12, 13, 14.** Czy Zamawiający zgodzi się na opakowania po 20 sztuk?
6. **Dotyczy Pakietu Nr 4.** Czy podłoża chromogenie muszą pochodzić od jednego producenta?
7. **Dotyczy Pakietu Nr 4.** Czy do podłoży chromogennych muszą być kolorowe ułotki umożliwiające jednoznaczną ocenę wyrosłych kolonii oraz ich interpretację?
8. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 13.** Czy podłoże przeznaczone do wykrywania mechanizmów odporności typu VRE musi identyfikować szczepy *E. faecalis* od *E. faecium* odporne na wankomycynę na podstawie odmiennych kolorów?
9. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 14.** Czy Zamawiający wymaga podłoża chromogennego do badań przesiewowych w kierunku *S. agalactiae* w warunkach tlenowych wykrywającego szczepy z beta-hemolizą oraz szczepy pozbawione beta-hemolizy?
10. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 11.** Czy podłoże chromogenie do wykrywania mechanizmów odporności typu MRSA, w tym szczepy o oporności heterogennej musi ostatecznie wykrywać szczepy po 24 godzinach?
11. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 10.** Czy dla MBL ma być termin ważności 12 miesięcy, czy Zamawiający wyrazi zgodę na 6 0- 8 miesięcy?
12. **Dotyczy Pakietu Nr 3** Czy testy paskowe do oznaczania wartości MIC i mechanizmów odporności muszą pochodzić od jednego producenta?



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający dopuszcza aby płytki oferowane w pakiecie Nr 4 były opisane nazwą podłoża i datą ważności podłoża.

Ad. 2 i 4 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 4 pozycje 1 i 5 podłoży pakowanych po 100 sztuk.

Ad. 3 i 5 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 4 poz. 2 i 4 opakowań po 20 sztuk, natomiast w pozycjach: 3, 6, 11, 12, 13, 14 dopuszcza zaoferowanie tej wielkości opakowań (20 sztuk) tylko pod warunkiem, że termin ważności podłoży będzie wynosił minimum 8 tygodni od daty dostawy.

Ad 6 Oferowane w Pakiecie nr 4 podłoża chromogenie nie muszą pochodzić od jednego producenta.

Ad 7 Do podłoży oferowanych w Pakiecie Nr 4 muszą być dołączone dokumenty wymienione w SIWZ.

Ad 8 Oferowane w Pakiecie Nr 4 poz. 13 podłoże przeznaczone do wykrywania mechanizmów odporności typu VRE musi identyfikować szczepy E. faecalis od E. faecium odporne na wankomycynę na podstawie odmiennych kolorów.

Ad. 9 W Pakiecie Nr 4 poz. 14 Zamawiający wymaga podłoża chromogenne do badań przesiewowych w kierunku S. agalactiae w warunkach tlenowych wykrywającego szczepy z beta-hemolizą oraz szczepy pozbawione beta-hemolizy.

Ad. 10 Oferowane w Pakiecie Nr 4 poz. 11 podłoże chromogenie do wykrywania mechanizmów oporności typu MRSA, w tym szczepy o oporności heterogennej musi ostatecznie wykrywać szczepy do 48 godzin.

Ad 11 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 poz. 10 testów paskowych do wykrywania MBL z terminem ważności innym niż określony w SIWZ.

Ad. 12 Oferowane w Pakiecie Nr 3 testy paskowe do oznaczania wartości MIC i mechanizmów oporności nie muszą pochodzić od jednego producenta.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a