



**Znak: AE/ZP-27-39/11**

Tarnów, 2011-07-04

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193.000 EURO na dostawy stentów i innych materiałów medycznych do wykonywania procedur koronarografii i koronaroplastyki dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu nr 17.** Czy Zamawiający dopuści cewnik prowadzący ze średnicą wewnętrzną dla rozmiaru 8F równą 0,088"? Pozostałe parametry jak w SIWZ.
2. **Dotyczy Pakietu nr 20.** Czy Zamawiający dopuści cewnik balonowy o średnicach 1,5/2,0/2,5/2,75/3,0/3,5 oraz długości od 10 mm do 30 mm? Pozostałe parametry jak w SIWZ.
3. **Dotyczy Pakietu nr 21.** Czy Zamawiający dopuści cewnik balonowy o średnicach 1,5/2,0/2,5/2,75/3,0/3,5 oraz długości od 10 mm do 30 mm z ciśnieniem nominalnym 8 atm? Pozostałe parametry jak w SIWZ.
4. **Dotyczy Pakietu nr 23.** Czy Zamawiający dopuści cewnik balonowy o średnicach 2,25/2,5/2,75/3,0/3,5/4,0 oraz długości od 10 mm do 30 mm? Pozostałe parametry jak w SIWZ.
5. **Dotyczy Rozdziału XV Ogólne warunki umowy pkt 1** - Czy Zamawiający dopuszcza możliwość określenia w § 1 terminu dostawy w następujący sposób: jako termin 7 dni roboczych od zgłoszenia oraz określenia terminu 48 godzin jako 48 godzin w dni robocze?
6. **Dotyczy Rozdziału XV Ogólne warunki umowy pkt 4** - Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dodania zapisu w § 4, iż urzędowa zmiana stawki VAT obowiązuje z mocy prawa, nie wymaga udokumentowania i podpisania aneksu do umowy, przy równoczesnym wykreśleniu zapisu w § 5?
7. **Dotyczy Rozdziału XV Ogólne warunki umowy pkt 8 ppkt. b** - Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykreślenia zapisu § 8 pkt. b?
8. **Dotyczy Rozdziału XV Ogólne warunki umowy pkt 12** – Czy Zamawiający dopuszcza możliwość określenia minimalnej wartości przedmiotu zamówienia w § 12, które na pewno będzie zrealizowane?
9. **Dotyczy Pakietu Nr 20.** Czy Zamawiający dopuści cewniki balonowe zgodne z zapisami SIWZ bez średnicy: 2,75; 4,5; 5,0 mm?
10. **Dotyczy Pakietu Nr 21.** Czy Zamawiający dopuści cewniki balonowe zgodne z zapisami SIWZ bez średnicy 2,75 mm?
11. **Dotyczy Pakietu Nr 24.** Czy Zamawiający dopuści cewniki balonowe zgodne z zapisami SIWZ bez średnicy 2,75 mm?

**Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:**

**Ad. 1** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 17 również cewników prowadzących ze średnicą wewnętrzną dla rozmiaru 8F równą 0,088", pod warunkiem spełnia pozostałych parametrów określonych w SIWZ.

**Ad. 2** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 20 cewników balonowych o średnicach: 1,5/2,0/2,5/2,75/3,0/3,5 oraz długości od 10 mm do 30 mm, spełniających pozostałe parametry określone w SIWZ.

**Ad. 3** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 21 cewników balonowych o średnicach 1,5/2,0/2,5/2,75/3,0/3,5 oraz długości od 10 mm do 30 mm z ciśnieniem nominalnym 8 atm, spełniających pozostałe parametry określone w SIWZ.

**Ad. 4** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 23 cewników balonowych o średnicach 2,25/2,5/2,75/3,0/3,5/4,0 oraz długości od 10 mm do 30 mm, spełniających pozostałe parametry określone w SIWZ.

**Ad. 5 - 8** Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanych przez Wykonawcę zmian w ogólnych warunkach umowy w pkt 1, 4, 8b, 12 w Rozdziale XV SIWZ. W sprawach nie uregulowanych umową zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego i Prawa zamówień publicznych. Biorąc pod uwagę specyfikę działalności, Zamawiający nie widzi możliwości określenia minimalnej wartości przedmiotu zamówienia, która na pewno będzie zrealizowana. Równocześnie informuje, że ilości sprzętu stanowiącego przedmiot zamówienia zostały określone na podstawie jego zużycia w ostatnich 12 miesiącach przed wszczęciem niniejszego postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego.

**Ad. 9** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 20 cewników balonowych, których rozmiarówka nie obejmuje średnicy: 2,75; 4,5; 5,0 mm.

**Ad. 10** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 21 cewników balonowych, których rozmiarówka nie obejmuje średnicy 2,75 mm.

**Ad. 11** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 24 cewników balonowych, których rozmiarówka nie obejmuje średnicy 2,75 mm.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a