



Znak: AE/ZP-27-39/11

Tarnów, 2011-07-07

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193.000 EURO na dostawy stentów i innych materiałów medycznych do wykonywania procedur koronarografii i koronaroplastyki dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu nr 21.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przelicznik jednostek 1 bar = 1 atm?
2. **Dotyczy Pakietu nr 24.** Czy Zamawiający dopuści średnice: 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 pozostałe parametry jak w SIWZ?
3. **Dotyczy Pakietu nr 21.** Czy Zamawiający dopuści cewnik balonowy angioplastyczny, którego ciśnienie nominalne wynosi 8 atm dla średnicy 3,00, a dla średnic 1,25 i 1,5 mm wynosi 6 atm oraz spełniającym wszystkie pozostałe warunki zamówienia?
4. **Dotyczy Pakietu nr 25.** Czy Zamawiający dopuści stent wieńcowy na cewniku balonowym kobaltowo-chromowy, którego ciśnienie RBP wynosi 16 atm dla średnicy 3,00 oraz spełniającym wszystkie pozostałe warunki zamówienia?
5. **Dotyczy Pakietu nr 26.** Czy Zamawiający dopuści stent wieńcowy na cewniku balonowym kobaltowo-chromowy, którego profil przejścia dla średnicy 3,00 mm wynosi 0,041 cala oraz spełniającym wszystkie pozostałe warunki zamówienia?
6. **Dotyczy Pakietu nr 24.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewnika balonowego ELUTAX SV firmy Aachen Resonance o danych parametrach: typ monorail rapid Exchange długość równa 135 cm, dostępne średnice w przedziale od 1,5 – 6,0 mm (włącznie z rozmiarami skrajnymi: 2,0; 2,25; 2,50; 2,75; 3,00; 3,25; 3,50; 4,00; 4,50; 5,00; 5,50, długość balonu w przedziale od 10 mm do 40 mm (włącznie z rozmiarami skrajnymi: 15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 35mm), odpowiedni dla przewodnika o średnicy 0,014", shaft proksymalny 2,2F, shaft dystalny 2,6 F, profil wejścia 0,017", dopuszczony do użycia w restenozie w stencie, cewnik balonowy pokryty czystym paklitakselem bez nośnika polimerowego, sposób pokrycia leku w nowej technologii ICE & SNOW, gdzie warstwa ICE umożliwia elastyczny odporny mechanicznie podkład, zaś warstwa SNOW – depot leku?
7. **Dotyczy Pakietu nr 25.** Czy Zamawiający dopuści zaproponowanie stentu kobaltowo-chromowego o długościach od 8 do 38 mm i RBP = 16 bar?
8. **Dotyczy Pakietu nr 25.** Czy Zamawiający dopuści stenty, których dla średnicy 3,0 mm ciśnienie RBP wynosi 16 bar?
9. **Dotyczy Pakietu nr 26.** Czy Zamawiający dopuści stenty, których średnicy (możliwość dopięcia) wynosi 0,3 mm dla średnicy 3,0 mm?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający nie wyraża zgody na przelicznik jednostek 1 bar = 1 atm.

Ad. 2 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 24 cewników balonowych o średnicach: 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0, bez cewnika o średnicy 2,75 mm (zgodnie z odpowiedzią z dnia 04 lipca br., znak jak wyżej).



Ad. 3 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 21 cewników balonowych angioplastycznych, których ciśnienie nominalne wynosi 8 atm dla średnicy 3,00 mm, mimo iż dla średnic 1,25 i 1,5 mm ciśnienie nominalne wynosi 6 atm.

Ad. 4 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 25 stentów wieńcowych na cewniku balonowym kobaltowo-chromowych, których ciśnienie RBP wynosi 16 atm dla średnicy 3,00 mm oraz spełniającym wszystkie pozostałe warunki zamówienia, ponieważ ciśnienie RBP 16 atm dla średnicy 3,00 mm również spełnia wymagania SIWZ (wymóg powyżej 16 bar).

Ad. 5 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 26 stentów wieńcowych na cewniku balonowym kobaltowo-chromowych, których profil przejścia dla średnicy 3,00 wynosi 0,041 cala, mimo iż spełniają wszystkie pozostałe warunki zamówienia.

Ad. 6 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 24 cewnika balonowego o podanych w zapytaniu parametrach, ponieważ nie spełnia wymogu dotyczącego długości.

Ad. 7 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 25 stentu kobaltowo-chromowego o długościach od 8 do 38 mm, pod warunkiem, że w tym przedziale oferowany stent o średnicy 3,0 występuje w co najmniej 7 wymiarach, natomiast nie wyraża zgody na zaoferowanie stentów dla których dla średnicy 3,0 mm RBP = 16 bar.

Ad. 8 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 25 stentów dla których dla średnicy 3,0 mm RBP wynosi 16 bar.

Ad. 9 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 26 stentów, których przyrost średnicy wynosi 0,3 mm dla średnicy 3,0 mm.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a