



Znak: AE/ZP-27-39/11

.....
Tarnów, 2011-07-15

Dotyczy: **przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193.000 EURO na dostawy stentów i innych materiałów medycznych do wykonywania procedur koronarografii i koronaroplastyki dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.**

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców o następującej treści:

Dotyczy Pakietu Nr 2. Czy Zamawiający dopuści przewodniki diagnostyczne hydrofilne z rdzeniem nitinolowy zatopiony w poliuretanie, wykonany z jednego kawałka, z bardzo dobrą kontrolą trakcji 1:1 w poliuretanie dodatkowo zatopione nitki wolframowe. Trwała powłoka hydrofilna na całej długości. W przewodnikach 0,035 cala o długości 150 cm i 300 cm końcówki „J”. W przewodnikach 0,038 cala o długości 150 i 260 końcówki proste i zagięte 45 stopni. W przewodnikach 0,032 cala o długości 150 i 260 końcówki proste i zagięte 45 stopni?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 również wyżej opisanych przewodników (opisanych w pytaniu).

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a