



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-41/11

Tarnów, 2011-07-07

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193.000 EURO na dostawy artykułów medycznych (m. in. kaniuli, igieł, strzykawek, zestawów systemowych) dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

- 1. Dotyczy Pakietu Nr 13 poz. 1** - Czy zamawiający zgodzi się na rozmiar cewnika – średnica 1,02 x 2,16mm 7 Fr, zamiast cewnika 1,1 x 2,2 mm 6,6 Fr?
- 2. Dotyczy Pakietu 13 poz. 2** - Czy zamawiający zgodzi się na igły o rozmiarze 20G x 20 mm zamiast 20G x 25 mm?
- 3. Dotyczy Pakietu Nr 13 poz. 3** - Czy zamawiający dopuści igły do portów tytanowych z łyczekowatym ostrzem nie uszkadzającym membrany zakrzywione pod kątem 90 stopni z dołączonym cewnikiem do podawania leku 20 cm, plaster mocujący. Rozmiar 19G x 17 i 19G x 20 mm
- 4. Dotyczy Pakietu Nr 14** - Czy zamawiający zgodzi się na : Wszczepialny zestaw do podawania leków z jednoczęściową komorą z tytanu pokrytą Polyoxymethylenem – komora o objętości 0,55 ml i 0,2 ml?
- 5. Dotyczy Pakietu Nr 14** - Czy zamawiający zgodzi się na: dołączony oddzielenie zestaw do wlewu z igłą Hubera z systemem do mocowania oraz drenikiem i zaciskiem do wlewów o długim czasie trwania.
- 6. Dotyczy Pakietu Nr 14** - Czy zamawiający dopuści:
Rozmiar cewnika średnica 1,2 x 2,4 mm 8 Fr – dla objętości komory 0,5ml
Rozmiar cewnika średnica 1,02 x 2,16 mm 7 Fr 0,25ml – dla objętości komory 0,25ml
- 7. Dotyczy Pakietu Nr 14** – Czy zamawiający dopuści: Cewnik wysokoprzepływowy
- rozmiar 1,57 x 3,18 mm 10 Fr dla objętości komory 0,5ml
- rozmiar 1,2 x 2,4 mm 8 Fr dla objętości komory 0,5 ml
- 8.** Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z Pakietu Nr 11 pozycji nr 4.
- 9.** Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z Pakietu Nr 13 pozycji nr 1.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający nie dopuszcza rozmiaru cewnika 1,02 x 2,16 mm 7 Fr. Wymagania zgodnie z SIWZ

Ad. 2 Zamawiający dopuszcza także igły o rozmiarze 20G x 20 mm

Ad. 3 Zamawiający dopuszcza także igły do portów tytanowych z łyżeczkowatym ostrzem nie uszkadzającym membrany, zakrzywione pod kątem 90 stopni z dołączonym cewnikiem do podawania leku 20 cm, plaster mocujący, rozmiar 19G x 17 i 19G x 20 mm, bez elastycznego symfonika umożliwiające dostosowanie igły do różnych głębokości wkłucia.

Ad. 4 Zamawiający nie dopuszcza wszczepialnego zestawu do podawania leków z jednocześnie komorą z tytanu pokrytą Polyoxymethylenem o objętości 0,55 ml i 0,2 ml. Wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad. 5 Zamawiający dopuszcza także dołączony oddzielnie zestaw do wlewu z igłą Hubera z systemem do mocowania oraz drenikiem i zaciskiem do wlewów o długim czasie trwania.

Ad. 6 Zamawiający nie wprowadza zmian odnośnie rozmiarów cewnika. Wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad. 7 Zamawiający dopuszcza także cewnik wysokoprzepływowy o rozmiarze 1,57 x 3,18 mm 10 Fr dla objętości komory 0,5 ml oraz nie dopuszcza rozmiaru cewnika 1,2 x 2,4 mm 8 Fr dla objętości komory 0,5 ml.

Ad. 8 Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu Nr 11 pozycji nr 4.

Ad. 9 Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu Nr 13 pozycji nr 1.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a