



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-41 /11

Tarnów, 2011-07-15

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 193.000 EURO na dostawy artykułów medycznych (m.in. kaniul, igieł, strzykawek, zestawów systemowych) dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1 – 6** - Czy Zamawiający dopuści kaniule z filtrem hydrofobowym, hamującym wypływ krwi (pełniącym taką samą funkcję jak zastawka)? Pozostałe parametry bez zmian.
2. **Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 6** - Prosimy o modyfikację opisu przedmiotu zamówienia, dotyczącego rozmiarów zamawianych kaniul dożylnych, na opis przestrzegający art. 30 ust. 1 ustawy Pzp tj. zgodny z normą Polską kaniul dożylnych PN-EN ISO 10555-5, która ustanawia równoważne rozmiary średnic cewników w milimetrach, odpowiadające temu samemu rozmiarowi w jednostce Gaug'a oraz temu samemu kolorowi identyfikującemu. Reasumując prosimy o możliwość złożenia oferty z kaniulami dożylnymi o rozmiarach średnicy zewnętrznej cewnika różniącej się +/- 0,1 mm wg w/w normy na podstawie art. 29 ust 3 i art. 1 ustawy. Reasumując prosimy o dopuszczenie w w/w pozycji kaniuli do wlewów dożylnych o rozmiarze 16G / 45 mm / 1,7 mm.
3. **Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 1, 2** - Czy Zamawiający dopuści kaniule z filtrem hydrofobowym, hamującym wypływ krwi (pełniącym taką samą funkcję jak zastawka)? Pozostałe parametry bez zmian.
4. **Dotyczy Pakietu nr 8 poz. 2** - Czy Zamawiający wymaga strzykawki insulinowej z igłą 0,45 x 13 mm? Pozostałe parametry bez zmian.
5. **Dotyczy Pakietu nr 8 poz. 3** - Czy Zamawiający dopuści strzykawkę dwuczęściową 2 ml ze skalą rozszerzoną do 2,5 ml, czarną czytelną skalą oraz kontrastującym tłem? Pozostałe parametry bez zmian.
6. **Dotyczy Pakietu nr 8 poz. 4** - Czy Zamawiający dopuści strzykawkę dwuczęściową 5 ml ze skalą rozszerzoną do 6 ml, z czarną czytelną skalą oraz kontrastującym tłem? Pozostałe parametry bez zmian.
7. **Dotyczy Pakietu nr 8 poz. 5** - Czy Zamawiający dopuści strzykawkę dwuczęściową 10 ml ze skalą rozszerzoną do 12 ml, z czarną czytelną skalą oraz kontrastującym tłem? Pozostałe parametry bez zmian.
8. **Dotyczy Pakietu nr 8 poz. 6** - Czy Zamawiający dopuści strzykawkę dwuczęściową 20 ml ze skalą rozszerzoną do 25 ml, czarną czytelną skalą oraz kontrastującym tłem? Pozostałe parametry bez zmian.
9. **Dotyczy Pakietu nr 9 poz. 1, 3 oraz Pakietu nr 10 poz. 1, 2**
 1. Czy Zamawiający wymaga, aby przyrządy do infuzji oraz transfuzji posiadały komorę wolną od PCV oraz pozbawione były ftalanów?

2. Czy Zamawiający na potwierdzenie, że przyrządy nie zawierają ftalanów (DEHP) wymaga oświadczenia Producenta o zastosowanym przez niego plastyfikatorze oraz dołączenia karty charakterystyki bezpieczeństwa produktu chemicznego?
3. Czy Zamawiający wymaga, aby na regulatorze przepływu przyrządów umieszczone było logo producenta celem łatwiejszej identyfikacji przyrządu w trakcie i po jego użyciu, w sytuacji gdy często opakowanie jednostkowe jest już wyrzucone.
10. **Dotyczy Pakietu nr 23 poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści przyrząd do pobierania płynu infuzyjnego z filtrem bakteryjnym 0,1 μ m? Pozostałe parametry bez zmian.
11. **Dotyczy Pakietu nr 13 poz. 3** – Czy zamawiający w pakiecie nr 13 zadaniu nr 3 dopuści długość drenu 30cm, bez plastra mocującego? Reszta parametrów bez zmian.
12. **Dotyczy Pakietu Nr 29** - Czy Zamawiający w pakiecie nr 29 dopuści zamknięty system dostępu naczyniowego z częściami mechanicznymi, nieprzezroczysty, z membraną niepodzielną, będącą w całości, co dodatkowo zabezpieczy pacjenta przed kolonizacją bakterii? Reszta parametrów bez zmian.
13. **Dotyczy Pakietu Nr 23 poz. 1** – Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 23 pozycja 1 sterylnego przyrządu Ekstra Spike Plus KabiPac do wielokrotnego pobierania lub wstrzykiwania płynów do/z fiolek i butelek, posiadający ostry kołec wprowadzony do fiolki lub butelki zabezpieczony sterylną osłonką końcówką Luer Lock osłoniętej komorą otwieraną i zamykaną jednoręcznie w formie zatrzaskowej, zintegrowany filtr przeciwbakteryjny o dużej powierzchni, który jest kompatybilny ze wszystkimi opakowaniami stojącymi dostępnymi na rynku polskim?
14. **Dotyczy Pakietu Nr 13 poz. 1 i 2** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu Nr 13 pozycji 1 i 2 do osobnego pakietu?
15. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1- 6** - Czy Zamawiający wymaga, aby korki do kaniuli posiadały trzpień zamykający światło kaniuli poniżej krawędzi korka?
16. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1- 6** - Czy Zamawiający dopuści kaniule z filtrem hydrofobowym, który spełnia ta samą funkcję co zastawka antyzwrotna?
17. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 2, 3, 4, 6** - Czy Zamawiający dopuści kaniule o rozmiarze 0,8 x 25, 1,0 x 32, 1,2 x 38, 1,7 x 45?
18. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1 i 2** – Czy Zamawiający wymaga aby kaniule posiadały korek z trzpieniem zamykającym światło kaniuli poniżej krawędzi?
19. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1, 2, 3, 4** – Czy Zamawiający dopuści kaniule z filtrem hydrofobowym, który spełnia ta samą funkcję co zastawka antyzwrotna?
20. **Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 3** – Czy Zamawiający wymaga, aby przyrząd do przetaczania płynów w całości był pozbawiony PVC, co potwierdzone ma być oświadczeniem producenta?
21. **Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 2** – Czy Zamawiający wymaga, aby przyrząd do szybkiego przetaczania krwi w całości był pozbawiony toksycznych ftalanów, co potwierdzone ma być oświadczeniem producenta?
22. **Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 1** – Czy Zamawiający wymaga, aby przyrząd do przetaczania krwi w całości był pozbawiony toksycznych ftalanów, co potwierdzone ma być oświadczeniem producenta?
23. **Dotyczy Pakietu Nr 28 poz. 1** – Czy Zamawiający wymaga, aby kaniula posiadała paski widoczne w promieniach RTG rozwiązanie to zwiększą bezpieczeństwo w razie zerwania się cewnika?
24. **Dotyczy Pakietu Nr 28 poz. 1** – Czy Zamawiający dopuści kaniule 26 G o przepływie 10ml/min?

25. **Dotyczy Pakietu Nr 27 poz. 1 i 2** – Czy Zamawiający dopuści w poz. 1 butelki o pojemności 80 ml, pakowane po 5 szt. i poz. 2 butelek o pojemności 150 ml, pakowane po 5 szt?
26. **Dotyczy Pakietu Nr 27 poz. 1 i 2** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie w poz. 1 i 2 butelek sterylnych o pojemności 150 ml, pakowanych po 5 szt. ?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 1-6 kaniuli z filtrem hydrofobowym, hamującym wypływ krwi.

Ad. 2

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 6 kaniuli do wlewów dożylnych o rozmiarze 16G/45mm/1,7mm.

Ad. 3

Zamawiający nie wyraża zgody w Pakiecie Nr 2 poz. 1 i 2 na zaoferowanie kaniuli z filtrem hydrofobowym, hamującym wypływ krwi.

Ad. 4

Zamawiający dopuszcza również w Pakiecie Nr 8 poz. 2 zaoferowanie strzykawki insulinowej z igłą 0,45x13mm; pozostałe parametry bez zmian.

Ad. 5

Zamawiający dopuszcza również w Pakiecie Nr 8 poz. 3 zaoferowanie strzykawki dwuczęściowej 2 ml ze skalą rozszerzoną do 2,5 ml, czarną skalą oraz kontrastującym tłokiem.

Ad. 6

Zamawiający dopuszcza również w Pakiecie Nr 8 poz. 4 zaoferowanie strzykawki dwuczęściowej 5 ml ze skalą rozszerzoną do 6 ml, czarną skalą oraz kontrastującym tłokiem.

Ad. 7

Zamawiający dopuszcza również w Pakiecie Nr 8 poz. 5 zaoferowanie strzykawki dwuczęściowej 10 ml ze skalą rozszerzoną do 12 ml, czarną skalą oraz kontrastującym tłokiem.

Ad. 8

Zamawiający dopuszcza również w Pakiecie Nr 8 poz. 6 zaoferowanie strzykawki dwuczęściowej 20 ml ze skalą rozszerzoną do 25 ml, czarną skalą oraz kontrastującym tłokiem.

Ad. 9

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również w Pakiecie Nr 9 poz. 1 i 3 oraz w Pakiecie Nr 10 poz. 1 i 2 zaoferowanie przyrządów do infuzji oraz transfuzji posiadających komorę wolną od PCV oraz pozbawionych ftalanów. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. Zamawiający nie wymaga oświadczenia producenta o zastosowanym plastyfikatorze oraz nie wymaga dołączenia karty charakterystyki bezpieczeństwa produktu chemicznego na potwierdzenie, że przyrządy nie posiadają ftalanów. Zamawiający nie wymaga, aby na regulatorze przepływu przyrządów umieszczone było logo producenta.

Ad. 10

Zamawiający dopuszcza również w Pakiecie Nr 23 poz. 1 zaoferowanie przyrządów do pobierania płynu infuzyjnego z filtrem bakteryjnym 0,1 µm ; pozostałe parametry bez zmian.

Ad. 11

Zamawiający dopuszcza również w Pakiecie Nr 13 poz. 3 długość drenu 30 cm bez plastra mocującego, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Ad. 12

Zamawiający nie wyraża zgody w Pakiecie Nr 29 na dopuszczenie zamkniętego systemu dostępu naczyniowego z częściami mechanicznymi, nieprzeźroczystego, z membraną niepodzielną, będącą w całości.

Ad. 13

Zamawiający dopuszcza również w Pakiecie Nr 23 poz. 1 zaoferowanie sterylnego przyrządu Ekstra Spike Plus KabiPac (lub równoważnego) do wielokrotnego pobierania lub wstrzykiwania płynów do/z fiolek i butelek, posiadający ostry kołec wprowadzony do fiolki lub butelki, zabezpieczony sterylną osłonką końcówką Luer Lok osłoniętej komorą otwieraną i zamykaną jednoręcznie w formie zatrzaskowej, zintegrowany filtr przeciwbakteryjny o dużej powierzchni, który jest kompatybilny ze wszystkimi opakowaniami stojącymi dostępnymi na rynku polskim, z zastrzeżeniem spełnienia pozostałych warunków SIWZ (filtr bakteryjny 0,45 µm oraz zapewnienie jałowości płynu przez minimum 24 godz.).

Ad. 14

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu Nr 13 pozycji 1 i 2 do osobnego pakietu.

Ad. 15

Zamawiający dopuszcza również w Pakiecie Nr 1 poz. 1-6 zaoferowanie kaniuli posiadających trzpień zamykający światło kaniuli poniżej krawędzi korka.

Ad. 16

Zamawiający nie wyraża zgody w Pakiecie nr 1 poz. 1-6 na zaoferowanie kaniuli z filtrem hydrofobowym spełniającym tę samą funkcję co zastawka antyzwrotna.

Ad. 17

Zamawiający dopuszcza również w Pakiecie nr 1 poz. 2, 3, 4, 6 zaoferowanie kaniuli o rozmiarach 0,8 x 25, 1,0 x 32, 1,2 x 38, 1,7 x 45.

Ad. 18

Zamawiający dopuszcza również w Pakiecie Nr 2 poz. 1 i 2 kaniule posiadające korek z trzpieniem zamykającym światło kaniuli poniżej krawędzi.

Ad. 19

Zamawiający nie wyraża zgody w Pakiecie Nr 2 poz. 1, 2, 3, 4 na zaoferowanie kaniuli z filtrem hydrofobowym spełniającym tę samą funkcję co zastawka antyzwrotna.

Ad. 20

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza w Pakiecie Nr 9 poz. 3 zaoferowanie przyrządów do przetaczania płynów w całości pozbawionych PVC, pozostałe parametry zgodne z SIWZ. Zamawiający nie wymaga oświadczenia producenta w tym zakresie.

Ad. 21

Zamawiający dopuszcza również w Pakiecie Nr 9 poz. 2 zaoferowanie przyrządów do szybkiego przetaczania krwi w całości pozbawionych toksycznych ftalanów. Zamawiający nie wymaga oświadczenia producenta w tym zakresie.

Ad. 22

Zamawiający dopuszcza również w Pakiecie Nr 9 poz. 1 zaoferowanie przyrządów do przetaczania krwi w całości pozbawionych toksycznych ftalanów. Zamawiający nie wymaga oświadczenia producenta w tym zakresie.

Ad. 23

Zamawiający dopuszcza również w Pakiecie Nr 28 poz. 1 zaoferowanie kaniuli posiadających paski widoczne w promieniach RTG.

Ad. 24

Zamawiający nie wyraża zgody w Pakiecie Nr 28 poz. 1 na zaoferowanie kaniuli 26G o przepływie 10ml/min.

Ad. 25

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 27 poz. 1 butelek o pojemności 80ml, pakowanych po 5 szt. i w poz. 2 butelek o pojemności 150 ml pakowanych po 5 szt.

Ad. 26

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 27 poz. 1 i 2 butelek sterylnych o pojemności 150 ml pakowanych po 5szt.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a

