



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-41/11

Tarnów, 2011-07-20

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 193.000 EURO na dostawy artykułów medycznych (m. in. kaniuli, igieł, strzykawek, zestawów systemowych) dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

- 1. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści zamknięty system dostępu naczyniowego w przezroczystej obudowie, z niebieską membraną, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?
- 2. Dotyczy Pakietu 6 poz. 3-6** - Czy zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie Polski, Zamawiający wymaga aby opakowanie jednostkowe strzykawki posiadało opis w języku polskim?
- 3. Dotyczy Pakietu Nr 23 poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści przyrząd z dokładniejszym niż wymagany filtrem bakteryjnym 0,1 µm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?
- 4. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 3 i 4** - Czy kaniule mogą posiadać więcej niż 4 paski radiocieniujące, oraz zastawkę antyzwrotną hamującą wypływ krwi?
- 5. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 3 i 4** - Czy automatyczny zatrask ma posiadać 2 funkcje : chronić przed zakłuciem oraz chronić przed zachłapaniem poprzez zasysanie ostatniej kropli krwi z mandrylu?.
- 6. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 1** - Czy Zamawiający ma na myśli przepływ zgodny z Normą PN EN ISO 10555-5?
- 7. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 1** - Czy dla skutecznej dezynfekcji silikonowa membrana ma być osadzona na konektorze?
- 8. Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści poniższy zestaw : dwuświatłowy cewnik 7F/20cm, o kanalikach 14Ga/18Ga, wykonany z poliuretanu, kontrastujący w promieniach RTG, z centymetrowymi znacznikami głębokości, z zintegrowanymi z cewnikiem przezroczystymi i oznaczonymi przedłużeniami z kodowanymi kolorem łącznikami Luer Lock; oznaczeniami na delcie zawierającymi informacje o ilości kanałów, długości i średnicy cewnika; niezintegrowany łącznik „Y” z silikonową membraną uszczelniającą umożliwiającą wprowadzenie prowadnicy bez rozłączania strzykawki, rozszerzadło dostosowane do rozmiaru cewnika, prowadnicę z końcówką „J” ze znacznikami głębokości z aplikatorem, igłę wprowadzającą, ruchome skrzydełka mocujące z dodatkową nakładką unieruchamiającą, strzykawkę, skalpel, koreczki z portami, naklejki identyfikacyjne?

- 9. Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 2** - Czy Zamawiający dopuści poniższy zestaw: dwuświatłowy cewnik 7F/30cm, o kanalikach 14Ga/18Ga, wykonany z poliuretanu, kontrastujący w promieniach RTG, z centymetrowymi znacznikami głębokości, z zintegrowanymi z cewnikiem przezroczystymi i oznaczonymi przedłużeniami z kodowanymi kolorem łącznikami Luer Lock; oznaczeniami na delcie zawierającymi informacje o ilości kanałów, długości i średnicy cewnika; niezintegrowany łącznik „Y” z silikonową membraną uszczelniającą umożliwiającą wprowadzenie prowadnicy bez rozłączania strzykawki, rozszerządło dostosowane do rozmiaru cewnika, prowadnicę z końcówką „J” ze znacznikami głębokości z aplikatorem, igłę wprowadzającą, ruchome skrzydełko mocujące z dodatkową nakładką unieruchamiającą, strzykawkę, skalpel, koreczki z portami, naklejki identyfikacyjne?
- 10. Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 3** - Czy Zamawiający dopuści poniższy zestaw: trzyświatłowy cewnik 7F/20cm, o kanalikach 16Ga/18Ga/18Ga, wykonany z poliuretanu, kontrastujący w promieniach RTG, z centymetrowymi znacznikami głębokości, z zintegrowanymi z cewnikiem przezroczystymi i oznaczonymi przedłużeniami z kodowanymi kolorem łącznikami Luer Lock; oznaczeniami na delcie zawierającymi informacje o ilości kanałów, długości i średnicy cewnika; niezintegrowany łącznik „Y” z silikonową membraną uszczelniającą umożliwiającą wprowadzenie prowadnicy bez rozłączania strzykawki, rozszerządło dostosowane do rozmiaru cewnika, prowadnicę z końcówką „J” ze znacznikami głębokości z aplikatorem, igłę wprowadzającą, ruchome skrzydełko mocujące z dodatkową nakładką unieruchamiającą, strzykawkę, skalpel, koreczki z portami, naklejki identyfikacyjne?
- 11. Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 4** - Czy Zamawiający dopuści poniższy zestaw do hemodializy : dwuświatłowy cewnik w rozmiarze 12F/20cm i kanalikach 12Ga/12Ga, wykonany z poliuretanu, kontrastujący w promieniach RTG, z centymetrowymi znacznikami głębokości, z zintegrowanymi z cewnikiem przezroczystymi i wyraźnie oznaczonymi przedłużeniami, z łącznikami Luer Lock, z kodowanymi kolorem zaciskami, oznaczeniami na delcie zawierającymi informacje o długości i średnicy cewnika; niezintegrowany łącznik Y z silikonową membraną uszczelniającą wprowadzenie prowadnicy Seldingera bez konieczności rozłączania strzykawki, rozszerządło dostosowane do rozmiaru cewnika, prowadnicę z końcówką „J” ze znacznikami głębokości z aplikatorem, igłę wprowadzającą, skrzydełko mocujące, strzykawkę, skalpel, koreczki z portami, naklejki identyfikacyjne?
- 12. Dotyczy Pakietu Nr 12 poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści poniższy zestaw : Jednoświatłowy neonatologiczny cewnik 23Ga/20cm, objętość wypełnienia 0,1ml, poliuretanowy, widoczny w promieniach Rtg, znaczniki głębokości co 1cm, dodatkowe znacznikami co 10 i 5 cm, z cienkościenną plastikową kaniulą rozrywalną typu „peel away” 22Ga obecną w zestawie, przezroczyste przedłużenie poliuretanowe z klamerką zaciskową, nakrętka zamykająca luer lock, elastyczne skrzydełko mocujące z wbudowanym systemem chroniącym przed załamaniem cewnika?
- 13. Dotyczy Pakietu Nr 25 poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści poniższy zestaw firmy Portex: Zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego składający się z: igły Tuohy

18G/8cm kodowanej kolorem, z dokładnie dopasowanym mandrynem, z opcjonalnie zdejmowanymi „skrzydełkami”; cewnika z trzema otworami bocznymi, wykonanym z obojętnego chemicznie tworzywa medycznego, odporny na załamania, znaczniki długości; filtr zewnątrzoponowy płaski 0,2, skuteczny przez 96 h, sterylny; strzykawka niskooporowa z końcówką luer slip 10 ml; łącznik do cewnika wykluczający przypadkowe rozłączanie; przewód i etykieta identyfikacyjna cewnika ZO?

14. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zapisu o obowiązku potwierdzania faxem zamówień składanych telefonicznie?
15. Czy Zamawiający potwierdza, że dostawy realizowane będą w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

- Ad.1.** Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 poz. 1 zamkniętego systemu dostępu naczyniowego w przezroczystej obudowie, z niebieską membraną, pod warunkiem spełniania pozostałych zapisów SIWZ, z uwzględnieniem odpowiedzi udzielonej w Ad.7
- Ad.2.** Zamawiający wymaga zaoferowania w Pakiecie Nr 6 poz. 3-6 asortymentu w opakowaniach oznakowanych zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. Nr 107 z 2010 r. poz. 679, z późniejszymi zmianami).
- Ad.3.** Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie w Pakiecie Nr 23 poz. 1 przyrządu z filtrem bakteryjnym 0,1 µm, pod warunkiem spełniania pozostałych zapisów SIWZ.
- Ad.4.** Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 poz. 3 i 4 kaniuli posiadających więcej niż 4 paski radiocieniujące oraz zastawkę antyzwrotną hamującą wypływ krwi, pod warunkiem spełniania pozostałych zapisów SIWZ.
- Ad.5.** Zamawiający wymaga, aby zaoferowany w Pakiecie Nr 2 poz. 3 i 4 automatyczny zatrząsk posiadał funkcję chroniącą przed zakłuciem, natomiast nie wymaga, ale dopuszcza również, aby zatrząsk chronił przed zachłapaniem poprzez zasysanie ostatniej kropli krwi z mandrylu.
- Ad.6.** Zamawiający wymaga zaoferowania w Pakiecie Nr 3 poz.1 zamkniętego systemu dostępu naczyniowego, przezroczystego, dającego pełną kontrolę i wizualizację podawanych płynów, posiadających prosty tor przepływu, bezigłowego o przepływie 32 l/godz. z membraną silikonową, wykonanego w technologii podzielnej membrany silikonowej, bez metalowych oraz wewnętrznych mechanicznych części, z uwzględnieniem odpowiedzi udzielonej w Ad.1 i Ad.7
- Ad.7.** Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 poz.1 systemu, w którym silikonowa membrana jest osadzona na konektorze. pod warunkiem spełniania pozostałych zapisów SIWZ, z uwzględnieniem odpowiedzi udzielonej w Ad.1.
- Ad.8.** Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie w Pakiecie Nr 11 poz. 1 zestawu zawierającego : dwuświatłowy cewnik 7F/20cm, o kanalikach 14Ga/18Ga, wykonany z poliuretanu, kontrastujący w promieniach RTG, z centymetrowymi

znacznikami głębokości, z zintegrowanymi z cewnikiem przezroczystymi i oznaczonymi przedłużeniami z kodowanymi kolorem łącznikami Luer Lock; oznaczeniami na delcie zawierającymi informacje o ilości kanałów, długości i średnicy cewnika; niezintegrowany łącznik „Y” z silikonową membraną uszczelniającą umożliwiającą wprowadzenie prowadnicy bez rozłączania strzykawki, rozszerzadło dostosowane do rozmiaru cewnika, prowadnicę z końcówką „J” ze znacznikami głębokości z aplikatorem, igłę wprowadzającą, ruchome skrzydełka mocujące z dodatkową nakładką unieruchamiającą, strzykawkę, skalpel, koreczki z portami, naklejki identyfikacyjne.

Ad.9. Zamawiający nie dopuści zaoferowania w Pakiecie Nr 11 poz. 2 zestawu zawierającego: dwuświatłowy cewnik 7F/30cm, o kanalikach 14Ga/18Ga, wykonany z poliuretanu, kontrastujący w promieniach RTG, z centymetrowymi znacznikami głębokości, z zintegrowanymi z cewnikiem przezroczystymi i oznaczonymi przedłużeniami z kodowanymi kolorem łącznikami Luer Lock; oznaczeniami na delcie zawierającymi informacje o ilości kanałów, długości i średnicy cewnika; niezintegrowany łącznik „Y” z silikonową membraną uszczelniającą umożliwiającą wprowadzenie prowadnicy bez rozłączania strzykawki, rozszerzadło dostosowane do rozmiaru cewnika, prowadnicę z końcówką „J” ze znacznikami głębokości z aplikatorem, igłę wprowadzającą, ruchome skrzydełka mocujące z dodatkową nakładką unieruchamiającą, strzykawkę, skalpel, koreczki z portami, naklejki identyfikacyjne.

Ad.10. Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie w Pakiecie Nr 11 poz. 3 zestawu zawierającego: trzyświatłowy cewnik 7F/20cm, o kanalikach 16Ga/18Ga/18Ga, wykonany z poliuretanu, kontrastujący w promieniach RTG, z centymetrowymi znacznikami głębokości, z zintegrowanymi z cewnikiem przezroczystymi i oznaczonymi przedłużeniami z kodowanymi kolorem łącznikami Luer Lock; oznaczeniami na delcie zawierającymi informacje o ilości kanałów, długości i średnicy cewnika; niezintegrowany łącznik „Y” z silikonową membraną uszczelniającą umożliwiającą wprowadzenie prowadnicy bez rozłączania strzykawki, rozszerzadło dostosowane do rozmiaru cewnika, prowadnicę z końcówką „J” ze znacznikami głębokości z aplikatorem, igłę wprowadzającą, ruchome skrzydełka mocujące z dodatkową nakładką unieruchamiającą, strzykawkę, skalpel, koreczki z portami, naklejki identyfikacyjne.

Ad.11. Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie w Pakiecie Nr 11 poz. 4 zestawu do hemodializy zawierającego: dwuświatłowy cewnik w rozmiarze 12F/20cm i kanalikach 12Ga/12Ga, wykonany z poliuretanu, kontrastujący w promieniach RTG, z centymetrowymi znacznikami głębokości, z zintegrowanymi z cewnikiem przezroczystymi i wyraźnie oznaczonymi przedłużeniami, z łącznikami Luer Lock, z kodowanymi kolorem zaciskami, oznaczeniami na delcie zawierającymi informacje o długości i średnicy cewnika; niezintegrowany łącznik Y z silikonową membraną uszczelniającą wprowadzenie prowadnicy Seldingera bez konieczności rozłączania strzykawki, rozszerzadło dostosowane do rozmiaru cewnika, prowadnicę z końcówką

„J” ze znacznikami głębokości z aplikatorem, igłę wprowadzającą, skrzydełka mocujące, strzykawkę, skalpel, koreczki z portami, naklejki identyfikacyjne.

Ad.12. Zamawiający nie dopuści zaoferowania w Pakiecie Nr 12 poz. 1 zestawu : Jednoświatłowy neonatologiczny cewnik 23Ga/20cm, objętość wypełnienia 0,1ml, poliuretanowy, widoczny w promieniach Rtg, znaczniki głębokości co 1cm, dodatkowe znacznikami co 10 i 5 cm, z cienkościenną plastikową kaniulą rozrywalną typu „peel away” 22Ga obecną w zestawie, przezroczyste przedłużenie poliuretanowe z klamerką zaciskową, nakrętka zamykająca luer lock, elastyczne skrzydełka mocujące z wbudowanym systemem chroniącym przed załamaniem cewnika.

Ad.13. Zamawiający nie dopuści zaoferowania w Pakiecie Nr 25 poz. 1 zestawu : Zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego składający się z: igły Tuohy 18G/8cm kodowanej kolorem, z dokładnie dopasowanym mandrynem, z opcjonalnie zdejmowanymi „skrzydełkami”; cewnika z trzema otworami bocznymi, wykonanym z obojętnego chemicznie tworzywa medycznego, odporny na załamania, znaczniki długości; filtr zewnątrzoponowy płaski 0,2, skuteczny przez 96 h, sterylny; strzykawka niskooporowa z końcówką luer slip 10 ml; łącznik do cewnika wykluczający przypadkowe rozłączanie; przewodnik i etykieta identyfikacyjna cewnika ZO.

Ad.14. Zamawiający podtrzymuje zapisy punktu XV.1 SIWZ „Ogólne warunki umowy” i będzie zgłaszał zapotrzebowanie telefonicznie.

Ad.15. Zamawiający podtrzymuje zapisy punktu XV.1 SIWZ „Ogólne warunki umowy” i wymaga realizacji zamówień w okresie do 7 dni od ich zgłoszenia. W przypadku dostaw na „cito” do których Zamawiający zastrzega sobie prawo - dostawa następować będzie maksymalnie w ciągu 24 godzin.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a