



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-42/11

Tarnów, 2011-07-04

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193.000 EURO na dostawy rękawic medycznych dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

1. **Dotyczy pozycji 4 i 5.** Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy poprzez określenie „posiadania zakończenia gwarantującego przyleganie rękawicy do odzieży ochronnej i nie zsuwanie się po rękawie” Zamawiający wymaga zaoferowanie rękawic, które posiadają poprzeczne i podłużne wzmocnienia na mankiecie?
2. **Dotyczy pozycji: 1, 2, 3.** Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy zaoferowane rękawice powinny posiadać certyfikat jednostki notyfikowanej potwierdzającej zgodność z normą EN455.
3. **Dotyczy pozycji 1-3.** Czy Zamawiający zgodzi się na wyłączenie z pakietu rękawic diagnostycznych (poz. 1 – 3)?
4. **Dotyczy pozycji: 7 - 8.** Czy Zamawiający zgodzi się na wyłączenie poz. 7 – 8 z pakietu?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad 1. Określenie wymogu „posiadania zakończenia gwarantującego przyleganie rękawicy do odzieży ochronnej i nie zsuwanie się po rękawie” Zamawiający odniósł nie tylko do pozycji 4 i 5 ale również do pozycji: 1, 2, 3, 6 i oznacza ono dokładnie to co zapisał Zamawiający, bez wskazywania, że musi to być rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę.

Ad. 2 Wszystkie wymagania, które muszą spełniać oferowane rękawice Zamawiający określił w SIWZ.

Ad 3 i 4. Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie do oddzielnego pakietu ani poz. 1 – 3 ani pozycji 7 – 8.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a