



Znak: AE/ZP-27-46/11

Tarnów, 2011-07-26

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193.000 EURO na dostawy: sprzętu medycznego jedno- i wielorazowego użytku oraz protez i łat naczyniowych, siatek do operacyjnego leczenia przepuklin, taśm do leczenia operacyjnego nietrzymania moczu, recto- i cystocoele oraz wypadania narządu rodnego dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu nr 37 poz. 3.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatki o wymiarach 30 x 30 cm przy zachowaniu pozostałych wymaganych parametrów?
2. **Dotyczy Pakietu nr 17.** Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o sprecyzowanie czy Zamawiający miał na myśli protezy naczyniowe z możliwością 3-krotnej resterylizacji potwierdzonej standardami w instrukcji użycia?.
3. **Dotyczy Pakietu nr 18 poz. 2.** Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie protez naczyniowych rozwidlonych o długości całkowitej 50 cm przy zachowaniu pozostałych parametrów.
4. **Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 3.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za 100 szt. = 1 opakowanie, z odpowiednim przeliczeniem w Formularzu Cenowym? .
5. **Dotyczy Pakietu nr 3 poz. 8.** Prosimy o dopuszczenie cewników do odsysania posiadających barwne oznaczenie rozmiaru na cewniku oraz oznaczenie numeryczne na opakowaniu? .

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 37 poz. 3 również siatek o wymiarach 30 x 30 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych parametrów określonych w SIWZ.

Ad. 2 Zamawiający miał w Pakiecie Nr 17 na myśli dokładnie to co zapisał w SIWZ i wymaga zaoferowania protez naczyniowych spełniających wymagania określone w SIWZ.

Ad. 3 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 18 poz. 2 również protez naczyniowych rozwidlonych o długości całkowitej wynoszącej 50 cm, pod warunkiem spełnia pozostałych parametrów określonych w SIWZ.

Ad. 4 Zamawiający nie musi wyrażać zgody na podanie w Pakiecie Nr 1 poz. 3 ceny za opakowanie ponieważ zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ w Formularzu Cenowym (Załącznik Nr 1 do SIWZ) należy podać cenę za opakowanie z jednoczesnym podaniem wielkości opakowania.

Ad. 5 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 3 poz. 8 również cewników do odsysania posiadających barwne oznaczenie rozmiaru na cewniku oraz oznaczenie numeryczne na opakowaniu, pod warunkiem spełnia pozostałych parametrów określonych w SIWZ.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a

