



Znak: AE/ZP-27-46/11

Tarnów, 2011-07-29

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193.000 EURO na dostawy: sprzętu medycznego jedno- i wielorazowego użytku oraz protez i łat naczyniowych, siatek do operacyjnego leczenia przepuklin, taśm do leczenia operacyjnego nietrzymania moczu, recto- i cystocoele oraz wypadania narządu rodnego dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 3.** Czy rurki intubacyjne zbrojone mają posiadać znacznik głębokości w postaci 2 ringów idących wokół obwodu rurki, umożliwiający prawidłowe pozycjonowanie rurki?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 4.** Czy Zamawiający wymaga aby rurka opisana w pozycji 4 posiadała specjalny mankiet w kształcie stożka przewidziany do przedłużonej intubacji (mankiet niskociśnieniowy, w swej górnej części o średnicy większej niż średnica tchawicy, zwężający się stopniowo ku dołowi tworząc stożek), znacznik Rtg wtopiony w korpus rurki tuż nad otworem do drenażu przestrzeni podgłośniowej- tuż nad mankiem, oraz dren do odsysania wydzieliny o średnicy min. 4 mm?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 5.** Czy rurki tracheotomijne typu FEN mają posiadać wyraźnie miękki obrotowy w płaszczyźnie góra-dół szyld (obrót szyldu umożliwia dopasowanie rurki do warunków anatomicznych pacjenta)?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 7.** Czy Zamawiający dopuści rozmiar przewodnicy 2 o długości 280mm, rozmiar 3,3 o długości 350mm, rozmiar 4,7 o długości 350mm ?
5. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 8.** Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie cewników do odsysania g.d.o prostych, z dwoma naprzeciwległymi otworami bocznymi, tylko z numerycznym oznaczeniem rozmiaru na opakowaniu?
6. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 9.** Czy zamknięty system do odsysania ma posiadać możliwość wykonanie bronchofiberoskopii bez odłączenia konektora od układu oddechowego pacjenta?
7. **Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci o wydajności nawilżania 28,5 mg H₂O/l ? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
8. **Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści filtr mechaniczny z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci o wydajności nawilżania 34 mg H₂O/l przy VT 500 ml ? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
9. **Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 3.** Czy Zamawiający dopuści filtr elektrostatyczny dla dorosłych o skuteczności filtracji względem bakterii na poziomie 99,9999% oraz skuteczności filtracji względem wirusów na poziomie 99,999%? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
10. **Dotyczy Pakietu Nr 20 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy jednopacjentowy dwururowy rozciągliwy 60/180cm z łącznikiem Y, złączki przy respiratorze 22F, od strony pacjenta 22M/15F, sterylne?
11. **Dotyczy Pakietu Nr 20 poz. 2.** Czy obwód do respiratora Achiwa ma posiadać złącze respiratora 22Flex, zawór wydechowy ze złączem pacjenta 22M/15F, linie PCW 180cm średnicy 4x6,5mm, linie ciśnienia PCW 180cm średnicy 4x6,5mm, sterylne?



12. **Dotyczy Pakietu Nr 20 poz. 3.** Czy Zamawiający wymaga aby sterylny łącznik był ze złączem kątowym podwójnie obrotowy rozciągliwy o długości 7/16cm, złącze pacjenta 22M/15F, złącze respiratora 15M, oraz posiadał gumową zatyczkę z portem do odsysania i bronchoskopii?
13. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 3.** Czy Zamawiający dopuści maski krtaniowe jednorazowego użytku bez zabezpieczenia przed wklinowaniem nagłośni?
14. **Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści noski mikrobiologicznie czyste z przestrzenią martwą max 17 ml?
15. **Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści filtr antybakteryjny mechaniczny mikrobiologicznie czysty?
16. **Dotyczy Pakietu Nr 20 poz. 3.** Czy Zamawiający dopuści łącznik karbowany mikrobiologicznie czysty?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga aby rurki intubacyjne zbrojone oferowane w **Pakiecie Nr 3 poz. 3** miały znacznik głębokości w postaci 2 ringów idących wokół obwodu rurki, umożliwiające prawidłowe pozycjonowanie rurki.

Ad. 2 Zamawiający wymaga aby rurki intubacyjne ujęte w **Pakiecie Nr 3 poz. 4** posiadały specjalny mankiet w kształcie stożka przewidziany do przedłużonej intubacji (mankiet niskociśnieniowy, w swej górnej części o średnicy większej niż średnica tchawicy, zwężający się stopniowo ku dołowi tworząc stożek), natomiast dopuszcza ale nie wymaga aby posiadały znacznik Rtg wtopiony w korpus rurki tuż nad otworem do drenażu przestrzeni podgłośniowej- tuż nad mankietem, oraz dren do odsysania wydzieliny o średnicy min. 4 mm.

Ad. 3 Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga aby oferowane w **Pakiecie Nr 3 poz. 5** rurki tracheotomijne typu FEN posiadały wyraźnie miękki obrotowy w płaszczyźnie góra-dół szyld.

Ad. 4 Zamawiający nie musi dopuszczać składania oferty w **Pakiecie Nr 3 poz. 7** na prowadnice w rozmiarze 2 o długości 280mm, rozmiar 3,3 o długości 350 mm, ponieważ spełniają wymagania SIWZ określone w Formularzu Cenowym, natomiast dopuszcza rozmiar 4,7 o długości 350mm.

Ad. 5 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3 poz. 8** również cewników do odsysania g.d.o prostych, z dwoma naprzeciwnymi otworami bocznymi, tylko z numerycznym oznaczeniem rozmiaru na opakowaniu.

Ad. 6 Oferowany w **Pakiecie Nr 3 poz. 9** zamknięty system do odsysania może ale nie musi posiadać możliwość wykonanie bronchofiberoskopii bez odłączenia konektora od układu oddechowego pacjenta.

Ad. 7 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 8 poz. 1** również wymienników ciepła i wilgoci o wydajności nawilżania 28,5 mg H₂O/l, pod warunkiem spełniania pozostałych parametrów SIWZ.

Ad. 8 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 8 poz. 2** również filtrów mechanicznych z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci o wydajności nawilżania 34 mg H₂O/l przy VT 500 ml, pod warunkiem spełniania pozostałych parametrów SIWZ.

Ad. 9 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 8 poz. 3** również filtrów elektrostatycznych dla dorosłych o skuteczności filtracji względem bakterii na poziomie 99,9999% oraz skuteczności filtracji względem wirusów na poziomie 99,999%, pod warunkiem spełniania pozostałych parametrów SIWZ.

Ad. 10 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 20 poz. 1** również układów oddechowych jednopacjentowych dwururowych rozciągliwych 60/180cm z łącznikiem Y, złączki przy respiratorze 22F, od strony pacjenta 22M/15F, sterylnych.

Ad. 11 Oferowane w **Pakiecie Nr 20 poz. 2** układy oddechowe mają spełniać wymagania określone przez Zamawiającego w Załączniku Nr 1 (Formularzu Cenowym) do SIWZ.

Ad.12 Zamawiający wymaga aby oferowane w **Pakiecie Nr 20 poz. 3** łączniki posiadały gumowe zatyczki z portem do odsysania i bronchoskopii.

Ad. 13 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 6 poz. 3** masek krtaniowych jednorazowego użytku bez zabezpieczenia przed wklinowaniem nagłośni, oferowane maski winny spełniać wymagania określone w SIWZ.

Ad. 14 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 8 poz. 1** nosków mikrobiologicznie czystych z przestrzenią martwą max 17 ml, oferowane noski winny spełniać wymagania określone w SIWZ, w tym bezwzględnie muszą być sterylne.

Ad. 15 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 8 poz. 2** filtrów antybakteryjnych mechanicznych mikrobiologicznie czystych, oferowane filtry winny spełniać wymagania określone w SIWZ, w tym bezwzględnie muszą być sterylne.

Ad. 16 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 20 poz. 3** łączników mikrobiologicznie czystych, oferowane łączniki winny spełniać wymagania określone w SIWZ, w tym bezwzględnie muszą być sterylne.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a