



Znak: AE/ZP-27-53/11

Tarnów, 2011-09-05

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 193.000 EURO na dostawy sprzętu medycznego jedno- i wielorazowego użytku dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu nr 24 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty wyłącznie na część 1 Pakietu nr 24 (Szczoteczka do wymazów cytologicznych Cytobrush lub równoważna, umożliwiająca pobranie w rozmazie komórek z szyjki macicy) ?
2. **Dotyczy Pakietu nr 14 poz.: 1, 2, 3.** Czy Zamawiający w pozycjach: 1, 2, 3 dopuści jednorazowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1 mm do 2,5 mm o wysokości zszywki 5,5 mm?
3. **Dotyczy Pakietu nr 14 poz. 4.** Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści jednorazowy stapler liniowy o długości linii szwu 60 mm załadowany ładunkiem **do tkanki grubej** (wysokość otwartej zszywki 4,8 mm po zamknięciu 2,0 mm). Stapler posiada dwie dźwignie – zamykającą i spustową?
4. **Dotyczy Pakietu nr 8 poz. 3 i 5.** Czy Zamawiający wymaga zaoferowania aparatów AMBU nadających się do wielokrotnej sterylizacji w autoklawie w temperaturze 134°C łącznie z maskami.
5. **Dotyczy Pakietu nr 8 poz. 4.** Czy Zamawiający zamiast worków powietrza dopuści rezerwuary w postaci rury umożliwiającej uzyskanie do 100% tlenu w mieszaninie oddechowej, kompatybilne z aparatem AMBU dla noworodków z pozycji 3?
6. **Dotyczy Pakietu nr 8 poz. 5.** Czy aparat AMBU dla dorosłych ma być wyposażony w pasek zabezpieczający przez wyslizgiwaniem się z dłoni?
7. **Dotyczy Pakietu nr 3 poz. 2.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu Nr 3 poz. 2 i utworzy samodzielny Pakiet Nr 3a obejmujący wyłącznie wyżej wymienioną pozycję?
8. **Dotyczy Pakietu nr 9 poz. 1.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu Nr 9 poz. 1 i utworzy samodzielny Pakiet Nr 9a obejmujący wyłącznie wyżej wymienioną pozycję?
9. **Dotyczy Pakietu nr 17 poz. 1.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu Nr 17 poz. 1 i utworzy samodzielny Pakiet Nr 17a obejmujący wyłącznie wyżej wymienioną pozycję?
10. **Dotyczy Pakietu nr 17 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy wapno sodowe (absorpcyjne) do aparatów do znieczulania o wydajności 120 litrów CO₂/kg, pakowane w kanistry 5 l.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty wyłącznie na poz. 1 w Pakiecie Nr 24. Zgodnie z zapisem pkt III. 4 „Oferta nie zawierająca całości asortymentu w ramach pakietu będzie odrzucona w ramach tego pakietu”.

Ad. 2 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 14 poz. 1 - 3 jednorazowe staplery okrężne wygięte z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością



zamknięcia zszywki w zakresie od 1 mm do 2,5 mm o wysokości zszywki 5,5, pod warunkiem, że są z łamanym kowadłem.

Ad. 3 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 14 poz. 4 również jednorazowego staplera liniowego o długości linii szwu 60 mm załadowany ładunkiem **do tkanki grubej** (wysokość otwartej zszywki 4,8 mm po zamknięciu 2,0 mm), posiada dwie dźwignie – zamykającą i spustową.

Ad. 4 Zamawiający wymaga zaoferowania w Pakiecie Nr 8 poz. 3 i 5, jak również w pozostałych pozycjach tego Pakietu wyrobów nadających się do wielokrotnej sterylizacji, co jest oczywiste ponieważ Zamawiający w Załączniku Nr 1 do SIWZ zawarł wymóg, iż musi to być sprzęt wielorazowy.

Ad. 5 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 8 poz. 4 zamiast wymaganych worków powietrza rezerwuarów w postaci rury umożliwiającej uzyskanie do 100% tlenu w mieszaninie oddechowej, nawet jeżeli są kompatybilne z aparatem AMBU dla noworodków zaoferowanym w poz. 3.

Ad. 6 Aparaty Ambu zaoferowane w Pakiecie Nr 8 poz. 5 mogą ale nie muszą być wyposażone w pasek zabezpieczający przed wyslizgiwaniem się z dłoni.

Ad. 7 Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu Nr 3 poz. 2 i utworzenie z niej samodzielnego Pakietu Nr 3a obejmującego wyłącznie wyżej wymienioną pozycję.

Ad. 8 Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu Nr 9 poz. 1 i utworzenie z niej samodzielnego Pakietu Nr 9a obejmującego wyłącznie wyżej wymienioną pozycję.

Ad. 9 Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu Nr 17 poz. 1 i utworzenie z niej samodzielnego Pakietu Nr 17a obejmującego wyłącznie wyżej wymienioną pozycję.

Ad. 10 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 17 poz. 1 wapna sodowego (absorbpcyjnego) do aparatów do znieczulania o wydajności 120 litrów CO₂/kg, pakowanego w kanistry 5 l.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a