



Znak: AE/ZP-27-53/11

Tarnów, 2011-09-13

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 193.000 EURO na dostawy sprzętu medycznego jedno- i wielorazowego użytku dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu nr 7 poz.: 1, 2, 3.** Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje zaopierzania nebulizatorów rozbijających cząsteczki leku do wielkości od 1 do 3 mikronów (średnio 2,7 mikrona)?
2. **Dotyczy Pakietu nr 7 poz.: 1, 2, 3.** Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy nebulizatory mają posiadać antyprzelewową konstrukcję pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie 0-90 stopni (dla pacjentów siedzących i leżących) oraz posiadać stabilną podstawę dyfuzora w zakresie 0-360 stopni?
3. **Dotyczy Pakietu nr 10 poz. 1.** Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje, że kranik ma posiadać optyczny i wyczuwalny identyfikator pozycji otwarty/zamknięty oraz każde z wejść zabezpieczone fabrycznie zamontowanymi koreczkami?
4. **Dotyczy Pakietu nr 10 poz. 1.** Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje kranika trójdrożnego o maksymalnej objętości wypełnienia 0,23 ml?
5. **Dotyczy Pakietu nr 10 poz. 2 i 3.** Prosimy Zamawiającego wyjaśnienie, czy stacje kranikowe mają być wyposażone w zawór kulkowo-suwakowy, zmniejszający ryzyko powstania zatoru powietrznego?
6. **Dotyczy Pakietu nr 13 poz. 2.** Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści cewniki z balonem 30 ml przy rozmiarze 12/14 CH oraz 30-50 ml przy rozmiarach: 16/18/20/22/24/26 CH, które to pojemności skutecznie zabezpieczają przed wypadnięciem cewnika przy niekontrolowanym opróżnianiu się balonu?
7. **Dotyczy Pakietu nr 13 poz. 3.** Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje cewników pakowanych podwójnie, tj. wewnętrzny worek foliowy i zewnętrzne opakowanie folia-papier, co pozwala na aseptyczne użytkowanie?
8. **Dotyczy Pakietu nr 13 poz. 3.** Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy cewnik Pezzera ma posiadać 3-4 otwory boczne drenujące?
9. **Dotyczy Pakietu nr 13 poz. 4.** Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy cewnik – kateter moczowodowy typ Nelaton ma być skalowany co 1 cm?
10. **Dotyczy Pakietu nr 18 poz. 1.** Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje zestawu z odpowiednio sztywnym i przede wszystkim niezłamującym się drenem?
11. **Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 2.** Prosimy o dopuszczenie worków neopranowych do sztucznej wentylacji, do wielokrotnej sterylizacji. O pojemności w poz. 2.1 – 2 litry, w poz. 2.2 – 3 litry?
12. Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XV. 8a) SIWZ. Prosimy o modyfikację na „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości: a) 0,2% wartości brutto zamówionej, a nie dostarczonej partii towaru za każdy dzień zwłoki, jeżeli towar nie został dostarczony w terminie z powodu okoliczności za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność”
13. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści pojemnik do odsysania typu Bellows z możliwością wytworzenia podciśnienia o pojemności 200 ml – wykonany z



PCV, z zaworem jednokierunkowym chroniącym przed powrotem drenowanej krwi do pacjenta, z wewnętrzną sprężyną pozwalającą na równomierne rozprężenie, z zaciskiem zatraskowym dla zatrzymania drenażu, znacznikami objętości i drenem łączącym o długości około 120 cm zakończony łącznikiem do drenów 6-18 F, wyposażony w łatwy w obsłudze pasek mocujący o regulowanej długości, dodatkowo z drenem Redona z trokarem, sterylny?

14. **Dotyczy Pakietu nr 17 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści przepływowy przyrząd do ćwiczeń oddechowych z możliwością ustawienia poziomu przepływu wdychanego powietrza w zakresie 100-600 ml/s, z portem do jednoczesnego podawania tlenu, z rozciągliwą rurką łączącą i wymiennym ustnikiem, z uchwytem pozwalającym na przenoszenie lub zawieszenie na poręczy łóżka?
15. **Dotyczy Pakietu nr 16 poz. 1-2.** Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie do odrębnego pakietu asortymentu opisanego w Pakiecie Nr 16 poz. 1-2?
16. **Dotyczy Pakietu nr 16 poz. 1-2.** Czy zamawiający dopuści łyżki do laryngoskopu światłowodowego, typ Macintosh w rozmiarach: 2, 3 i 4, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?
17. **Dotyczy Pakietu Nr 20 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści filtr do żywienia neonatologiczny czas stosowania 24 H, wyposażony w zacisk szczelinowy i dreny 5 cm przed i 23 cm za filtrem oraz samoodpowietrzacz. Membrana 1,2 μm , przepływ 10 ml/h, objętość wypełnienia 0,5 ml, powierzchnia filtrowania 1,65 cm^2 , nie zawierający lateksu, sterylizowany radiacyjnie?
18. **Dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 1.** Prosimy Zamawiającego o wyjaśnieni, czy kraniki mają posiadać niezależnie obracającą się w pełni przezroczystą nakrętkę Luer-Lock umożliwiającą pełną wizualizację toru przepływu płynu?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga zaoferowania w **Pakiecie nr 7 poz.: 1, 2, 3** nebulizatorów rozbijających cząsteczki leku do wielkości od 1 do 3 mikronów (średnio 2,7 mikrona).

Ad. 2 Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga zaoferowania **Pakiecie nr 7 poz.: 1, 2, 3** nebulizatorów posiadających antyprzelewową konstrukcję pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie 0-90 stopni (dla pacjentów siedzących i leżących) oraz posiadających stabilną podstawę dyfuzora w zakresie 0-360 stopni.

Ad. 3 Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga zaoferowania w **Pakiecie Nr 10 poz. 1** kraników posiadających optyczny i wyczuwalny identyfikator pozycji otwarty/zamknięty oraz aby każde z wejść było zabezpieczone fabrycznie zamontowanymi koreczkami.

Ad. 4 Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga zaoferowania w **Pakiecie Nr 10 poz. 1** kraników trójdrożnych o maksymalnej objętości wypełnienia 0,23 ml.

Ad. 5 Zamawiający wymaga aby oferowane w **Pakiecie Nr 10 poz. 2 i 3** stacje kranikowe były wyposażone w zawór, nie wymaga natomiast by był to zawór kulkowo-suwakowy.

Ad. 6 Zamawiający dopuszcza zaoferowane w **Pakiecie Nr 13 poz. 2** również cewników z balonem 30 ml przy rozmiarze 12/14 CH oraz 30-50 ml przy rozmiarach: 16/18/20/22/24/26CH.

Ad. 7 Zamawiający wymaga aby oferowane w **Pakiecie Nr 13 poz. 3** cewniki – dreny Pezzera były pakowane podwójnie, tj. w opakowanie indywidualne (może to być worek foliowy) i opakowanie zbiorcze (może to być folia-papier), opakowanie musi zapewniać sterylność każdego pojedynczego cewnika.

Ad. 8 Zamawiający wymaga aby oferowane w **Pakiecie Nr 13 poz. 3** cewniki – dreny Pezzera miały minimum 3 otwory boczne .

Ad. 9 Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga aby oferowane w **Pakiecie Nr 13 poz. 4** cewniki –katetery moczowodowe typ Nelaton były skalowane co 1 cm.

Ad. 10 Zamawiający zgodnie opisem zawartym w Załączniku Nr 1 do SIWZ oczekuje w **Pakiecie Nr 18 poz. 1** zestawów jednorazowego użytku do lewatywy, składającego się z: kanki drenu i worka. To, że dren nie powinien się załamywać jest oczywiste ponieważ gdyby się załamywał nie można by wykonać wlewu, natomiast Zamawiający nie wie jaki stopień sztywności miał na myśli Wykonawca określając go jako „odpowiedni”.

Ad. 11 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 8 poz. 2** również worków neopranowych do sztucznej wentylacji do wielokrotnej sterylizacji, o pojemności w poz. 2.1 – 2 litry, w poz. 2.2 – 3 litry.

Ad. 12 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzanie zmian do ogólnych warunków umowy. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ad. 13 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 5 poz. 1** również pojemników do odsysania typu Bellows z możliwością wytworzenia podciśnienia o pojemności 200 ml – wykonanych z PCV, z zaworem jednokierunkowym chroniącym przed powrotem drenowanej krwi do pacjenta, z wewnętrzną sprężyną pozwalającą na równomierne rozprężenie, z zaciskiem zatrzaskowym dla zatrzymania drenażu, znacznikami objętości i drenem łączącym o długości około 120 cm zakończony łącznikiem do drenów 6-18 F, wyposażonym w łatwy w obsłudze pasek mocujący o regulowanej długości, dodatkowo z drenem Redona z trokarem, sterylne.

Ad. 14 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 17 poz. 2** również przepływowego przyrządu do ćwiczeń oddechowych z możliwością ustawienia poziomu przepływu wdychanego powietrza w zakresie 100-600 ml/s, z portem do jednoczesnego podawania tlenu, z rozciągliwą rurką łączącą i wymiennym ustnikiem, z uchwytem pozwalającym na przenoszenie lub zawieszenie na poręczy łóżka.

Ad. 15 Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z **Pakietu Nr 16 poz. 1-2** do odrębnego pakietu.

Ad. 16 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 16 poz. 1 – 2** łyżek do laryngoskopu światłowodowego, typ Macintosh w rozmiarach: 2, 3 i 4, spełniających pozostałe wymagania SIWZ.

Ad. 17 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 20 poz. 1** filtra do żywienia neonatologicznego czas stosowania 24 H, wyposażonego w zacisk szczelinowy i dreny 5 cm przed i 23 cm za filtrem oraz samoodpowietrzacz, membrana 1,2 µm, przepływ 10 ml/h, objętość wypełnienia 0,5 ml, powierzchnia filtrowania 1,65 cm², nie zawierający lateksu, sterylizowany radiacyjnie.

Ad. 18 Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga zaoferowania w **Pakiecie Nr 10 poz. 1** kraników posiadających niezależnie obracającą się w pełni przezroczystą nakrętkę Luer-Lock umożliwiającą pełną wizualizację toru przepływu płynu.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a