



Znak: AE/ZP-27-53/11

Tarnów, 2011-09-26

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 193.000 EURO na dostawy sprzętu medycznego jedno- i wielorazowego użytku dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 25 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści cewnik do hemodializy o wymiarach: długość 16 cm, średnica 12Fr, światła wewnętrzne 12 Ga, 12 Ga z zestawem zawierającym igłę 18 Ga x 6,35 cm przewód stalowy 0,89 mm x 60 cm, rozszerzadło i koreczki?
2. **Dotyczy Pakietu nr 25 poz. 2.** Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany cewnik permanentny był wprowadzany metodą tunelizacji wstecznej i był dostępny w pięciu rozmiarach 15 Fr/24 cm, 15Fr/28 cm, 15Fr/32 cm, 15Fr/36 cm oraz 15 Fr/55 cm?
3. **Dotyczy Pakietu nr 6 poz. 4.** Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie zgłębników żołądkowych o długości 125 cm spełniające resztę postawionych wymagań w SIWZ?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 25 poz. 1 cewników do hemodializy o wymiarach: długość 16 cm, średnica 12Fr, światła wewnętrzne 12 Ga, 12 Ga z zestawem zawierającym igłę 18 Ga x 6,35 cm przewód stalowy 0,89 mm x 60 cm, rozszerzadło i koreczki.

Ad. 2 Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 25 poz. 2 cewników permanentnych wprowadzanych metodą tunelizacji wstecznej i dostępnych w pięciu rozmiarach 15 Fr/24 cm, 15Fr/28 cm, 15Fr/32 cm, 15Fr/36 cm oraz 15 Fr/55 cm.

Ad. 3 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 6 poz. 4** zgłębników żołądkowych o długości 125 cm, w wymienionej pozycji Zamawiający wymaga cewników do embolektomii

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a