



Znak: AE/ZP-27-54/11

Tarnów, 2011-08-31

Dotyczy: **przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193.000 EURO na dostawy: materiałów do sterylizacji: opakowań, testów, naboji dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.**

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 1.** Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z Pakietu Nr 1 poz. 1-5 i utworzenie oddzielnego pakietu.
2. **Dotyczy Pakietu Nr 1.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie rękawów papierowo-foliowych do sterylizacji (poz. 1 – 10) oraz utworzenie oddzielnego Pakietu?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 1.** Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy foliowo-papierowe spełniające wszystkie funkcjonalne wymagania SIWZ posiadające folię 5-warstwową plus warstwa kleju.
4. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 4.** Czy w celu potwierdzenia wiarygodności oświadczenia producenta Zamawiający wymaga zaświadczenia o klasie wydanego przez niezależną organizację notyfikowaną? .
5. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 1-3.** Czy ze względu na małą wartość ceny jednostkowej netto (niepełne grosze) Zamawiający dopuści podanie jej za rolkę np. 50 mb?
6. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 1.** Czy zamawiający dopuści test klasy 6 spełniający wszystkie wymagania zawarte w SIWZ.
7. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 2 i 3.** Czy zamawiający dopuści wskaźniki laminowane spełniające wszystkie wymagania zawarte w SIWZ?
8. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 2.** Czy ze względu na małą wartość ceny jednostkowej netto (niepełne grosze) Zamawiający dopuści podanie jej za pełne opakowanie np. 480 szt.?
9. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 3.** Czy ze względu na małą wartość ceny jednostkowej netto (niepełne grosze) Zamawiający dopuści podanie jej za pełne opakowanie np. 500 szt.?
10. **Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 1.** Czy ze względu na małą wartość ceny jednostkowej netto (niepełne grosze) Zamawiający dopuści podanie jej za pełne opakowanie np. 500 etykiet?
11. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 19.** Czy Zamawiający dopuści wkładki absorpcyjne o wymiarach 300 mm x 500 mm?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu Nr 1 poz. 1-5 i utworzenie oddzielnego pakietu.

Ad. 2 Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu Nr 1 poz. 1-10 i utworzenie oddzielnego pakietu.

Ad. 3 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 rękawów foliowo-papierowych posiadających folię 5-warstwową plus warstwa kleju.

Ad. 4 Zamawiający określił w SIWZ jakich dokumentów i oświadczeń wymaga w odniesieniu do oferowanego asortymentu, w tym również w odniesieniu do wyrobów oferowanych w Pakiecie Nr 5 poz. 4 i nie wprowadza do tych zapisów żadnych zmian.

Ad. 5, 8 - 10 Zamawiający nie musi wyrażać zgody na podanie w poszczególnych pozycjach w poszczególnych pakietach ceny za opakowanie ponieważ zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ w Formularzu Cenowym (Załącznik Nr 1 do SIWZ) należy podać cenę



za opakowanie z jednoczesnym podaniem wielkości opakowania. Zamawiający prosi natomiast o zapoznanie się z SIWZ.

Ad. 6 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 6 poz. 1 testów klasy 6 ponieważ nie spełniają wszystkich wymagań SIWZ (Zamawiający wymagał klasy 5).

Ad. 7 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 6 poz. 2 i 3 testów laminowanych ponieważ nie spełniają wszystkich wymagań SIWZ (Zamawiający wymagał testów niefoliowanych).

Ad. 11 Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 19 również papieru absorpcyjnego w rozmiarze 300 mm x 500 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a